

Boletim médico #13

Estamos empenhados em apoiar os médicos durante todo o processo de solução e forneceremos uma série de recursos para ajudar você a informar, instruir e apoiar melhor seus pacientes.

O boletim médico continuará oferecendo notícias e atualizações sobre o recall voluntário da espuma PE-PUR/FSN e também será expandido para ajudar a abordar tópicos e preocupações comuns sobre temas adicionais.

Confira abaixo algumas das nossas últimas novidades de destaque.

Notícias e atualizações de ventilação

1. Atualização da plataforma Trilogy Evo

Com relação à plataforma de ventiladores Trilogy Evo, a Philips Respironics identificou dois possíveis problemas que podem afetar a segurança do paciente se não forem mitigados:

- **FiO2 em entrega** nos dispositivos Trilogy EV300, Trilogy Evo O₂ e Trilogy Evo Universal
- **Contaminação ambiental do sensor do dispositivo** em todos os dispositivos da plataforma Trilogy Evo (Trilogy Evo, Trilogy Evo O₂, Trilogy Evo Universal e Trilogy EV300).

Fornecer aos pacientes dispositivos de terapia seguros e de alta qualidade é nossa maior prioridade. Recomendamos que você leia os avisos de segurança [nesta página](#) para saber mais sobre as ações de mitigação que você pode realizar para garantir o uso contínuo e seguro.

Observe que, quando as ações mitigadoras especificadas no Aviso de Segurança da plataforma Trilogy Evo de ventiladores forem realizadas, a plataforma de ventiladores Trilogy Evo continuará sendo uma alternativa para:

- Dispositivos Philips Respironics Trilogy 100/200 afetados por um problema relacionado à espuma de redução de som
- Dispositivos Philips Respironics V60 e V60 Plus afetados por um problema relacionado à placa de PC de gerenciamento de energia Para saber mais, acesse [a página de ventilação](#).

(continua na próxima página)

Links úteis

Recall voluntário da espuma PE-PUR/FSN – informação para médicos

Não deixe de [acessar a nossa página de informações médicas](#) regularmente para obter as últimas notícias para você e seus pacientes.

Máscaras e ímãs

Ainda com dúvidas sobre as máscaras e ímãs da Philips Respironics? Saiba mais [aqui](#).

Ventilação mecânica

Para obter as últimas notícias e atualizações sobre ventilação, acesse [esta página](#).

Esta questão não afeta a remediação de dispositivos de terapia do sono sob o aviso de segurança de junho de 2021. Lamentamos a preocupação que este aviso de segurança para dispositivos específicos de terapia do sono e ventiladores tenha causado aos pacientes e prestadores de cuidados. Após o aumento substancial da capacidade, a Philips Respironics agora produziu os dispositivos de substituição e kits de reparo necessários para a remediação dos dispositivos de terapia do sono afetados registrados globalmente.



Para obter mais informações, acesse o nosso site [Philips.com/src-update](https://philips.com/src-update)

