

***Istruzioni per l'uso:***

***La seguente dichiarazione può essere utilizzata nella tua pagina web per comunicare con i clienti.***

Philips Respironics ha pubblicato un avviso di sicurezza per i ventilatori continui e non continui (alcuni dispositivi CPAP, BiLevel PAP e ventilatori) a causa di due problemi relativi alla schiuma fonoassorbente in poliuretano a base di poliestere (PE-PUR) utilizzata in questi dispositivi. Per informazioni sull'avviso di sicurezza, l'elenco completo dei prodotti interessati e i potenziali rischi per la salute, visita [philips.com/src-update](https://philips.com/src-update). Si prega di contattare il nostro ufficio per qualsiasi domanda.