

Healthcare



アリスNightOne の使い方

※本書は取扱説明書に代わるものではありません。 必ず添付文書、及び取扱説明書をご覧ください。

機器本体を胸部中央に配置し呼吸 努力ベルトを接続します。機器本体 と呼吸努力ベルトが正しく接続 されると自動で電源が入ります。

検査の準備(呼吸努力ベルトの接続)



レバーを緩めてベルトの長さを 調整します。快適に密着するよう 機器本体がずれ落ちない程度に 締め付けを調整します。



レバーを締め機器本体が胸部中央 にくるように固定します。機器上部 に表示される。のアイコンが緑色 に点灯していることを確認します。



手動でスタートしたい場合

機器本体と呼吸努力ベルトの接続を確認 してください。ユーザーボタンをグッド スタディインジケータが緑色に点滅する まで押して電源を入れてください。





カニューレのチューブを耳の裏側 から顎の下に通し、ストッパーを 調整して顎まで滑らせ固定します。



カニューレを正しく配置した状態 で数回呼吸すると、機器上部に 表示される、 〇のアイコンが緑色 に点灯します。





4 検査開始

センサが正常に接続されると機器 上部にすべてのアイコンが緑色に 点灯します。約1分経つと順に表示 が消えて自動で記録が始まります ので就寝してください。 検査中に、ユーザーボタンを約1秒 押すとセンサ状態が確認できます。



検査終了 5

起床時に、機器上部のアイコンが すべて消えるまでユーザーボタン を押すと機器の記録が止まります。



機器の停止後、1分以上待ってからユーザーボタンを押す とグッドスタディインジケータが表示されます。 本機能については医療機関の指示に従ってください。



※機器上部右側にアイコンが表示されます。

各センサと機器を キャリングケースに 収納し、医療機関 へ返却します。









アイコン

機器上部に以下のアイコンが点灯し、センサ・機器の接続 状態を確認できます。アイコンは色や点滅などの表示で センサ・機器の状態を示します。

緑色(点灯) センサ接続が良好・機器の受信感度が強い 黄色(点滅) センサ接続が不良・機器の受信強度が弱い ※機器が信号を受信するまでに数回呼吸をする必要があります。





販売名: アリス NightOne 製造販売認証番号: 228AABZX00030000 管理医療機器

製造販売業者 株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー15階 www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで ※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています www.philips.co.jp/SRC-Office ©2022 Koninklijke Philips N.V. 改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更する ことがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、 もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されて いる製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.また はその他の会社の商標または登録商標です。 PN 1127980/240304 R7-PDF