

Philips provides update on completed set of test results for CPAP/BiPAP sleep therapy devices

(睡眠療法装置 CPAP/BiPAP に関するテスト結果の最新状況)

2023 年 5 月

ロイヤル・フィリップス (NYSE: PHG; AEX: PHIA) は、2021 年 6 月のリコール通知/市場安全通知に基づき、特定の睡眠療法 (CPAP/BiPAP) および人工呼吸器におけるポリエステル系ポリウレタン (PE-PUR) 製防音用発泡体に関連する潜在的な健康リスクを評価するために、米国子会社のフィリップス・レスピロニクスによる包括的なテスト・リサーチプログラムに関する最新情報を提供しました。

CPAP/BiPAP 睡眠療法機器のリスク評価は、リコール通知/市場安全通知に基づく、第 1 世代のドリームステーション、System One、ドリームステーション Go デバイス(世界の登録機器の約 95%)で完了しています。その評価は、これまでにフィリップスが公開してきた 2021 年 12 月、2022 年 6 月、2022 年 12 月の更新内容に基づいています。加えて、オゾン洗浄にさらされた第 1 世代のドリームステーションのテストと分析が完了しました。

フィリップスグローバルの発表は[こちら](#)をご覧ください。