

## Slaap- en beademingszorgbulletin #10

April 2023

Veiligheidsbericht: 2021-05-A & 2021-06-A.

Naast nieuws en updates over het vrijwillige veiligheidsbericht (field safety notice, FSN) over Philips Respironics PE-PUR-schuim, zullen we deze maand ook ingaan op onderwerpen met betrekking tot beademingsapparatuur en maskers met magneetsluiting. Actuele updates vindt u hieronder.

### 1. Nieuws en updates over het vrijwillige FSN over Philips Respironics PE-PUR-schuim

**Dr. Jan Kimpen, Senior Medical Advisor, geeft antwoord op belangrijke vragen van patiënten**

Naarmate de verzending van vervangende apparaten vordert, hebben wij met dr. Jan Kimpen gesproken over de meest voorkomende vragen van uw patiënten. Daarbij ging het bijvoorbeeld om de veiligheid van de apparaten en de meest recente test- en onderzoeksresultaten.

De vragen en antwoorden vindt u [hier](#).

### 2. Nieuws en updates over maskers met magneetsluiting

In aansluiting op onze berichtgeving in september, komen we met de aankondiging van bijgewerkte instructies en etikettering van specifieke slaaptherapiemaskers met magnetische hoofdbandclips. Een onderzoek naar maskers met magneetsluiting is gepubliceerd in het Journal of Clinical Sleep Medicine en vindt u [hier](#) op de JCSM-website.

Vanaf begin 2023 hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het bijwerken van de bestaande contra-indicaties en waarschuwingen van alle betreffende maskers en kunnen wij bevestigen dat het **Amara View-mondneusmasker**, het **DreamWear-mondneusmasker**, het **DreamWisp-neusmasker** en het **Therapy Mask 3100 NC/SP** nu opnieuw zijn vrijgegeven voor verkoop. Ons Wisp-neusmasker en Wisp Youth-neusmasker moeten nog steeds beoordeeld worden op biocompatibiliteit (ISO18562).

*(vervolg op volgende pagina)*



Ga voor de meest actuele informatie naar onze informatiepagina  
[philips.com/src-update](https://philips.com/src-update)

### 3. Nuttige links

#### Nieuws en updates voor artsen over het vrijwillige veiligheidsbericht over PE-PUR-schuim

Bezoek regelmatig onze pagina [Informatie voor artsen](#) voor de meest actuele informatie voor u en uw patiënten.

Het kan zijn dat patiënten nog vragen hebben over hun vervangende apparaat: op de pagina [Meer informatie over uw vervangende apparaat](#) kunnen zij snel en gemakkelijk alle ondersteuning vinden die zij nodig hebben.

#### Updates over maskers en magneetsluiting

Hebt u aanvullende vragen over de maskers en magneetsluitingen van Philips Respironics? [Hier](#) vindt u meer informatie.

#### Updates over beademing

Ga voor het laatste nieuws en updates over beademing naar [deze pagina](#).

*Opmerking: de gegevens en informatie in dit document zijn geldig vanaf de op het document aangegeven datum. Als u dit document op een later tijdstip leest, bestaat de kans dat de gegevens en informatie door nieuwe ontwikkelingen niet meer actueel zijn.*



Ga voor de meest actuele informatie naar onze pagina met informatie voor artsen  
[philips.com/src-clinician-update](https://philips.com/src-clinician-update)

