

Bulletin för sömnbehandlings- och andningsvård #6

Juli 2022

Säkerhetsmeddelande till marknaden: 2021-05-A & 2021-06-A.

Vi vet hur viktigt det är för dig och dina patienter att vara informerade om alla aspekter av deras sömnterapi och behandling. Den här bulletinen skapades för att hjälpa till att hantera vanliga frågor och problem samt ge en statusuppdatering om åtgärdsprogrammet när de blir tillgängliga. Nedan hittar du en del av den senaste informationen som vi vill lämna till dig. Du är välkommen att besöka vår webbplats regelbundet för att hålla dig informerad om uppdateringar och för ytterligare information om detta säkerhetsmeddelande: [Besök vår sida med klinikinformation.](#)

1. Sammanfattning av Philips Resironics testresultat som är tillgängliga hittills

Vi åtar oss att tillhandahålla ytterligare data när de blir tillgängliga från de pågående testerna från tredje part, så att vårdgivare har uppdaterad information för att fatta välgrundade beslut om risken för fortsatt användning av berörda produkter. En uppdaterad sammanfattning kan ses/laddas ned på [Testresultat](#). Den övergripande vägledningen för vårdgivare och patienter i den senaste versionen av säkerhetsmeddelandet förblir oförändrad för närvarande.

2. Uppdatering om åtgärdsprogrammet

Hittills har Philips Resironics producerat 535 000 nya och åtgärdade enheter för Västeuropa, av vilka cirka 69 % ersättningsenheter redan har nått våra kunder i regionen. ¹Vi förväntar oss att slutföra över 90 % av produktionen och leveranserna till kunder under 2022. För att underlätta detta ber vi våra kunder och deras patienter att slutföra registreringar så snabbt som möjligt. Du kan läsa mer om framstegen [här](#).

3. Vår strategi för åtgärdsprogrammet

Efter att vi utfärdade säkerhetsmeddelandet till marknaden fokuserade vi omedelbart på att hantera detta problem så snabbt som möjligt. Vi utökade vår produktionskraft, service- och omarbetningskapacitet på tillämpliga tillverkningsanläggningar och kommer att fortsätta med denna expansion tills åtgärdsprogrammet är slutfört. Vi säljer för närvarande inte dessa produkter, och alla åtgärdade enheter bör tilldelas patienter som berörs av säkerhetsmeddelandet.

¹Baserat på information som fanns tillgänglig 23/06/2022

(fortsätter på nästa sida)



Mer information finns på philips.com/SRC-update

4. Användbar information för dina patienter

Vi fortsätter att tillhandahålla regelbundna uppdateringar till patienter. Den här månaden, tillsammans med en uppdatering om våra framsteg hittills, fortsätter vi vårt engagemang för patientsäkerhet och ger dem ytterligare förtydliganden om vilka [steg som ingår i åtgärdsprogrammet](#) och delar ytterligare [patientinriktat innehåll på testresultat](#).

5. Träning för hållbar medicinsk utrustning i hemmet och ersättningsanordning för klinisk användning finns nu tillgängliga

Några av dina patienter och deras hemvårdsteam har fått nya DreamStation 2 CPAP-enheter som en del av åtgärdsprogrammet. För att hjälpa hemvården att bättre stödja sina patienter har vi skapat produktutbildningar inom Philips Learning Connection som är utformade för att hjälpa till med installation och användning av ersättningsenheter. Utbildningarna finns på [Learning Connection](#).

Vi tackar dig för ditt fortsatta tålamod och förtroende, och kommer att fortsätta att ge dig regelbundna uppdateringar genom denna process.

Observera att uppgifterna och informationen i detta dokument är giltiga från och med det datumet som anges på dokumentet. Om du läser det här dokumentet vid ett senare tillfälle, är detaljerna och informationen kanske inte längre aktuella på grund av ny utveckling.



Mer information finns på philips.com/SRC-update

