

Bulletin Nr. 9 – Schlaf- und Atemwegsmedizin

April 2023

Sicherheitsmitteilung: 2021-05-A & 2021-06-A

Diesen Monat informieren wir Sie, wie gewohnt, über den aktuellen Stand der freiwilligen Sicherheitsmitteilung zu PE-PUR-Schaum in Philips Respironics Geräten. Darüber hinaus befassen wir uns aber auch mit Beatmungsgeräten und mit Masken, die mit Magnetclips ausgestattet sind. Nachstehend finden Sie die neuesten Updates.

1. Freiwillige Sicherheitsmitteilung zu PE-PUR-Schaumstoff – aktuelle Informationen

Unser Senior Medical Advisor, Dr. Jan Kimpen, beantwortet wichtige Patientenfragen

Die Auslieferung von Ersatzgeräten schreitet weiter voran, aber natürlich kommen nach wie vor Fragen auf. Wir haben deshalb Dr. Jan Kimpen gebeten, einige der häufigsten, von Patientenseite gestellten Fragen zu beantworten. Diese betreffen die Sicherheit der Geräte ebenso wie die neuesten Test- und Forschungsergebnisse.

Die Fragen und Antworten finden Sie [hier](#).

2. Masken mit Magneten – aktuelle Nachrichten

In unserer Mitteilung vom September kündigten wir aktualisierte Anweisungen und Kennzeichnungen für bestimmte Schlaftherapiemasken an, deren Halterungen mit Magnetclips ausgestattet sind. Eine Studie über Masken mit Magneten wurde nun im Journal of Clinical Sleep Medicine veröffentlicht und kann [hier](#) auf der JCSM-Website eingesehen werden.

Zudem möchten wir Sie darüber informieren, dass wir seit Anfang 2023 bei der Aktualisierung der bestehenden Kontraindikationen und Warnhinweise aller betroffenen Masken erhebliche Fortschritte gemacht haben. So können wir heute bestätigen, dass die **Vollgesichtsmasken Amara View und DreamWear**, die **Nasenmaske DreamWisp** und die **Therapiemaske 3100 NC/SP** wieder zum Verkauf freigegeben sind. Bei unseren Nasenmasken Wisp und Wisp Youth ist die geforderte Beurteilung der Biokompatibilität (ISO18562) noch nicht abschliessend erfolgt.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)



Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Informationsseite
philips.com/src-update.

3. Nützliche Links

Freiwillige Sicherheitsmitteilung zu PE-PUR-Schaumstoffen – aktuelle Nachrichten für Kliniker

Auf unserer [Informationsseite für Kliniker](#) finden Sie regelmässig die aktuellsten Informationen für Sie und Ihre Patienten.

Falls Ihre Patienten noch Fragen zu ihrem Ersatzgerät haben, finden sie auf der Seite [Mehr zu Ihrem Ersatzgerät](#) schnell und einfach die gewünschten Informationen.

Masken mit Magnetclips – aktuelle Nachrichten

Sie haben weitere Fragen zu Philips Respironics Masken mit Magnetclips? [Hier](#) erfahren Sie mehr.

Updates zum Thema Beatmung

Die neuesten Nachrichten und Updates zum Thema Beatmung finden Sie auf [dieser Seite](#).

Hinweis: Die Gültigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Informationen bezieht sich auf das angegebene Datum der Veröffentlichung. Wenn Sie dieses Dokument zu einem späteren Zeitpunkt lesen, sind die Angaben und Informationen aufgrund neuer Entwicklungen möglicherweise nicht mehr aktuell.



Die aktuellsten Informationen finden Sie auf unserer Informationsseite für Kliniker
philips.com/src-update.

