

## Sommeil et soins respiratoires – Communiqué # 9

Avril 2023

Notification de sécurité : 2021-05-A & 2021-06-A.

Ce mois-ci, en plus de nos dernières mises à jour concernant la notification de sécurité volontaire Philips Respironics, relative à la mousse insonorisante en polyuréthane à base de polyester (PE-PUR), nous vous partageons nos actualités à propos des appareils de ventilation et des masques avec aimants. Vous trouverez ci-dessous les dernières informations.

### 1. Notification de sécurité Philips Respironics : dernières informations

**Dr Jan Kimpen, directeur médical Philips, répond aux principales questions des patients**

Alors que nous poursuivons le programme d'actions correctives des appareils de PPC/VNI, nous avons demandé au Dr Jan Kimpen de répondre aux questions les plus fréquentes de vos patients, que ce soit au sujet de la sécurité des appareils, des résultats des derniers tests ou de l'avancée de nos recherches.

Pour accéder aux questions-réponses, cliquez [ici](#).

### 2. Notification de sécurité produit interfaces patient : mises à jour

Suite à nos annonces du mois de septembre 2022 concernant la mise à jour des instructions de marquage et d'utilisation de modèle spécifique de masques de traitement de l'apnée du sommeil possédant des clips aimantés, une étude a été publiée dans le Journal Clinical Sleep Medicine. Vous pouvez la consulter sur le site Web du JCSM ([ici](#)).

Nous tenons à vous informer que depuis le début d'année 2023, des avancées significatives ont été effectuées concernant la mise à jour des avertissements et contre-indications en vigueur pour chaque type de masque concerné. Nous pouvons aujourd'hui confirmer que les masques faciaux **Amara View et DreamWear**, ainsi que le masque nasal **DreamWisp** et le masque de traitement **3100 NC/SP** sont de nouveau disponibles à la vente. Concernant nos masques nasaux Wisp et Wisp Youth, en revanche, les évaluations de biocompatibilité requises sont toujours en cours (ISO18562).

*(la suite à la page suivante)*



Pour des informations plus récentes, consultez notre page d'information réservée aux médecins.  
[philips.com/src-update](https://philips.com/src-update)

### 3. Liens utiles

#### Notification de sécurité relative aux dispositifs médicaux – Informations destinées aux médecins

N'oubliez pas de consulter régulièrement notre [page d'informations destinée aux médecins](#) afin de vous tenir informé(e) ainsi que vos patients.

En effet, vos patients ont certainement encore beaucoup de questions concernant leur appareil de remplacement. La page [Dépannage des appareils de remplacement](#) peut les aider à trouver les réponses qu'ils recherchent.

#### Mises à jour – Masques avec aimants

Vous avez d'autres questions concernant les masques possédant des clips aimantés Philips Respironics ? Rendez-vous [ici](#) pour plus d'informations.

#### Mises à jour – Ventilation

Pour connaître les dernières mises à jour et l'actualité concernant les appareils de ventilation, veuillez consulter [cette page](#).

*Remarque : veuillez tenir compte de la date de publication de ce document. Si vous le consultez à une date ultérieure, les données et informations qu'il contient auront sans doute évolué en raison de nouveaux développements.*



Pour des informations plus récentes, consultez notre page d'information réservée aux médecins.  
[philips.com/src-clinician-update](https://philips.com/src-clinician-update)

