

Comunicato Sleep & Respiratory Care n. 9

Aprile 2023

Avviso di sicurezza: 2021-05-A & 2021-06-A.

Questo mese, oltre alle novità e agli aggiornamenti sull'avviso di sicurezza (FSN) volontario sulla schiuma in poliuretano a base di poliestere (PE-PUR) Philips Respironics, approfondiremo anche argomenti relativi ai dispositivi di ventilazione e alle maschere con magneti. Di seguito sono riportati gli aggiornamenti più recenti.

1. Novità e aggiornamenti sull'FSN volontario sulla schiuma in PE-PUR

Il dott. Jan Kimpen, Senior Medical Advisor, risponde alle principali domande dei pazienti

Mentre procediamo con la spedizione dei dispositivi sostitutivi, abbiamo incontrato il dott. Jan Kimpen per approfondire con lui alcune delle domande più comuni che ci vengono rivolte dai nostri pazienti su argomenti che spaziano dalla sicurezza dei dispositivi ai risultati dei test e delle ricerche più recenti.

Tali domande e le relative risposte sono disponibili [qui](#).

2. Novità e aggiornamenti sulle maschere con magneti

A seguito della comunicazione, risalente al mese di settembre, in cui è stato annunciato l'aggiornamento delle controindicazioni e delle avvertenze esistenti di specifiche maschere per la terapia del sonno contenenti clip magnetiche, è stato pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine uno studio sulle maschere con magneti, disponibile [qui](#).

All'inizio del 2023 abbiamo compiuto importanti progressi nell'aggiornamento delle controindicazioni e avvertenze esistenti di tutte le maschere interessate e possiamo confermare che **la maschera oronasale Amara View, la maschera oronasale DreamWear FullFace, la maschera nasale DreamWisp e la maschera Therapy Mask 3100 NC/SP** sono ora nuovamente in commercio. La maschera nasale Wisp e la maschera nasale Wisp Youth, sono invece ancora interessate dal processo di valutazione dei requisiti di biocompatibilità (secondo lo standard ISO 18562).

(continua alla pagina successiva)



Per le informazioni più aggiornate, si consiglia di visitare la nostra pagina informativa philips.com/src-update

3. Link utili

Novità e aggiornamenti sull'avviso di sicurezza volontario sulla schiuma in PE-PUR destinati agli operatori sanitari

La invitiamo a visitare regolarmente la nostra [pagina informativa per i medici](#) per avere informazioni sempre aggiornate in merito all'avviso di sicurezza.

I pazienti potrebbero avere ancora delle domande sul loro dispositivo sostitutivo: la pagina [Scopri di più sul tuo dispositivo sostitutivo](#) può aiutarli a trovare facilmente e rapidamente il supporto di cui hanno bisogno.

Aggiornamenti sulle maschere con magneti

Avete altre domande sulle maschere e sui magneti Philips Respironics? Ulteriori informazioni sono disponibili [qui](#).

Aggiornamenti sulla ventilazione

Per conoscere le novità e gli aggiornamenti più recenti sulla ventilazione, visitate [questa pagina](#).

Nota: i dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono validi alla data indicata sul documento stesso. Se il presente documento viene consultato in una data successiva, i dettagli e le informazioni potrebbero non essere più aggiornati in seguito a nuovi sviluppi.



Per le informazioni più aggiornate, si consiglia di visitare la nostra pagina informativa per i medici philips.com/src-clinician-update

