

## Bulletin för sömnbehandlings- och andningsvård #9

April 2023

Säkerhetsmeddelande: 2021-05-A och 2021-06-A.

Den här månaden kommer vi utöver nyheter och uppdateringar om det frivilliga säkerhetsmeddelandet (FSN) gällande Philips Respironics PE-PUR-skum också att ta upp några ämnen relaterade till ventilationsenheter och masker med magneter. Läs vidare för allt det senaste.

### 1. FSN gällande PE-PUR-skum – nyheter och uppdateringar

#### Dr. Jan Kimpen, Senior Medical Advisor, svarar på viktiga frågor från patienter

Leveranserna av ersättningsenheter fortgår och vi har träffat doktor Jan Kimpen för att gå igenom de vanligaste frågorna ni får av era patienter – gällande allt från hur säkra enheterna är till de senaste test- och forskningsresultaten.

Frågorna och svaren finns [här](#).

### 2. Masker med magneter – nyheter och uppdateringar

Uppföljning av våra meddelanden i september som tillkännagav uppdaterade instruktioner och märkning för specifika sömnterapimasker som innehåller magnetiska maskhållarklämmor. En studie om masker med magneter har publicerats i Journal of Clinical Sleep Medicine och finns på JCSM:s webbplats [här](#).

Vi kan berätta att vi fram till början av 2023 har kommit långt med att uppdatera de befintliga kontraindikationerna och varningarna för var och en av det påverkade maskerna och kan meddela att **Amara View Full Face Mask**, **DreamWear Full Face Mask**, **DreamWisp Nasal Mask** och **Therapy Mask 3100 NC/SP** nu har släppts igen för försäljning. Maskerna Wisp Nasal Mask och Wisp Youth Nasal Mask är fortfarande påverkade av kravet på utvärdering av biokompatibilitet (ISO18562).

(fortsätter på nästa sida)



Du hittar den senaste informationen på vår informationssida för vårdpersonal:  
[philips.com/src-clinician-update](https://philips.com/src-clinician-update)

### 3. Användbara länkar

#### FSN gällande PE-PUR-skum – nyheter och uppdateringar för vårdpersonal

Besök vår [informationssida för vårdpersonal](#) regelbundet för att få den senaste informationen för dig och dina patienter.

På sidan [Läs mer om din utbytesenhet](#) kan patienter som har frågor om sin utbytesenhet snabbt och enkelt få det stöd de behöver.

#### Uppdateringar om masker med magneter

Har du fler frågor om Philips Respironics masker med magneter? Läs mer [här](#).

#### Uppdateringar inom ventilation

Besök [den här](#) sidan för de senaste nyheterna och uppdateringarna inom ventilation.

*Observera att uppgifterna och informationen i detta dokument är giltiga upp till det datum som anges på dokumentet. Om du läser det här dokumentet vid ett senare tillfälle kanske detaljerna och uppgifterna inte längre är aktuella på grund av ny utveckling.*



Du hittar den senaste informationen på vår informationssida för vårdpersonal:  
[philips.com/src-clinician-update](https://philips.com/src-clinician-update)

