

Päivitys Philips Respironicsin korjausprosessiin

Marraskuu 2022

Philips Respironicsin uniapnea- ja hengityshoitolaitteet – FSN 2021-05-A & 2021-06-A.

Arvoisa potilaamme,

Aiempaan yhteydenottoomme liittyen haluamme varmistaa, että pysyt ajan tasalla korjausohjelmasta. Tästä voit lukea esittelyn äskettäin nimetyn Royal Philipsin pääjohtaja/toimitusjohtajan prioriteeteista, ohjelman päivityksistä ja [muistutuksesta liittyen korjausohjelman keskeisiin toimijoihin](#).

Uusi johto keskittyy korjausohjelman parempaan toteuttamiseen

Roy Jakobs nimitettiin Royal Philipsin toimitusjohtajaksi 15. lokakuuta. Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on parantaa ohjelman toteutusta ja varmistaa, että teemme kaikkemme auttaaksemme potilaita.

”Olen ylpeä siitä, että minulle on annettu vastuu johtaa Philipsiä, ja olen aloittanut uuden työni innostuneena ja päättäväisenä kääntää asiat toisin. Olen sitoutunut palvelemaan teitä, meihin luottavia potilaita, ja työskentelemään entistä tiiviimmin lääkäreiden, sairaanhoitajien ja terveydenhuollon johtajien kanssa ja auttamaan ihmisiä kaikkialla parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan.

Olen tietoinen vaikeuksista, jotka aiheutuvat odotetun hoitotason jäämisestä liian alhaiseksi. Respironics uniapnealaitteidemme turvallisuusilmoitus petti monet sinun kaltaisesi potilaat, jotka ovat luottaneet laitteisiimme. Olen tästä syvästi pahoillani. Haluan vakuuttaa, että olemme edelleen täysin sitoutuneita toimittamaan ratkaisun mahdollisimman pian.”

Ohjelman päivitys

Vaikka edistymme vaihtolaitteiden toimittamisessa, ymmärrämme, että on turhauttavaa, ettet ole vielä saanut omaa vaihtolaitettasi. Voit olla varma, että jatkamme yhteistyötä kotihoidon ammattilaisten kanssa saadaksemme korjatun laitteen sinulle. Suunnitelmaamme ohjaavat potilaan tarpeet, erityisesti potilaiden ja heidän lääkäreidensä välillä sovittu hoito, jonka kotihoidon tarjoajat toteuttavat. Muistutamme siitä, että olemme kehittäneet hyödyllisen oppaan, jossa kuvataan korjausprosessin jokainen vaihe. Sen tarkoitus on auttaa ymmärtämään, miten käsittelemme korjausta ja mitä on odotettavissa. Ohje löytyy [täältä](#).

Lisäksi jatkamme yhteistyötä riippumattomien kumppaneiden kanssa suorittaaksemme laajoja testauksia ja tulosten analysointia ilmoituksen kohteena olevilla laitteilla, mukaan lukien biologisen yhteensopivuuden arvioinnit. Viimeisimmät julkaistut testitulokset löytyvät [täältä](#). Jatkamme uusimpien tietojen toimittamista sitä mukaa, kun uusia testituloksia tulee saataville.

Uniapnea-asiantuntijan näkemyksiä

Korva-, nenä- ja kurkkuspesialisti professori N. de Vries on erikoistunut OSA:n tutkimukseen. Hän haluaa rauhoittaa potilaita, joita koskee Philips Respironicsin kesäkuussa 2021 julkaisema tiettyä uniapnealaitteen osaa koskeva turvallisuusilmoitus. Hän on koonnut kriittisen katsauksen saatavilla olevista, merkittävistä maailmanlaajuisista tutkimuksista, joissa seurataan yli 50 000 potilaan terveyttä. Katsauksessa pääteltiin, että PE-PUR-polyuretaanimateriaalia sisältävien Philips Respironicsin PAP-laitteiden käyttöön liittyvässä yleisessä syöpäriskissä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa verrattuna muihin laitteisiin, jotka eivät sisällä PE-PUR-materiaalia.

Tätä näyttöä vasten hän korostaa edelleen PAP-hoidon jatkamisen tärkeyttä OSA:n oireiden lievittämiseksi ja muiden vakavien terveystieteiden todennäköisyyden vähentämiseksi, jotka liittyvät hoitamattomaan OSA:han.

[Lue koko artikkeli seuraavasta linkistä.](#)

Käy edelleen [tietokeskuksessamme](#) saadaksesi uusimmat ja täsmällisimmät tiedot. Kiitämme kärsivällisyydestäsi ja luottamuksestasi.

