

Informationen zur Sicherheitsmitteilung FSN 2021-05-A / 2021-06-A für Medizinprodukte von Philips Respironics

Unterstützung bei jedem Schritt

Während wir uns bemühen, Ihnen so schnell wie möglich Ersatzgeräte zur Verfügung zu stellen, möchten wir Sie über die Schritte informieren, die wir unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Ersatzgerät sicher in der Anwendung ist und Sie Ihr neues Gerät mit vollem Vertrauen benutzen können.



- Während die betroffenen Geräte eine schalldämpfende Schaumstoffkomponente auf Polyesterbasis (PE-PUR) enthielten, handelt es sich bei dem schalldämpfenden Schaumstoff in allen neuen und rezertifizierten Geräten um einen Silikonschaumstoff, der alle anwendbaren Industriestandards, einschließlich der Tests auf Partikel- und flüchtige organische Verbindungen (VOC), erfüllt hat und als Teil unseres Remedierungsprogramms zugelassen ist.
- Alle rezertifizierten Geräte verfügen über ein neues Gebläse und neue Luftkanäle und werden vor Auslieferung gereinigt und desinfiziert.
- Ihr überarbeitetes Gerät kann zwar einige kosmetische Mängel aufweisen, aber es wurde strengen Prüf- und Validierungsverfahren unterzogen, um sicherzustellen, dass die Standards für Sicherheit, Leistung und Qualität eingehalten werden.
- Die Gewährleistung für Ihr Ersatzgerät wurde zurückgesetzt.
- Alle überarbeiteten Geräte tragen auf der Unterseite ein Etikett mit der Aufschrift REV15 oder höher. Dies zeigt an, dass das Gerät mit Silikonschaum ausgestattet wurde und sicher zu verwenden ist.



Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Geräts ist wichtig für Ihre Therapie.

- Wir möchten sicherstellen, dass Sie wissen, wie Sie ihr Gerät korrekt reinigen. Ausführliche Informationen zur Pflege von Ersatzgeräten finden sie in der Bedienungsanleitung des Geräts und in der Reinigungs- und Inspektionsanleitung für das Zubehör, die dem Gerät beiliegen.
- Es ist wichtig, dass Sie nur die für Ihr Gerät zugelassenen Reinigungsmethoden verwenden. Ozon- und UV-Licht-Reinigungsprodukte sind derzeit keine zugelassenen Reinigungsmethoden für Schlafapnoe-Geräte oder -Masken und sollten daher nicht verwendet werden. Bitte beachten Sie auch die FDA-Sicherheitsmitteilung mit dem Titel: „Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.“



Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Bitte wenden Sie sich unter der folgenden Rufnummer mit Ihren Fragen direkt an das Philips Kundenserviceteam: 0800 627 0995.

