

PHILIPS
RESPIRONICS

DreamStation

CPAP

CPAP Pro

Auto CPAP



Manual del usuario
Manual do utilizador

PHILIPS
RESPIRONICS

DreamStation

CPAP

CPAP Pro

Auto CPAP

Español



Manual del usuario

Índice de materias

Uso previsto.....	1
Importante.....	1
Advertencias	1
Precauciones	2
Contraindicaciones.....	3
Descripción de los símbolos	4
Componentes del sistema	4
Cómo ponerse en contacto con Philips Respironics	4
Descripción general del sistema.....	5
Instalación o sustitución de los filtros de aire.....	6
Dónde colocar el dispositivo	7
Suministro de alimentación de CA al dispositivo	7
Conexión del circuito respiratorio.....	8
Navegación por las pantallas del dispositivo.....	9
Puesta en marcha del dispositivo	9
Navegación por los menús (terapia encendida) y ajustes opcionales de humidificación.....	10
Función de rampa	10
Navegación por los menús (terapia apagada)	11
Tecnología inalámbrica por <i>Bluetooth</i> ®	15
Comprobar ajuste de mascarilla.....	16
Progreso del sueño.....	16
Compensación de altitud	16
Alertas del dispositivo	16
Solución de problemas	21
Accesorios.....	23
Viajes con el sistema	24
Limpieza en el domicilio u hospital/centro médico: Exterior del dispositivo y el humidificador	25
Procedimientos de desinfección institucionales y hospitalarios: exterior del dispositivo y el humidificador	25
En el domicilio y el hospital: Enjuague y sustitución de filtros.....	26
Limpieza en el domicilio u hospital:Tubo térmico flexible	26
Mantenimiento.....	27
Notas adicionales.....	27
Especificaciones	29
Eliminación	30
Información sobre CEM (compatibilidad electromagnética).....	30
Garantía limitada	32

Uso previsto

Los sistemas Philips Respironics DreamStation proporcionan una terapia de presión positiva en las vías respiratorias para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en pacientes con respiración espontánea con un peso superior a los 30 kg. Puede utilizarse tanto en casa como en un hospital o centro sanitario.

Importante

El dispositivo solo debe utilizarse si ha sido prescrito por un médico especializado. Su proveedor de servicios médicos establecerá los ajustes correctos de presión y la configuración del dispositivo de acuerdo con la prescripción de su profesional médico.

Hay varios accesorios disponibles para que su tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) con el sistema DreamStation le resulte todo lo cómodo y práctico como sea posible.



Advertencia: Utilice únicamente los métodos de limpieza indicados en su manual del usuario. Philips no puede verificar la seguridad ni el rendimiento de ningún dispositivo si se utiliza ozono u otros métodos de limpieza y desinfección no aprobados.

Advertencias

Una advertencia indica la posibilidad de lesiones al usuario o al operador.

- Este manual es una guía de referencia. Las instrucciones que contiene no pretenden sustituir las instrucciones del profesional médico sobre la utilización del dispositivo.
- La prescripción y los ajustes del dispositivo solo deben ser modificados por orden del médico supervisor.
- El operador debe leer y entender todo este manual antes de usar el dispositivo.
- Este dispositivo no está indicado para mantener las constantes vitales.
- El dispositivo debe utilizarse únicamente con las mascarillas y los conectores recomendados por Philips Respironics o con los recomendados por el profesional médico o terapeuta respiratorio. No se debe utilizar una mascarilla a menos que el dispositivo esté encendido y funcione correctamente. El conector espiratorio asociado a la mascarilla no debe bloquearse nunca. **Explicación de la advertencia:** el dispositivo está diseñado para su uso con mascarillas especiales o conectores que tengan conectores espiratorios que permitan la salida continua del flujo de aire de la mascarilla. Cuando el dispositivo está encendido y funciona correctamente, el aire fresco procedente del dispositivo hace que el aire espirado salga a través del conector espiratorio de la mascarilla. Sin embargo, cuando el dispositivo no está funcionando, no se proporcionará suficiente aire nuevo a través de la mascarilla y el aire espirado podría reinhalarse.
- Es necesario un conector espiratorio. No obstruya el conector espiratorio, dado que puede reducir el flujo de aire y provocar la reinhalación del aire espirado.
- A presiones espiratorias bajas, el flujo a través del conector espiratorio puede ser inadecuado para eliminar todo el gas espirado del tubo y este aire podría reinhalarse.
- Si utiliza una mascarilla facial completa (una mascarilla que cubre tanto la boca como la nariz), esta deberá estar equipada con una válvula de seguridad (antiasfixia).
- Para asegurarse de que recibe la terapia segura y eficaz prescrita, utilice solo accesorios de Philips Respironics. Si se usan accesorios, transductores y cables distintos de los especificados por Philips Respironics, pueden aumentar las emisiones o reducirse la inmunidad del dispositivo.
- Si utiliza oxígeno con este sistema, el suministro de oxígeno debe cumplir las normativas locales acerca del uso de oxígeno médico.
- El oxígeno contribuye a la combustión. No utilice oxígeno mientras fuma ni en presencia de una llama desprotegida.
- Si utiliza oxígeno con este sistema, encienda el dispositivo antes de activar el suministro de oxígeno. Asimismo, antes de apagar el dispositivo, desactive el suministro de oxígeno. De este modo se evitará la acumulación de oxígeno en el dispositivo. **Explicación de la advertencia:** cuando el dispositivo no está funcionando y el flujo de oxígeno se deja encendido, el oxígeno suministrado al tubo se puede acumular dentro de la carcasa del dispositivo. El oxígeno acumulado en el interior del dispositivo causará un riesgo de incendio.
- Si utiliza oxígeno con este sistema, debe instalar una válvula de presión de Philips Respironics en línea con el circuito del paciente entre el dispositivo y la fuente de oxígeno. La válvula de presión ayuda a evitar el reflujo de oxígeno del circuito del paciente al dispositivo cuando la unidad está apagada. La omisión de la válvula de presión podría suponer un riesgo de incendio.
- No conecte el dispositivo a una fuente de oxígeno de alta presión o que no esté regulada.
- No utilice este dispositivo en presencia de una mezcla anestésica inflamable en combinación con oxígeno o aire, ni en la presencia de óxido nítrico.
- No utilice este dispositivo cerca de una fuente de vapores tóxicos o nocivos.
- No utilice el dispositivo a la luz directa del sol ni cerca de un aparato de calefacción ya que ello puede aumentar la temperatura del aire procedente del dispositivo.
- Póngase en contacto con su profesional médico si los síntomas de la apnea del sueño vuelven a presentarse.
- Si observa algún cambio inexplicable en el funcionamiento de este dispositivo, si este produce sonidos raros o fuertes, si se ha caído o se ha manejado incorrectamente, si ha entrado agua en la carcasa o si esta está rota, desconecte el cable de alimentación y deje de utilizarlo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
- Las reparaciones y los ajustes solamente debe realizarlos personal de servicio técnico autorizado por Philips Respironics. El servicio técnico no autorizado podría causar lesiones, anular la garantía o producir daños costosos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para realizarlo.
- No utilice ningún accesorio, piezas desmontables o materiales que no estén recomendados por Philips Respironics. El uso de piezas o accesorios incompatibles puede tener como consecuencia un funcionamiento deficiente del dispositivo.

- Utilice solo los cables y accesorios aprobados. Un mal uso puede afectar a la compatibilidad electromagnética, por lo que debe evitarse.
 - La Health Industry Manufacturers Association (asociación de fabricantes del sector sanitario) recomienda dejar una separación mínima de 15 cm entre los teléfonos inalámbricos y los marcapasos para evitar posibles interferencias con estos últimos. En este sentido, la comunicación por *Bluetooth* integrada de DreamStation debe considerarse como un teléfono inalámbrico.
 - Utilice solo cables de alimentación suministrados por Philips Respironics para este dispositivo. El uso de cables de alimentación no suministrados por Philips Respironics puede provocar sobrecalentamiento o daños al dispositivo y generar un aumento de las emisiones o un descenso de la inmunidad del equipo o el sistema.
 - El dispositivo no debe utilizarse apilado con otros dispositivos que no estén aprobados ni cerca de ellos.
 - Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia pueden afectar a los equipos eléctricos médicos. Consulte el apartado sobre CEM de este manual para conocer las distancias que se deben mantener entre los generadores de radiofrecuencia y el ventilador con la finalidad de evitar interferencias.
 - No use este dispositivo cerca de equipos quirúrgicos activos de alta frecuencia y en la sala blindada de radiofrecuencia de un sistema médico eléctrico para imágenes de resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas es alta.
 - Se debe evitar utilizar este equipo en la proximidad de otro equipo o apilado sobre otro equipo, ya que esto podría causar un funcionamiento inadecuado. Si esta situación es inevitable, se debe observar tanto este equipo como los otros para verificar su normal funcionamiento.
 - No tire de los tubos ni los estire, ya que podrían ocasionarse fugas en el circuito.
 - No cubra el tubo con una manta ni lo caliente en una incubadora o con un calefactor suspendido. Esto puede afectar a la calidad de la terapia o causar lesiones al paciente.
 - Inspeccione los tubos para ver si están gastados o deteriorados. Si es preciso, deséchelos y sustitúyalos.
 - Inspeccione periódicamente los cables eléctricos para determinar si han sufrido daños o se han desgastado. Deje de utilizarlos y sustitúyalos si están dañados.
 - No utilice nunca el dispositivo si alguno de sus componentes presenta daños o no funciona correctamente. Sustituya las piezas dañadas antes de seguir usándolo.
 - Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente de pared antes de limpiar el dispositivo. NO sumerja el dispositivo en ningún líquido.
 - No sumerja el dispositivo en líquidos ni lo rocíe con agua ni limpiadores. Límpielo con un paño humedecido con un limpiador aprobado.
 - Si el dispositivo lo usan varias personas (por ejemplo, dispositivos de alquiler), se debe instalar un filtro antibacteriano de flujo principal y baja resistencia en línea entre el dispositivo y el tubo del circuito para evitar la contaminación.
 - Si va a usar un humidificador, no utilice el ventilador en ubicaciones cuya altitud sea superior a los 2286 m o fuera del rango de temperatura de los 5 °C a los 40 °C. El uso del humidificador fuera de este rango de temperatura o por encima de esta altitud puede afectar a la calidad de la terapia o lesionar al paciente.
 - Para evitar la desconexión del tubo o sistema de tubos durante su uso, emplee solamente tubos que cumplan la norma ISO 5367 o ISO 80601-2-74.
 - La humidificación puede aumentar la resistencia del filtro de bacterias, por lo que el operador debe supervisarlos con frecuencia para detectar obstrucciones o el aumento de la resistencia, a fin de garantizar la administración de la presión terapéutica.
 - Coloque el cable de alimentación entre el dispositivo y la toma de manera que no pueda tropezarse con él y no interfiera con sillas ni con otros muebles.
 - Para evitar todo riesgo de estrangulación, asegúrese de que todos los cables conectados al dispositivo sigan las trayectorias adecuadas.
 - Este dispositivo se activa al conectar el cable de alimentación.
 - Para garantizar un funcionamiento seguro cuando se utiliza un humidificador, el humidificador debe colocarse siempre debajo de la conexión del circuito respiratorio de la mascarilla. El humidificador debe estar nivelado para que funcione correctamente.
 - Use solo el pulsioxímetro y los sensores recomendados por Philips Respironics. El uso de sensores incompatibles puede ocasionar un funcionamiento inexacto del pulsioxímetro.
 - No utilice un pulsioxímetro ni un sensor dañados.
 - Antes de utilizarlos, lea atentamente estas instrucciones y las instrucciones de uso suministradas con el pulsioxímetro y el sensor.
- Nota:** consulte en la sección “Garantía limitada” de este manual información acerca de la cobertura de la garantía.

Precauciones

Una precaución indica la posibilidad de daño al dispositivo.

- Los equipos eléctricos médicos requieren ciertas precauciones especiales respecto a la compatibilidad electromagnética y deben instalarse de acuerdo con la información sobre compatibilidad electromagnética. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos respecto a la información de instalación sobre compatibilidad electromagnética.
- No utilice tubos flexibles ni tubos de paciente que sean conductores o antiestáticos con el dispositivo.
- Las patillas de los conectores marcadas con el símbolo de advertencia ESD no deben tocarse y no deben llevarse a cabo las conexiones sin tomar precauciones especiales. Los procedimientos preventivos incluyen métodos para evitar la acumulación de carga electrostática (por ejemplo, aire acondicionado, humidificación, cubiertas de suelo conductoras, ropas no sintéticas), descargando la electricidad del cuerpo al armazón del equipo o sistema, o a tierra. Se recomienda que todas las personas que vayan a manejar este equipo comprendan de forma básica estos procedimientos preventivos como parte de su formación.
- Antes de poner en marcha el dispositivo, asegúrese de que tapa de acceso a la tarjeta SD o al filtro y la de acceso al módem estén cerradas si no se ha instalado ningún accesorio, como el módem o el módulo de enlace. Consulte las instrucciones incluidas con el accesorio.
- La condensación puede dañar el dispositivo. Si este dispositivo ha estado expuesto a temperaturas muy bajas o muy elevadas, espere a que se adapte a la temperatura ambiente (temperatura de funcionamiento) antes de iniciar la terapia. No ponga en funcionamiento el dispositivo fuera del intervalo de temperaturas de funcionamiento indicado en las especificaciones.

- No utilice prolongadores con este dispositivo.
- Asegúrese de que la zona de filtrado de la entrada de aire situada en el lateral del dispositivo no se ve bloqueada por la ropa de cama, cortinas o cualquier otro objeto. Para que el sistema funcione correctamente, el aire debe fluir libremente alrededor del dispositivo.
- No coloque directamente el dispositivo sobre alfombras, telas o cualquier otro material inflamable.
- No coloque el dispositivo en ningún recipiente que pueda acumular o contener agua.
- No enchufe el dispositivo a una toma de corriente controlada por un interruptor de pared.
- Para un correcto funcionamiento se requiere un filtro antipolen azul de Philips Respironics intacto y correctamente instalado.
- El humo del tabaco puede causar una acumulación de alquitrán en el dispositivo y provocar un funcionamiento incorrecto del mismo.
- Los filtros de entrada sucios podrían elevar las temperaturas de funcionamiento, lo que puede afectar al funcionamiento del dispositivo. Examine los filtros de entrada con regularidad, según sea necesario, para garantizar la integridad del sistema y comprobar si tienen suciedad acumulada.
- No coloque nunca un filtro húmedo en el dispositivo. Debe asegurarse de que se deja un tiempo de secado suficiente para el filtro que se ha aclarado.
- Asegúrese siempre de que el cable de alimentación de CC se ha encajado correctamente en el dispositivo terapéutico antes de utilizarlo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos o con Philips Respironics para determinar si dispone del cable de CC adecuado para su dispositivo terapéutico concreto.
- Si la alimentación de CC proviene de la batería de un vehículo, no deberá utilizarse el dispositivo con el motor del vehículo en marcha. Si lo hace, el dispositivo podría sufrir daños.
- Utilice únicamente un cable de alimentación de CC y un cable adaptador de batería de Philips Respironics. El uso de un sistema diferente puede ocasionar daños al dispositivo.
- No sumerja el dispositivo ni permita que ningún líquido entre en la carcasa ni en el filtro de entrada.
- No esterilice el dispositivo con vapor en autoclave; de lo contrario, quedará inutilizable.
- No utilice detergentes agresivos, limpiadores abrasivos ni cepillos para limpiar el sistema.
- Philips Respironics recomienda seguir únicamente los procedimientos de limpieza indicados en este manual. El uso de otros procesos de limpieza no especificados por Philips Respironics puede afectar al funcionamiento del producto.

Contraindicaciones





















Al evaluar los riesgos y ventajas relativos al uso de este equipo, el terapeuta debe tener en cuenta que este dispositivo puede suministrar presiones de hasta 20 cm H₂O. En caso de avería, puede alcanzar una presión máxima de 40 cm H₂O. Ciertos estudios han demostrado que los siguientes trastornos preexistentes pueden contraindicar el uso de la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) en algunos pacientes:

- Enfermedad pulmonar bullosa
- Presión sanguínea patológicamente baja
- Con bypass en las vías respiratorias superiores
- Neumotórax
- Se ha informado de la aparición de neumocéfalo en un paciente debido a la aplicación de terapia nasal de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP). Se recomienda actuar con precaución al prescribir CPAP a pacientes sensibles, como aquellos con: fugas de líquido cefalorraquídeo (LCR), anomalías de la lámina cribosa, antecedentes de traumatismo craneal y neumocéfalo. (Chest 1989; 96:1425-1426)

El uso de la terapia CPAP puede estar temporalmente contraindicado si presenta signos de infección de los senos nasales o del oído medio. No debe usarse en pacientes cuyas vías respiratorias superiores hayan sido sometidas a bypass. Póngase en contacto con su profesional médico si tiene cualquier duda relativa a la terapia.

Descripción de los símbolos

En el dispositivo, la fuente de alimentación y los accesorios pueden aparecer los siguientes símbolos:

Símbolo	Definición	Símbolo	Definición
	Consulte las instrucciones de uso incluidas.		Para uso en líneas aéreas. Cumple la normativa RTCA/DO-160G sección 21, categoría M.
	Alimentación de CA		Recogida selectiva para equipos eléctricos y electrónicos, según la Directiva 2012/19/UE de la CE.
	Alimentación de CC		Símbolo de Bluetooth®
IP22	Equipo a prueba de goteo		Este dispositivo contiene un transmisor de RF.
	Precaución, consulte los documentos incluidos.	SpO2	Conexión al oxímetro
	Símbolo de advertencia ESD		Conector en serie
	Clase II (doble aislamiento)		Evite la radiación ultravioleta.
	Pieza aplicada de tipo BF		No desmontar.
	Solo para uso en interiores.		No seguro para RM No use el dispositivo en un entorno de resonancia magnética (RM).
	Producto sanitario Indica que el artículo es un producto sanitario.		Importador Indica la entidad que importa el producto sanitario a la UE.
	Identificador único de dispositivo Indica la información del identificador único de dispositivo.		
	Fecha de fabricación: indica la fecha en la que se fabricó el producto. País del fabricante: indica el país de fabricación del producto. Nota: En la etiqueta, "CC" se sustituye por el código de país de dos letras.		

Componentes del sistema

Su sistema DreamStation puede incluir los siguientes elementos:

- Dispositivo
- Manual del usuario
- Maletín de transporte
- Cable de alimentación
- Fuente de alimentación
- Tarjeta SD
- Tubo flexible
- Filtro antipolen azul reutilizable
- Filtro ultrafino azul claro desechable (opcional)
- Humidificador (opcional)

Nota: si falta cualquiera de estos elementos, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.

Cómo ponerse en contacto con Philips Respironics

Si tiene algún problema con este equipo o necesita ayuda con la configuración, el uso o el mantenimiento del dispositivo o sus accesorios, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos. Si necesita ponerse en contacto directamente con Philips Respironics, llame al Servicio de atención al cliente de Philips Respironics al +1-724-387-4000. También puede utilizar la siguiente dirección:


Respironics, Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, EE. UU.

Descripción general del sistema

El sistema DreamStation CPAP es un dispositivo terapéutico de presión positiva continua en las vías respiratorias diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS). El DreamStation CPAP Pro también puede realizar terapia de comprobación de CPAP, y el DreamStation Auto CPAP puede realizar terapia de comprobación de CPAP y terapia Auto-CPAP. Su proveedor de servicios médicos escogerá los ajustes de presión adecuados para usted.

Cuando se le prescribe, el dispositivo le ofrece varias características especiales para que su terapia le resulte más cómoda. La función de rampa le permite reducir la presión cuando está intentando quedarse dormido. La presión de aire irá aumentando gradualmente hasta alcanzar la presión que se le haya prescrito. Asimismo, la característica de comodidad Flex le ofrece un alivio de la presión cuando espira durante la terapia.

También hay disponibles varios accesorios que puede utilizar con el dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para adquirir cualquier accesorio que no esté incluido con el sistema.



Esta figura ilustra algunas de las características del dispositivo, descritas en la tabla siguiente.

N.º	Característica del dispositivo	Descripción
1	Botón de terapia activada/desactivada	Inicia y detiene el flujo de aire de la terapia. Si parpadea el LED del botón de terapia activada/desactivada, tiene un mensaje pendiente. Pulse o gire el mando para verlo.
2	Sensor de luz ambiente	Detecta el grado de luz de la habitación y ajusta el brillo de la pantalla.
3	Botón Rampa	Activa la característica de rampa durante la terapia.
4	Tapa de acceso a la tarjeta SD y al filtro	Esta tapa se abre hacia arriba para dejar acceso al alojamiento de la tarjeta SD y el filtro.
5	Pantalla	Esta es la interfaz del usuario del dispositivo terapéutico.
6	Selector de control	Gire el selector para desplazarse por las opciones de la pantalla y púlselo para escoger una opción.
7	Tapa de acceso a los accesorios	Esta tapa se abre hacia arriba para dejar acceso a los accesorios (opcionales).
8	Conector del humidificador	El humidificador se conecta a la parte posterior del dispositivo terapéutico. El conector de patilla del humidificador se acopla aquí.
9	Conector de salida de aire	Conecte aquí el tubo.
10	Entrada de alimentación	Conecte aquí el cable de alimentación.

Instalación o sustitución de los filtros de aire

Precaución: para un correcto funcionamiento se requiere un filtro antipolen azul de Philips Respironics intacto y correctamente instalado.


El dispositivo usa un filtro antipolen azul reutilizable que se puede aclarar y un filtro ultrafino azul claro desechable. El filtro azul reutilizable elimina el polvo normal doméstico y los pólenes, mientras que el filtro ultrafino azul claro proporciona una filtración más completa de partículas muy finas. El filtro azul reutilizable debe estar colocado siempre que el dispositivo esté funcionando. El filtro ultrafino se recomienda para las personas sensibles al humo del tabaco u otras pequeñas partículas.

El filtro azul reutilizable se entrega con el dispositivo. Puede que se incluya también un filtro ultrafino azul claro desechable. Si el filtro aún no está instalado cuando reciba el dispositivo, debe instalar al menos el filtro azul reutilizable antes de utilizar el dispositivo.


El dispositivo cuenta con un recordatorio automático del filtro de aire. Cada 30 días, el dispositivo muestra un mensaje para recordar que se ha de examinar los filtros y cambiarlos según se indique.

Nota: este mensaje solo es un recordatorio. El dispositivo no detecta el rendimiento de los filtros ni reconoce cuándo se han aclarado o cambiado.


1. Levante la tapa de acceso al filtro y déjala arriba. Si va a cambiarlo, tire del montaje donde va el filtro usado.



2. Si procede, coloque un filtro antipolen azul reutilizable seco (1) sobre un filtro ultrafino azul claro desechable opcional nuevo (2) y únalos hasta que oiga un chasquido.



3. Vuelva a meter el nuevo montaje en el lateral del dispositivo terapéutico. Baje la tapa.



Dónde colocar el dispositivo

Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable en algún lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente desde el lugar donde lo utilizará, a un nivel inferior a su posición para dormir. Asegúrese de que el dispositivo no esté cerca de ningún equipo de calefacción o refrigeración (p. ej. salidas de ventilación, radiadores, aparatos de aire acondicionado).

Nota: cuando ubique el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación quede accesible, dado que desconectar la alimentación es la única manera de apagar el dispositivo.

Precaución: asegúrese de que el alojamiento para filtros situado en el lateral del dispositivo no se ve obstaculizado por la ropa de cama, cortinas o cualquier otro objeto. El aire debe fluir libremente alrededor del dispositivo para que el sistema funcione correctamente.

Precaución: no coloque directamente el dispositivo sobre alfombras, telas o cualquier otro material inflamable.


Precaución: no coloque el dispositivo en ningún recipiente que pueda acumular o contener agua.

Suministro de alimentación de CA al dispositivo


Siga estos pasos para utilizar alimentación de CA con el dispositivo:

1. Conecte el extremo con el enchufe hembra del cable de alimentación de CA (incluido) a la fuente de alimentación (también incluida).
2. Enchufe el extremo con clavijas del cable de alimentación de CA a una toma de corriente eléctrica que no esté controlada por un interruptor de pared.

Nota: este solo es un ejemplo. La toma de corriente y el cable de alimentación pueden variar.



3. Enchufe el conector del cable de la fuente de alimentación a la entrada de alimentación situada en el lateral del dispositivo.



4. Compruebe que el enchufe esté introducido hasta el fondo en el lateral del dispositivo, en la fuente de alimentación y en la toma de corriente. De este modo la conexión eléctrica será segura y fiable.

Nota: si aparece en la pantalla el comprobar alimentación repita el paso 4.



Importante: para desconectar la alimentación de CA, desenchufe el cable de la fuente de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

Advertencia: inspeccione periódicamente los cables eléctricos para determinar si han sufrido daños o se han desgastado. Deje de utilizarlos y sustitúyalos si están dañados.

Conexión del circuito respiratorio

Para utilizar el sistema, necesitará los siguientes accesorios para ensamblar el circuito respiratorio recomendado:

- Mascarilla de Philips Respironics (mascarilla nasal o mascarilla facial completa) con conector espiratorio integrado, o mascarilla de Philips Respironics con un dispositivo espiratorio independiente (como el Whisper Swivel II)
- Tubo flexible de Philips Respironics, 1,83 m
- Arnés de Philips Respironics (para la mascarilla)


Para conectar el circuito respiratorio al dispositivo, siga estos pasos:

Nota: Si utiliza el tubo de rendimiento opcional de 12 mm (no térmico), necesitará un adaptador para conectarlo al dispositivo terapéutico.

Nota: El tubo aparece identificado en el manguito con el símbolo identificador del tubo: "12", "15" o "HT15". El tubo de 22 mm no tiene ningún símbolo.


1. Conecte el tubo flexible a la salida de aire del dispositivo terapéutico.

Para conectar el tubo térmico (ver imagen) al conector de salida de aire en la parte de atrás del dispositivo terapéutico, alinee el conector (1) de la parte superior del tubo térmico con el conector de salida de aire de la parte posterior del dispositivo.



2. Presione el tubo térmico sobre el conector de salida de aire hasta que las lengüetas del lateral del tubo hagan clic al encajar en las ranuras de los laterales del conector de salida.

Si utiliza un tubo estándar (no se muestra), simplemente deslice el tubo sobre el orificio de salida de aire del dispositivo.



Nota: Si es necesario, conecte un filtro antibacteriano a la salida de aire del dispositivo y, a continuación, conecte el tubo flexible a la salida del filtro antibacteriano. Al utilizar el filtro antibacteriano, es posible que el rendimiento del dispositivo se vea afectado. No obstante, el dispositivo seguirá funcionando y administrando la terapia.

3. Si utiliza el tubo de rendimiento opcional de 12 mm, conecte el adaptador de mascarilla suministrado al extremo de conexión de la mascarilla que hay en el tubo.
4. Conecte el tubo a la mascarilla. Para una colocación y ubicación correctas, consulte las instrucciones incluidas con la mascarilla.

Advertencia: No tire del tubo ni lo estire. Esto podría ocasionar fugas en el circuito.

- Advertencia:** Inspeccione el tubo para comprobar si está gastado o deteriorado. Si es preciso, deséchelo y sustitúyalo.
5. Conecte el arnés a la mascarilla si es necesario. Consulte las instrucciones incluidas con el arnés.
- Advertencia:** Si utiliza una mascarilla facial completa (una mascarilla que cubre tanto la boca como la nariz), debe estar equipada con una válvula de seguridad (antiasfixia).
- Advertencia:** Si el dispositivo lo utilizan varias personas (por ejemplo, dispositivos de alquiler), se debe instalar un filtro antibacteriano de flujo principal y baja resistencia en línea entre el dispositivo y el tubo del circuito para evitar la contaminación.



Navegación por las pantallas del dispositivo



La interfaz de usuario de este dispositivo permite establecer los ajustes de este y ver información sobre la terapia. La interfaz comprende la pantalla y el selector de control. Gire el selector de control en cualquier dirección para desplazarse por las opciones del menú de la pantalla.

Nota: la pantalla no es táctil. Es preciso utilizar el selector para navegar por los menús del dispositivo.

Para establecer un ajuste:

1. Gire el selector hasta la opción del menú que desee.
2. Pulse el selector para escoger ese ajuste.
3. Gire el selector para cambiar de ajuste.
4. Pulse de nuevo el selector para guardar el cambio.


Nota: el icono de giro del selector  indica, en cualquier pantalla, que se debe girar el selector para realizar una acción. El icono de pulsación en el selector  indica, en cualquier pantalla, que se debe pulsar el selector para realizar una acción.

Nota: si pulsa el selector en cualquier pantalla donde aparezca la flecha hacia abajo  irá a un submenú con más opciones de menú. Si pulsa el selector en cualquier submenú donde aparezca la flecha hacia arriba  volverá al menú principal.

Nota: las pantallas que se muestran en este manual solo son ejemplos para referencia. Las pantallas reales pueden variar según el modelo del dispositivo y los ajustes que establezca el proveedor.

Puesta en marcha del dispositivo


1. Compruebe que el dispositivo cuenta con suministro eléctrico. La primera pantalla en aparecer es el logotipo de Philips Respironics; le sigue el modelo del dispositivo y, a continuación, la pantalla de inicio.



Pantalla de inicio

Al encender por primera vez el dispositivo, es posible que un mensaje emergente le pida que establezca la hora del dispositivo. El ajuste predeterminado es la hora de Greenwich (GMT), pero, si se le pide, puede ajustar la hora en incrementos de 30 minutos hasta que coincida con la de su zona horaria local. Si omite este ajuste de la hora inicial, puede ajustarla más tarde en el menú “Mi configuración”.

Nota: este ajuste no sirve para hacer la función de reloj. Solo se utiliza para alinear los datos de la terapia para los informes de datos de su proveedor.

2. Colóquese la mascarilla. Consulte las instrucciones suministradas junto con la mascarilla.
 3. Pulse el botón de terapia () en la parte superior del dispositivo para activar el flujo de aire y comenzar terapia. En la pantalla se muestra la presión actual suministrada.
 4. Asegúrese de que no esté escapando aire de la mascarilla. Si es preciso, ajuste la mascarilla y el arnés hasta que deje de salir aire. Consulte las instrucciones que se incluyen con la mascarilla para obtener más información.
- Nota:** una pequeña cantidad de fuga de la mascarilla es normal y aceptable. Corrija las fugas grandes de la mascarilla o solución la irritación de los ojos provocada por una fuga de aire tan pronto como sea posible.
5. Si usa el dispositivo en una cama que dispone de cabecero, intente colocar el tubo por encima de este. Es posible que esto reduzca la tensión en la mascarilla.

6. Pulse otra vez el botón de terapia para apagar la terapia.
- Nota:** si cuando se administra la terapia se produce una interrupción del suministro eléctrico (es decir, un corte de la luz), cuando vuelva la electricidad el dispositivo vuelve a la pantalla de inicio. Puede retomar la terapia según sea necesario.

Navegación por los menús (terapia encendida) y ajustes opcionales de humidificación

Cuando se administra la terapia es posible establecer la temperatura del tubo o los ajustes del humidificador. Gire el selector de control para escoger uno de los dos ajustes. Pulse y gire el selector si quiere cambiar el ajuste.

Nota: si usa el humidificador sin el tubo térmico, gire simplemente el selector para cambiar el ajuste del humidificador.




Pantalla de Presión terapéutica


N.º	Característica	Descripción
1	Presión terapéutica	Muestra la presión administrada actualmente.
2	Ajuste modificable de temperatura del tubo	Este ajuste se puede cambiar de 0 a 5. Solo aparece cuando está conectado el tubo térmico opcional.
3	Ajuste modificable del humidificador	Este ajuste se puede cambiar de 0 a 5. Solo aparece cuando está conectado el humidificador.
4	Funciones habilitadas	Según la configuración que se haya escogido, aquí aparecerán las funciones de la terapia que estén habilitadas.

Función de rampa

El dispositivo cuenta con una función de rampa opcional que puede habilitar o deshabilitar su proveedor de servicios médicos. Esta característica reduce la presión de aire mientras intenta quedarse dormido y, a continuación, la aumenta gradualmente (en rampa) hasta llegar al ajuste prescrito para que se duerma más cómodamente.

Si tiene habilitada la rampa, cuando encienda el flujo de aire, pulse el botón Rampa () situado en la parte superior del dispositivo. Puede utilizar el botón Rampa tan a menudo como lo desee durante la noche.

Cuando se pulsa el botón de rampa, la pantalla de Terapia cambia para indicar la presión de la rampa y el círculo verde indicará el aumento gradual de la presión.




Pantalla de presión de rampa

El dispositivo cuenta con dos modos de rampa. Su proveedor escogerá el más adecuado para usted. El modo normal de rampa aumenta la presión de forma constante. Por el contrario, el modo SmartRamp mantiene una presión más baja continuamente hasta que el dispositivo detecta que usted necesita más presión.

Navegación por los menús (terapia apagada)

Desde la pantalla de inicio puede desplazarse por los menús siguientes. Solo aparecerán los menús disponibles y habilitados en su dispositivo.



Mi información: este menú proporciona un resumen de las estadísticas de uso de la terapia.

Precalentamiento (si está disponible): esta función sirve para calentar el humidificador durante 30 minutos antes de comenzar la sesión de terapia.

Mi proveedor: este menú contiene información que su proveedor le puede pedir que le lea para poder ayudarlo mejor por teléfono.

Mi configuración: en este menú aparecen los ajustes de comodidad que se pueden modificar según sea necesario.

Mi información:



Cuando selecciona “Mi información”, se ven las siguientes pantallas. Estas pantallas solo aparecen si están disponibles y habilitadas en su dispositivo. En el menú Info no se pueden cambiar los ajustes. Estas pantallas solo son para referencia. Su proveedor de servicios médicos puede solicitarle periódicamente esta información.

Icono	Texto	Descripción
	Horas de terapia	Esta pantalla muestra el tiempo que lleva recibiendo terapia el usuario durante el período más reciente de 1 día. También muestra el tiempo que ha recibido terapia el paciente durante los últimos 7 y 30 días.
AHI	IAH	Esta pantalla muestra los índices de apnea/hipopnea (IAH) nocturna del período más reciente de 1 día. Muestra también la media de estos valores nocturnos de IAH de forma independiente en períodos de 7 y 30 días. Esta pantalla solo aparece si su proveedor de servicios médicos la ha habilitado. Disponible en los dispositivos CPAP Pro y Auto CPAP.
	Ajuste de la mascarilla	Muestra el valor de “100 % menos fuga grande”. Fuga grande es el porcentaje de tiempo en el que la fuga de la mascarilla ha sido tan importante que el dispositivo ya no ha podido identificar los eventos respiratorios con precisión suficiente para elaborar estadísticas. Muestra el valor del día más reciente, así como los valores de los últimos 7 y 30 días. Esta pantalla solo aparece si su proveedor de servicios médicos la ha habilitado. Disponible en los dispositivos CPAP Pro y Auto CPAP.

Icono	Texto	Descripción
Periodic Breathing	Respiración periódica	Muestra el porcentaje de tiempo que el usuario ha tenido respiración periódica. Muestra el valor del período más reciente de 1 día, así como los valores de los últimos 7 y 30 días. Si observa un gran aumento en el porcentaje indicado de tiempo con respiración periódica, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para obtener ayuda. Esta pantalla solo aparece si su proveedor de servicios médicos la ha habilitado. Disponible en los dispositivos CPAP Pro y Auto CPAP.
90% Pressure	Pres. 90 %	Esta pantalla muestra el valor nocturno de presión del 90 % en el período más reciente de 1 día. Muestra también la media de estos valores nocturnos de presión del 90 % de forma independiente en períodos de 7 y 30 días. Disponible en la unidad Auto CPAP.

Precalentamiento:



Pantalla de precalentamiento encendido



Pantalla de precalentamiento apagado

Nota: El menú Precalentamiento solo aparece si está disponible en su dispositivo.

Si utiliza un humidificador, el dispositivo puede precalentar el depósito de agua durante un máximo de 30 minutos antes de comenzar la terapia.



Para poder activar el modo de precalentamiento, el ventilador debe estar apagado y debe haber un humidificador conectado. Si selecciona “Precalentamiento”, podrá girar el selector para escoger “apagado” o “encendido”. Pulse de nuevo el selector de control para escoger. En los 30 minutos que esté precalentando, podrá seguir usando el selector de control para seleccionar otras opciones del menú de la pantalla de inicio.

Mi proveedor:



Cuando selecciona “Mi proveedor”, se ven las siguientes pantallas. Estas pantallas solo aparecen si están disponibles y habilitadas en su dispositivo. En el menú Proveedor, no se pueden cambiar los ajustes. Estas pantallas solo son para referencia. Su proveedor de servicios médicos puede solicitarle periódicamente esta información.




Icono	Texto	Descripción
	Información del dispositivo	Esta pantalla muestra la información de su dispositivo terapéutico: número de serie, modelo y versión del software.
	Información de contacto del proveedor	Esta pantalla muestra la información de contacto de su proveedor si esta se ha cargado en su dispositivo.
	Remitido por teléfono	Esta pantalla muestra las horas de terapia totales del dispositivo, las horas totales de ventilador, la cantidad total de días de utilización con sesiones de más de 4 horas y un número de comprobación de cumplimiento que le sirve a su proveedor de servicios médicos para confirmar que los datos que usted le proporcione son los tomados de esta pantalla.











Icono	Texto	Descripción
A-TRIAL	Prueba A	Si está disponible el modo de prueba automática, esta pantalla muestra Días: xx/xx (donde xx/xx es la cantidad de días de prueba acumulados / cantidad de días de prueba seleccionados). Disponible en el dispositivo Auto CPAP.
	Cargar	Permite al usuario hacer llamadas a través del módem cuando hay instalado un módem móvil o un accesorio de wifi opcionales. La intensidad de la señal aparece indicada en la parte superior de esta pantalla. Una vez finalizada la carga de datos a través del módem, la pantalla mostrará bien una marca verde con el texto "Completado" para indicar que la carga se ha realizado correctamente, bien una X roja con el texto "Incorrecto", si la carga no ha sido correcta. Si la carga falla, iníciela una segunda vez o póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos si el problema continúa. Esta pantalla está bloqueada si está apagado el módem.
	Comprobación del rendimiento	Su dispositivo está dotado de una herramienta de autodiagnóstico llamada "Comprobación del rendimiento", que sirve para detectar ciertos errores en el dispositivo. También le permite compartir algunos ajustes importantes del dispositivo con su proveedor de servicios médicos. Use esta opción cuando se lo pida su proveedor. Cuando termine el análisis, aparece una marca verde en la pantalla si no se han detectado errores. Si aparece una "X" roja, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para obtener ayuda.

Mi configuración:



Cuando selecciona "Mi configuración", se ven las siguientes pantallas. Estas pantallas solo aparecen si están disponibles y habilitadas en su dispositivo. Los ajustes del menú de configuración se pueden cambiar.

Icono	Texto	Descripción
	Rampa	Muestra la presión de inicio de rampa. La presión de inicio de rampa se puede aumentar o reducir en incrementos de 0,5 cm H ₂ O.
	Tiempo de rampa	Cuando defina el Tiempo de rampa, el dispositivo aumenta la presión del valor definido en la pantalla Rampa al ajuste de presión terapéutica durante el período de tiempo especificado aquí.
FLEX	Flex	Esta función le permite ajustar el nivel de alivio de presión de aire que siente cuando espira durante la terapia. Su proveedor de servicios médicos puede habilitarla o deshabilitarla. En el caso de que la haya habilitado, se habrá fijado un nivel determinado en el dispositivo. Puede aumentar o reducir este ajuste de 1 a 3. El ajuste "1" proporciona un pequeño alivio de presión y los valores superiores ofrecen un alivio mayor. Nota: si aparece en la pantalla un icono de un candado  , indica que su proveedor de servicios médicos ha bloqueado este ajuste y que no puede modificarlo.

Icono	Texto	Descripción
	Humidificación	Muestra el modo de humidificación que se está usando. Puede escoger entre humidificación fija o adaptativa. Si se está usando un tubo térmico, el dispositivo pasará automáticamente al modo de humidificación con tubo térmico. Aparecerá el símbolo del candado al lado del ajuste del modo para indicar que, mientras el tubo térmico esté acoplado al dispositivo, no se puede cambiar de modo. No obstante, sí se podrán modificar como siempre los ajustes de la placa térmica y de la temperatura del tubo en la pantalla Terapia.
	Tipo de mascarilla	Este ajuste sirve para ajustar el nivel de alivio de la presión de aire según la mascarilla de Philips Respironics que esté usando. Cada mascarilla Philips Respironics puede contar con un ajuste de control de la resistencia “ System One ”. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos si no es capaz de encontrar el ajuste de resistencia de su mascarilla. Nota: si aparece en la pantalla un icono de un candado  , indica que su proveedor de servicios médicos ha bloqueado este ajuste y que no puede modificarlo.
	Tipo de circuito	Este ajuste le permite seleccionar el tubo del diámetro correcto que está utilizando con el dispositivo. Puede elegir entre (22) para el tubo de 22 mm de Philips Respironics, (15) para el tubo de 15 mm de Philips Respironics o (12) para el tubo de 12 mm opcional de Philips Respironics. Si utiliza el tubo térmico, el dispositivo cambiará automáticamente este ajuste al tipo de tubo adecuado (15 H) y no podrá cambiarlo. Nota: El tubo aparece identificado en el manguito con el símbolo del tubo: “12”, “15” o “15H”. El tubo de 22 mm no contiene ningún símbolo. Nota: si aparece en la pantalla un icono de un candado  , indica que su proveedor de servicios médicos ha bloqueado este ajuste y que no puede modificarlo.
	Idioma	Esta función le permite escoger el idioma que aparece en la interfaz. Puede elegir entre: alemán, checo, danés, español, finés, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, portugués brasileño o sueco. También puede apagar el idioma (0), lo que significa que solo se mostrarán iconos en la interfaz del dispositivo.
	Comprobar ajuste de mascarilla	Esta función sirve para comprobar el ajuste de la mascarilla antes de iniciar la terapia. Se realiza midiendo la cantidad de fuga.
	Módem	Permite apagar temporalmente el módem o volver a encenderlo. Cuando está apagado, se reinicia automáticamente de nuevo 3 días después. Solo aparece cuando está instalado el módem.
	Bluetooth	Permite activar o desactivar el Bluetooth. También permite borrar el emparejamiento con un dispositivo Bluetooth compatible.
	Tiempo	Sirve para ajustar la hora. El ajuste predeterminado es la hora de Greenwich (GMT), pero puede ajustarla en incrementos de 30 en 30 minutos hasta poner su hora local. Nota: este ajuste no sirve para hacer la función de reloj. Solo se utiliza para alinear los datos de la terapia para los informes de datos de su proveedor.

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*[®]*

Su dispositivo tiene tecnología inalámbrica *Bluetooth*; es uno de los métodos que puede usar para transferir los datos de su dispositivo terapéutico a DreamMapper*. DreamMapper es un sistema móvil basado en la web diseñado para mejorar la terapia durante el sueño de las personas con apnea obstructiva del sueño (AOS).

Emparejamiento del dispositivo terapéutico con un dispositivo móvil con tecnología *Bluetooth*

Nota: Solo se puede emparejar el dispositivo terapéutico con un dispositivo móvil a la vez.

Nota: El emparejamiento funciona mejor cuando el dispositivo terapéutico y el dispositivo móvil están en la misma habitación.

Nota: La versión actual de DreamMapper le orientará por estas instrucciones.

Nota: Tras iniciar el emparejamiento, dispondrá de 30 segundos para completar la configuración. Pasado este tiempo, se cancelará automáticamente.

Siga los pasos citados a continuación para emparejar su móvil o tablet de forma manual.

1. Con el dispositivo terapéutico encendido y el ventilador apagado, inicie la configuración de *Bluetooth* desde la aplicación móvil DreamMapper.
2. Si debe escoger de una lista de dispositivos con *Bluetooth* disponibles, el dispositivo terapéutico aparecerá como “PR BT XXXX” (XXXX son los últimos cuatro dígitos del número de serie que figura en el dispositivo terapéutico).
3. Tendrá que confirmar el emparejamiento mediante uno de estos dos métodos:

- **Su dispositivo móvil le pedirá que introduzca un código PIN.**

En la pantalla del dispositivo terapéutico aparecerá el siguiente icono y el mensaje “¿Emparejar?”:



Gire el dial de control del dispositivo terapéutico hasta seleccionar “sí” y, a continuación, pulse el dial de control. Aparecerá un código PIN de 6 dígitos en el dispositivo terapéutico. Introduzca este código PIN en el dispositivo móvil para completar el emparejamiento.

- **Su dispositivo móvil le pedirá que confirme el código PIN**

En la pantalla del dispositivo terapéutico aparecerá el siguiente icono con un código PIN de 6 dígitos y el mensaje “¿Emparejar?”:




Compruebe si aparece el mismo código PIN en el dispositivo terapéutico y el dispositivo móvil. Si es así, gire el dial de control del dispositivo terapéutico hasta seleccionar “sí” y, a continuación, pulse el dial de control. A continuación, acepte el dispositivo móvil para completar el emparejamiento.

*La tecnología inalámbrica *Bluetooth* y DreamMapper no están disponibles en todos los mercados. Si desea más información, consulte a su representante local de Philips Respironics.

Comprobar ajuste de mascarilla

Su proveedor de servicios médicos puede habilitar o deshabilitar la función opcional Comprobar ajuste de mascarilla. Esta función sirve para comprobar el ajuste de la mascarilla antes de iniciar la terapia. Se realiza midiendo la cantidad de fuga. Colóquese la mascarilla. Consulte las instrucciones de la mascarilla si es preciso. Navegue hasta la pantalla Comprobar ajuste de mascarilla en “Mi configuración” y pulse el selector para iniciar la comprobación. El dispositivo administrará una presión de prueba durante la cuenta atrás de 40 segundos. Una barra verde indica que el ajuste es bueno, mientras que si es roja indica que se debe mejorar. Después de la prueba comienza la terapia normal y la pantalla muestra una marca verde o una “X” roja. La marca verde indica que la fuga encontrada permite un rendimiento óptimo del dispositivo. La “X” roja indica que la fuga puede afectar al rendimiento aunque el dispositivo seguirá funcionando y administrando la terapia.




Pantalla Comprobar ajuste de mascarilla

Nota: si decide intentar mejorar el ajuste de la mascarilla, puede detener la terapia, ajustar mejor la mascarilla y volver a usar la función Comprobar ajuste de mascarilla. Consulte las instrucciones que vienen con la mascarilla y el arnés para conocer el procedimiento correcto de ajuste.

Progreso del sueño

El dispositivo le ofrece un resumen sobre el uso que ha hecho de la terapia cada vez que la apaga. La pantalla muestra el “Resumen de tres noches”, que indica el uso nocturno de las 3 últimas sesiones durante el sueño (medidas en períodos de 24 horas, con final cada día a mediodía). La sesión más reciente aparece en la barra de la derecha con el número de horas dormidas. Si la barra es verde quiere decir que durmió más de 4 horas y, si es amarilla, indica que se usó menos de 4 horas.



Pantalla Resumen de tres noches

Compensación de altitud








Este dispositivo compensa automáticamente las altitudes hasta 2 286 metros. No es necesario ajustar manualmente.







Alertas del dispositivo






Las alertas del dispositivo son mensajes emergentes que aparecen en la pantalla de la interfaz. A continuación, describimos los 5 tipos de alertas posibles:





- **Estado:** son simplemente la pantalla emergente.
 - **Notificación:** estas alertas consisten en la pantalla emergente además de un LED intermitente de alimentación en la parte superior del dispositivo.
 - **Alerta 1:** estas alertas consisten en una pantalla emergente, un LED intermitente de alimentación y un pitido. No se producen durante la terapia.
 - **Alerta 2:** estas alertas consisten en una pantalla emergente, un LED intermitente de alimentación y un pitido. Pueden producirse durante la terapia.
 - **Modo seguro:** estas alertas consisten en una pantalla emergente, un LED intermitente de alimentación y un pitido repetido.
- Nota:** las alertas de estado vencen automáticamente tras 30 segundos y la pantalla emergente desaparece. Las demás alertas hay que confirmarlas para que se borren.

Tabla de resumen de alertas: en la tabla siguiente se resumen las alertas.

Alerta	Icono	Tipo	Descripción	Causa posible	Acción
Actividad de datos: no extraer tarjeta.		Estado	Lectura/escritura de la tarjeta SD en curso.	n/d	No es necesario hacer nada.
Cambio aceptado		Estado	Confirma la aceptación del cambio en la prescripción o la actualización del dispositivo.	n/d	No es necesario hacer nada.
Presión EZ-Start aumentada a xx.x		Estado	Aparece cuando el modo EZ-Start está habilitado y el dispositivo está aumentando el ajuste de presión de la terapia para la siguiente sesión.	n/d	No es necesario hacer nada.
Oximetría: buena conexión (solo icono)	SpO₂ 	Estado	Aparece en la pantalla de terapia cuando está encendido el ventilador y se detectan 3 segundos de buena conexión. Aparece al principio de la terapia. Esta pantalla no se vuelve a mostrar si se quita y se vuelve a poner el sensor de dedo a menos que se detenga y reinicie la terapia.	n/d	No es necesario hacer nada.
¿Emparejar?: 123456 Sí/No		Estado	Solicita que se acepte o rechace el emparejamiento con un dispositivo compatible con Bluetooth. El dispositivo se puede identificar mediante el número que aparece.	n/d	Gire el selector de control para aceptar el emparejamiento (Sí) o rechazarlo (No) y púlselo para confirmar la selección.
Tarjeta SD extraída		Notificación o alerta 2	Indica que se ha extraído la tarjeta SD del dispositivo terapéutico y no se ha vuelto a insertar antes de empezar la sesión de terapia en curso.	No se ha vuelto a insertar la tarjeta SD en el dispositivo.	Vuelva a insertar la tarjeta SD o pulse para borrar la alerta.
Oximetría: estudio correcto (solo icono)	SpO₂ 	Notificación	Notifica que el usuario ha conseguido realizar al menos 4 horas de terapia y uso de la oximetría. Aparece al final de la terapia.	n/d	Pulse el selector de control para confirmar el mensaje y borrarlo.

Alerta	Icono	Tipo	Descripción	Causa posible	Acción
Error de tarjeta SD: extraer y volver a insertar		Notificación	Detectado un error de tarjeta SD	El dispositivo no consigue leer la tarjeta SD. Puede que haya algún problema con la tarjeta SD, que se haya expulsado mientras se estaba escribiendo en ella o que se haya insertado de forma incorrecta.	Retire la tarjeta SD y vuelva a insertarla. Si la alerta sigue apareciendo, cambie de tarjeta o póngase en contacto con su proveedor.
Tarjeta SD llena.		Notificación	La tarjeta SD está llena.	La tarjeta SD está llena.	Retire la tarjeta SD y cámbiela por otra, o póngase en contacto con su proveedor para que le facilite una nueva.
Mensaje para el paciente (Consulte el apartado)		Notificación	Mensaje de su proveedor.	n/d	Pulse el selector de control para confirmar el mensaje y borrarlo.
Cambio rechazado		Alerta 1	Se ha rechazado un cambio en la prescripción o los ajustes.	Falta el cambio o es incorrecto.	Póngase en contacto con su proveedor.
Error de humidificación. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.		Estado	Error de humidificación (solo cuando está presente el humidificador)	Error de la placa del calefactor del humidificador o humidificador no conectado correctamente al dispositivo terapéutico	Apague el dispositivo y desconéctelo de la alimentación. Desconecte el humidificador, compruebe visualmente que no hay obstrucciones en los contactos eléctricos y vuelva a conectar el humidificador y el cable de alimentación. Si la alerta continúa, póngase en contacto con su proveedor.
Error de tubo térmico. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.		Estado	Error de tubo térmico (solo cuando está presente el tubo térmico)	El tubo térmico puede haberse sobrecalentado o dañado.	Apague el dispositivo. Desconecte el tubo térmico del humidificador; compruebe que no está tapado u obstruido y vuelva a conectarlo al humidificador. Si la alerta continúa, póngase en contacto con su proveedor.

Alerta	Icono	Tipo	Descripción	Causa posible	Acción
La fuente de alimentación conectada no admite humidificación.		Alerta 2	Indica que la fuente de alimentación acoplada no es apta para proporcionar a alimentación a la humidificación o al tubo térmico.	Fuente de alimentación incorrecta.	Cambie a una fuente de alimentación de Philips Respironics DreamStation que pueda soportar la humidificación, o bien use el dispositivo terapéutico sin el humidificador.
Se requiere mantenimiento		Modo seguro	Indica un error que pone el dispositivo en "Modo seguro". Esto permite el suministro eléctrico pero deshabilita el flujo de aire.	Error del dispositivo.	Pulse el selector de control para silenciar la alerta. Desconecte el dispositivo de la alimentación. Vuelva a conectar el cable de alimentación para suministrar corriente. Si la alerta continúa, llame a su proveedor de servicios médicos.
Comprobar alimentación		Notificación	Indica que se ha conectado una fuente de alimentación incompatible.	La fuente de alimentación es incompatible o el cable de alimentación no se ha insertado bien en la entrada de alimentación.	Compruebe que el cable de alimentación está bien insertado en la entrada de alimentación. Confirme que la fuente de alimentación acoplada es compatible y de Philips Respironics. Cámbiela por una fuente de alimentación compatible si es preciso.
Voltaje bajo		Notificación	Voltaje bajo.	Hay conectada una fuente de alimentación incompatible.	Confirme que la fuente de alimentación acoplada es compatible y de Philips Respironics. Cámbiela por una fuente de alimentación compatible si es preciso. Si se está usando la batería, compruebe que está bien cargada.
Desactivación auto		Estado	Aparece cuando termina la terapia debido a la función de desactivación automática.	Se ha retirado la mascarilla.	Vuelva a colocarse la mascarilla, confirme que el ajuste es bueno y encienda el flujo de aire para retomar la terapia.

Alerta	Icono	Tipo	Descripción	Causa posible	Acción
Entrada bloqueada. Comprobar filtro.		Notificación	Vías respiratorias obstruidas	Obstrucción en la entrada del dispositivo.	Compruebe que la entrada de aire del dispositivo no esté obstruida. Compruebe que el filtro o filtros de aire están bien instalados; cámbielos si es preciso.
Fuga baja: compruebe la mascarilla y el tubo		Notificación	Vías respiratorias obstruidas	Obstrucción en el tubo o la mascarilla.	Compruebe que el tubo no esté aplastado o doblado de tal manera que el flujo de aire se vea mermado. Compruebe que la mascarilla esté bien acoplada y no presente obstrucciones.
Comprobar ajuste de mascarilla	n/d	Estado	Aparece cuando está habilitada la función Comprobar ajuste de mascarilla en el menú de paciente.	n/d	Esta alerta se puede borrar pulsando el selector de control. En caso contrario, desaparece en 60 segundos.
Cargando idioma y reiniciando		Estado	Aparece cuando se selecciona un idioma en el menú.	n/d	No es necesario hacer nada. Desaparece cuando se termina.
Ocupado		Estado	Aparece cuando no se puede acceder temporalmente al dispositivo debido a una comunicación de datos.	n/d	No es necesario hacer nada.
“Progreso del sueño”	n/d	Estado	Muestra las 3 últimas noches de uso durante horas.	n/d	Pulse el selector de control para confirmar la pantalla y borrarla. En caso contrario, el mensaje desaparece en 30 segundos.

Solución de problemas

Su dispositivo está dotado de una herramienta de autodiagnóstico llamada “Comprobación del rendimiento”, que sirve para detectar ciertos errores en el dispositivo. También le permite compartir algunos ajustes importantes del dispositivo con su proveedor. Use esta opción cuando se lo pida su proveedor.

La siguiente tabla muestra algunos de los problemas que puede encontrarse con el dispositivo, así como las soluciones posibles para dichos problemas.

Problema	Motivo	Qué hacer
No sucede nada cuando proporciona alimentación al dispositivo. La retroiluminación en los botones no se enciende.	No hay alimentación en la toma de corriente o el dispositivo está desenchufado.	Si utiliza alimentación de CA, compruebe la toma de corriente y verifique que el dispositivo está correctamente enchufado. Asegúrese de que la toma de corriente suministra electricidad. Asegúrese de que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente a la fuente de alimentación y que el cable de la fuente de alimentación está bien conectado a la entrada de alimentación del dispositivo. Si el problema continúa, llame a su proveedor de servicios médicos. Devuelva tanto el dispositivo como la fuente de alimentación al proveedor, para que puedan determinar si el problema reside en el dispositivo o en la fuente de alimentación. Si está utilizando alimentación de CC, asegúrese de que las conexiones del cable de alimentación de CC y el cable adaptador de la batería son fiables. Compruebe la batería. Puede que sea necesario recargarla o cambiarla. Si el problema persiste, compruebe el fusible del cable de CC de acuerdo con las instrucciones incluidas con el cable de CC. Puede que sea necesario cambiar el fusible. Si el problema continúa, llame a su proveedor de servicios médicos.
El flujo de aire no se enciende.	Puede que haya un problema con el ventilador.	Asegúrese de que el dispositivo recibe alimentación eléctrica correctamente. Compruebe que la pantalla de inicio aparece en la interfaz de usuario. Pulse el botón de terapia en la parte superior del dispositivo para iniciar el flujo de aire. Si el flujo de aire no se enciende, tal vez haya un problema con el dispositivo. Pida ayuda a su proveedor de servicios médicos.
La pantalla del dispositivo funciona de forma irregular.	El dispositivo se ha caído o se ha manejado incorrectamente, o se encuentra en una zona de interferencias electromagnéticas altas.	Desenchufe el dispositivo. Vuelva a aplicar alimentación al dispositivo. Si el problema continúa, cambie la colocación del dispositivo a una zona con menos interferencias electromagnéticas (alejado de equipos electrónicos tales como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, ordenadores, televisores, juegos electrónicos, secadores de pelo, etc.). Si el problema continúa, pida ayuda a su proveedor de servicios médicos.
La función de rampa no funciona al pulsar el botón de Rampa.	Su proveedor de servicios médicos no le prescribió Rampa o la presión de su terapia ya está fijada en el ajuste más bajo.	Si no se le ha prescrito Rampa, hable con su proveedor para ver si le cambia la prescripción. Si su proveedor le ha habilitado la Rampa y aún así no funciona, compruebe el ajuste de presión en la pantalla de terapia. Si la presión está ajustada en el mínimo (4,0 cm H ₂ O) o la presión de inicio de la rampa es la misma que la presión de la terapia, la función de Rampa no se pone en marcha. Compruebe que el ajuste de tiempo de rampa es >0.
El flujo de aire es mucho más cálido de lo habitual.	Es posible que los filtros de aire estén sucios. Es posible que el dispositivo esté funcionando expuesto directamente a la luz del sol o cerca de un radiador o aparato de calefacción.	Aclare o cambie el filtro de aire reutilizable o cambie el filtro ultrafino desechable. La temperatura del aire puede variar un poco según la temperatura ambiente. Asegúrese de que el dispositivo está correctamente ventilado. Mantenga el dispositivo alejado de la ropa de cama o de las cortinas que podrían impedir el flujo de aire alrededor del dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo no esté expuesto a la luz directa del sol ni cerca de aparatos de calefacción. Si utiliza el humidificador junto con el dispositivo, compruebe los ajustes del humidificador. Consulte las instrucciones del humidificador para asegurarse de que funciona correctamente. Si el problema continúa, llame a su proveedor de servicios médicos.

Problema	Motivo	Qué hacer
La presión del flujo de aire parece demasiado alta o demasiado baja.	Es posible que el ajuste del tipo de tubo no sea el correcto.	Asegúrese de que el ajuste del tipo de tubo (22 o 15) corresponde al tubo que está empleando (tubo de 15 o 22 mm de Philips Respironics). Si utiliza el tubo térmico, este ajuste será 15 H y no podrá cambiarlo.
La temperatura del tubo está encendida en la pantalla de configuración pero el tubo térmico no está caliente.	Se está usando una fuente de alimentación incorrecta.	Compruebe que la fuente de alimentación que se está usando es de 80 W o que la batería o el cable de CC es compatible.
Tengo dificultades para ajustar el humidificador térmico o la temperatura del tubo térmico.	El ventilador no está encendido o el humidificador o el tubo térmico no están bien conectados.	El ajuste del humidificador y los ajustes de temperatura del tubo solo se pueden modificar en la pantalla con la terapia encendida. Compruebe que el ventilador está encendido y que los ajustes se pueden ver en la parte derecha de la pantalla y, a continuación, ajuste la Comodidad como desee. Si el ventilador está encendido pero no aparecen los ajustes del humidificador en la pantalla con la terapia encendida, desenchufe el dispositivo. Compruebe que los contactos eléctricos del humidificador y del tubo térmico no estén obstruidos o dañados. Luego vuelva a conectar el humidificador o el tubo térmico, así como la fuente de alimentación del dispositivo. Encienda el ventilador; si siguen sin verse los ajustes, póngase en contacto con su proveedor para obtener asistencia.
El agua de la cámara de agua se termina antes de la mañana.	La cámara de agua no estaba llena al empezar la sesión. La fuga de la mascarilla es excesiva. Las condiciones ambientales son demasiado secas o frías.	En la mayoría de las condiciones, una cámara de agua llena debería durar para una sesión de sueño normal. No obstante, hay muchos factores que pueden afectar al consumo de agua, como: la temperatura y la humedad ambiental de la habitación, los ajustes del humidificador o del tubo térmico, el nivel de fuga de la mascarilla y la duración del sueño. En primer lugar, asegúrese de que la cámara tenga agua hasta la línea de llenado máximo al inicio de la sesión de sueño. Compruebe que la mascarilla está correctamente ajustada o ajústela hasta que la fuga quede a niveles normales. Puede utilizar la función Comprobar ajuste de mascarilla para evaluar el ajuste. Asimismo, compruebe que el dispositivo, el humidificador las juntas del humidificador y el tubo estén bien conectados y no presenten fugas. También puede escoger bajar los ajustes del humidificador y/o del tubo térmico o cambiar el modo de humidificación de Fijo a Adaptativo para que el agua del humidificador dure más.
Se oye una fuga o un silbido procedente del dispositivo terapéutico o del humidificador (no tiene que ver con una fuga de la mascarilla).	La entrada de aire del dispositivo terapéutico puede estar obstruida. El humidificador o el tubo no se ha conectado completamente. Faltan las juntas del humidificador o no han asentado bien.	Compruebe que la entrada de aire del dispositivo terapéutico no esté obstruida y los filtros estén libres de residuos y bien insertados. Compruebe que el dispositivo, el humidificador y el tubo estén bien conectados y no presenten fugas. Compruebe que la junta de la tapa del humidificador y la junta de la caja seca estén presentes y bien asentadas; si es necesario, presione todo el perímetro de los sellos para volver a asentarlos.
He derramado agua sin querer en el depósito del humidificador.	Se ha llenado la cámara de agua por encima de la línea de llenado máximo.	Aunque se vierta un poco de agua en el depósito del humidificador no pasa nada. Con el uso normal del humidificador, esta se evaporará. Sin embargo, si cae demasiada agua, esta podría salirse por la bisagra de la tapa del humidificador y dañarle los muebles. Desconecte la alimentación del dispositivo. Quite la cámara de agua, tire el exceso de agua hasta que el nivel quede en la línea de llenado máximo o por debajo y deje a un lado la cámara. Separe el humidificador del dispositivo terapéutico y tire el agua que ha derramado. Cuando se haya enfriado la placa térmica, seque el interior del humidificador con una toallita de papel o un paño suave. Si es necesario, seque la parte inferior del humidificador por fuera y compruebe que la mesa esté seca. Vuelva a acoplar el humidificador y la fuente de alimentación y coloque la cámara de agua.

Accesorios

Hay disponibles varios accesorios para su sistema DreamStation, como el humidificador, el módem móvil, el accesorio wifi o el módulo de enlace. Pida más información a su proveedor de servicios médicos sobre los accesorios disponibles. Al utilizar los accesorios opcionales, siga siempre las instrucciones incluidas con los accesorios.

Precaución: no toque las patillas de los conectores. No deben hacerse conexiones a estos conectores si no se utilizan procedimientos que eviten descargas electrostáticas. Estos procedimientos incluyen los métodos para evitar la acumulación de cargas electrostáticas (p. ej., aire acondicionado, humidificación, cubiertas conductoras para suelos, ropa no sintética...), descargar el propio cuerpo entrando en contacto con el armazón del equipo o sistema, con tierra o con objetos metálicos de gran tamaño, y la unión de uno mismo al equipo, al sistema o a tierra mediante una correa de muñeca.

Incorporación de un humidificador con o sin tubo térmico

Puede utilizar el humidificador térmico y el tubo térmico con el dispositivo. Su proveedor de servicios médicos puede suministrárselos. Un humidificador puede reducir la irritación y la sequedad nasal aumentando la humedad del flujo de aire.

Advertencia: para garantizar un funcionamiento seguro, el humidificador debe colocarse siempre por debajo de la conexión del circuito respiratorio de la mascarilla. El humidificador debe estar nivelado para que funcione correctamente.

Nota: consulte las instrucciones del humidificador para obtener información completa sobre su instalación.

Uso de la tarjeta SD

El sistema DreamStation incluye una tarjeta SD insertada en la ranura para tarjetas SD situada en el lateral del dispositivo, para registrar información destinada al proveedor de servicios médicos. Es posible que el proveedor de servicios médicos le pida cada cierto tiempo que retire la tarjeta SD y se la envíe para su evaluación.

Actualización del software mediante la tarjeta SD

Para ver la versión del software que utiliza actualmente el dispositivo, vaya hasta Mi proveedor y elija Información del dispositivo.

El software del dispositivo se puede actualizar utilizando la tarjeta SD. Para ello, la terapia debe estar apagada.

1. Inserte en el dispositivo una tarjeta SD con la nueva versión del software. Aparece una pantalla emergente con la pregunta “¿Quiere actualizar el software?”
2. Gire el selector de control para escoger Sí y, a continuación, púlselo para comenzar la actualización. Mientras se actualiza, aparece el icono de ocupado. No desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica.
3. Si la actualización finaliza correctamente, en la pantalla aparece el icono de Cambio aceptado. Extraiga la tarjeta SD del dispositivo para reiniciarlo y empezar a usar el nuevo software.
4. Si se detecta un error de tarjeta, aparece el icono Cambio rechazado. Extraiga la tarjeta SD y vuelva a insertarla. Si la alerta sigue apareciendo, póngase en contacto con Philips Respironics en el +1-800-345-6443 o Respironics Deutschland en el +49 8152 93060 para que le faciliten una nueva tarjeta SD.

Uso del módulo de enlace de DreamStation

El módulo de enlace permite recibir datos de oximetría y transferirlos al dispositivo terapéutico de uso domiciliario o en laboratorios. Para usar en laboratorios, el módulo de enlace también incluye un puerto RS-232 (o “DB9”) que permite el control remoto del dispositivo de terapia del sueño DreamStation a través de un ordenador personal.

Nota: para la instalación y la retirada, consulte las instrucciones que acompañan al módulo de enlace.

Nota: no hay alarmas disponibles para SpO_2 .

Nota: no se muestran los datos de oximetría.

Deseche el módulo siguiendo las mismas instrucciones que para el dispositivo terapéutico.

Advertencias:

- Si nota algún cambio inexplicable en el funcionamiento de este dispositivo, si se cae al suelo o se manipula indebidamente, o si se derrama agua en el interior de la carcasa o esta está rota, deje de utilizar el dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
- Las reparaciones y los ajustes solamente debe realizarlos personal de servicio técnico autorizado por Philips Respironics. El servicio técnico no autorizado podría causar lesiones, anular la garantía o producir costosos daños.
- No utilice ningún accesorio, piezas desmontables o materiales que no estén recomendados por Philips Respironics. El uso de piezas o accesorios incompatibles puede tener como consecuencia un funcionamiento deficiente del dispositivo.

Suministro de oxígeno suplementario

Puede añadir oxígeno al circuito del paciente. Si usa oxígeno con este dispositivo, tenga en cuenta las advertencias indicadas a continuación.

Advertencias:

- Si utiliza oxígeno con este sistema, el suministro de oxígeno debe cumplir las normativas locales acerca del uso de oxígeno médico.
- El oxígeno contribuye a la combustión. No utilice oxígeno mientras fuma ni en presencia de una llama desprotegida.
- Si se añade oxígeno suplementario a la salida del generador de flujo o el humidificador, debe instalar una válvula de presión de Philips Respironics en línea con el circuito del paciente entre el dispositivo y la fuente de oxígeno. La válvula de presión ayuda a evitar el reflujo de oxígeno del circuito del paciente al dispositivo cuando la unidad está apagada. La omisión de la válvula de presión podría suponer un riesgo de incendio.
- Al añadir oxígeno en el extremo del tubo flexible de la mascarilla, no se necesita una válvula de presión de Philips Respironics para caudales de oxígeno de ≤ 4 litros por minuto. No obstante, los filtros reutilizables y desechables debe estar bien colocados en el generador de flujo. Si no se instalan los filtros reutilizables y desechables, puede haber peligro de incendio.

Nota: consulte las instrucciones de la válvula de presión para obtener información completa sobre su instalación.

- Si utiliza oxígeno con este sistema, encienda el dispositivo antes de activar el suministro de oxígeno. Asimismo, antes de apagar el dispositivo, desactive el suministro de oxígeno. De este modo se evitará la acumulación de oxígeno en el dispositivo.
- No conecte el dispositivo a una fuente de oxígeno de alta presión o que no esté regulada.

Suministro de alimentación de CC al dispositivo

El cable de alimentación de CC de Philips Respironics puede utilizarse para hacer funcionar este dispositivo en un vehículo recreativo, embarcación o caravana estacionaria. Asimismo, el cable adaptador de batería de CC de Philips Respironics, cuando se utiliza con un cable de alimentación de CC, permite activar el dispositivo con una batería autónoma de 12V CC.

Precaución: asegúrese siempre de que el cable de alimentación de CC se ha encajado correctamente en el dispositivo terapéutico antes de utilizarlo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos o con Philips Respironics para determinar si dispone del cable de CC adecuado para su dispositivo terapéutico concreto.

Precaución: si la alimentación de CC proviene de la batería de un vehículo, no deberá utilizarse el dispositivo con el motor del vehículo en marcha. Si lo hace, el dispositivo podría sufrir daños.

Precaución: utilice únicamente un cable de alimentación de CC y un cable adaptador de batería de Philips Respironics. El uso de un sistema diferente puede ocasionar daños al dispositivo.

Consulte las instrucciones suministradas con el cable de alimentación de CC y el cable del adaptador, para obtener información sobre cómo utilizar alimentación de CC con el dispositivo.

Viajes con el sistema

Durante los viajes, el maletín portátil debe utilizarse únicamente como equipaje de mano. El maletín portátil no protegerá al sistema si se manipula como equipaje facturado. Si va a viajar con el humidificador opcional, no lo haga con el depósito de agua lleno.

Para su comodidad en los controles de seguridad, hay un símbolo en la parte inferior del dispositivo que indica que se trata de un equipo médico y que es apto para su uso en líneas aéreas. Puede que le resulte útil llevar consigo este manual para que el personal de seguridad pueda determinar fácilmente el propósito del dispositivo DreamStation.

Si viaja a un país con una tensión de línea diferente de la que está utilizando actualmente, tal vez necesite un cable de alimentación diferente o un adaptador para enchufes internacionales para que su cable de alimentación sea compatible con las tomas de corriente del país al que viaja. Pida más información a su proveedor de servicios médicos.

Viaje en líneas aéreas

El dispositivo DreamStation es apto para su uso en líneas aéreas cuando el dispositivo funciona con una fuente de alimentación de CA o CC.

Nota: ninguno de los módems o humidificadores instalados en la unidad es apto para su uso en las líneas aéreas.

Limpieza en el domicilio u hospital/centro médico: Exterior del dispositivo y el humidificador

Advertencia: Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente de pared antes de limpiar el dispositivo. NO sumerja el dispositivo en ningún líquido.

La superficie exterior del dispositivo se debe limpiar semanalmente o con más frecuencia si es necesario. En entornos hospitalarios o médicos de otro tipo, es preciso limpiar la superficie exterior del dispositivo semanalmente y, además, entre pacientes.

Si el dispositivo y el humidificador se utilizan con varios pacientes, el exterior debe limpiarse entre usos en pacientes diferentes y cuando sea necesario realizando los siguientes pasos:

1. Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Desconecte todos los accesorios y conectores.
2. Retire el filtro reutilizable antipolen azul y el filtro ultrafino desechable azul claro (si se está usando). Consulte más información en el apartado “Cuidado de los filtros”.

Advertencia: Si usa el dispositivo en varias personas, quite y cambie el filtro antibacteriano cada vez que use la unidad con otra persona.

3. Utilice un paño que no suelte pelusas humedecido con una solución de agua y detergente lavavajillas líquido suave para limpiar el exterior de la carcasa. Use 1 cucharadita (5 mililitros) de lavavajillas líquido por cada 3,8 litros de agua.
4. Preste especial atención a todas las esquinas y ranuras de la superficie exterior del dispositivo. Asegúrese de eliminar toda la suciedad visible.
5. Limpie con un paño sin pelusas humedecido (sin que gotee) con agua potable durante al menos un minuto, dando la vuelta al paño con frecuencia para eliminar todos los residuos de detergente.
6. Deje secar al aire completamente el dispositivo antes de enchufar el cable de alimentación.
7. Una vez finalizada la limpieza, examine el dispositivo y todos los componentes de los circuitos para ver si están dañados. Si hay piezas dañadas, contacte con el servicio de atención al cliente de Philips Respironics. Sustituya las piezas dañadas.

Precaución: Espere a que el dispositivo y el humidificador se sequen completamente antes de volver a conectar la fuente de alimentación.

Procedimientos de desinfección institucionales y hospitalarios: exterior del dispositivo y el humidificador

Desinfecte la superficie exterior del dispositivo semanalmente o con más frecuencia si es necesario, y entre pacientes.

Nota: Antes de desinfectar el dispositivo y el humidificador, retire el filtro antipolen azul reutilizable y el filtro ultrafino desechable (si lo está usando). Consulte más información en el manual del usuario en el apartado “Enjuague y sustitución de filtros”.

Si el dispositivo y el humidificador se utilizan con varios pacientes, el exterior debe desinfectarse entre usos en pacientes diferentes del modo siguiente:

1. Limpie el dispositivo y el humidificador tal como se indica en el apartado “Procedimientos de limpieza institucionales y hospitalarios, y en el domicilio: exterior del dispositivo y el humidificador” de este manual.

Nota: Antes de comenzar el proceso de desinfección y después de la limpieza, asegúrese de que el dispositivo y el humidificador estén completamente secos.

2. Utilice uno de los siguientes métodos para desinfectar todas las superficies exteriores del dispositivo y del humidificador, incluida la tapa de acceso a los filtros y a los accesorios.

Toallitas húmedas DisCide Ultra

- Utilice toallitas húmedas para limpiar inicialmente el exterior de la carcasa y eliminar cualquier marca visible de suciedad.
- Utilice toallitas húmedas para humedecer bien las superficies exteriores.

Lejía (con hipoclorito de sodio al 6 %) en 1 parte por 9 de agua

- Utilice un paño que no suelte pelusas para aplicar la solución de lejía inicialmente al exterior de la carcasa y eliminar cualquier marca visible de suciedad.
 - Utilice un paño que no suelte pelusas para humedecer bien la superficie exterior con la solución de lejía.
3. Preste especial atención a todas las esquinas y ranuras de la superficie exterior del dispositivo y el humidificador.

4. Abra la tapa del humidificador y desinfecte la zona del pestillo con uno de los desinfectantes mencionados anteriormente.
5. Manténgalo húmedo durante 5 minutos.
6. Limpie con un paño sin pelusas humedecido (sin que gotee) con agua potable durante al menos un minuto, dando la vuelta al paño con frecuencia para eliminar todos los residuos de detergente.
7. Espere a que el dispositivo y el humidificador se sequen al aire completamente antes de enchufar el cable de alimentación.
8. Una vez finalizada la desinfección, examine el dispositivo, el humidificador y todos los componentes de los circuitos para ver si están dañados. Si alguna pieza ha resultado dañada, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Philips Respironics. Sustituya todas las piezas dañadas.

En el domicilio y el hospital: Enjuague y sustitución de filtros

Filtro antipolen azul reutilizable

En caso de uso doméstico normal, enjuague el filtro antipolen azul reutilizable una vez al mes. Sustitúyalo por uno nuevo cada seis meses. En entornos hospitalarios u otro tipo de centros médicos, enjuague el filtro antipolen azul reutilizable semanalmente y sustitúyalo por uno nuevo cada seis meses y entre pacientes.

Precaución: Los filtros de entrada sucios podrían elevar las temperaturas de funcionamiento, lo que puede afectar al funcionamiento del dispositivo. Examine los filtros de entrada con regularidad, según sea necesario, para asegurarse de que estén intactos y limpios.

Siga estos pasos para aclarar el filtro antipolen azul reutilizable:

1. Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Retire los filtros del dispositivo (consulte el apartado Instalación y sustitución de los filtros de aire de este manual). Examine los filtros para comprobar que estén limpios y en buen estado.
3. Para enjuagar el filtro antipolen azul reutilizable, quite primero el filtro ultrafino azul claro (si corresponde) y déjelo a un lado o tírelo, según sea necesario.
4. En el fregadero, dele la vuelta al filtro reutilizable y deje correr agua templada del grifo a través del medio filtrante blanco para eliminar los residuos. Luego, sacuda un poco el filtro para eliminar toda el agua posible.
5. Deje que el filtro se seque por completo al aire antes de instalarlo de nuevo.
6. Si el filtro antipolen azul reutilizable está roto o presenta algún daño, cámbielo.

Nota: Utilice exclusivamente filtros de repuesto suministrados por Philips Respironics.

7. Si el filtro ultrafino azul claro está sucio o roto, cámbielo.
8. Vuelva a colocar los filtros. Consulte el apartado “Instalación o sustitución de los filtros” de este manual.

Precaución: No coloque nunca un filtro mojado en el dispositivo. Deje un tiempo suficiente para que se seque.

Filtro ultrafino azul claro

En domicilios, el filtro ultrafino azul claro es desechable. Cámbielo por uno nuevo cada 30 días o antes si le parece que está sucio. NO aclare el filtro ultrafino. En entornos hospitalarios o médicos, el filtro ultrafino debe sustituirse por uno nuevo cada 30 días o antes y también entre pacientes.

Limpieza en el domicilio u hospital: Tubo térmico flexible

Limpie el tubo térmico flexible no calentado antes de utilizarlo por primera vez y semanalmente. Deseche y sustituya los tubos cada seis (6) meses y entre pacientes.

1. Desconecte el tubo flexible del dispositivo.
2. Lave con cuidado el tubo flexible de 12, 15 o 22 mm sumergiéndolo completamente en una solución de agua tibia con un detergente lavavajillas líquido suave. Utilice una cucharadita (5 ml) de detergente lavavajillas líquido por cada 3,8 litros de agua tibia durante 3 minutos.
3. Mientras está sumergido, mueva el tubo de un lado a otro con cuidado para que cualquier sustancia adherida al tubo y a los conectores se desprenda y se pueda retirar de forma correcta.

Nota: Para asegurarse de limpiar toda la superficie interior del tubo, asegúrese de sumergirlo totalmente en la solución con detergente mientras lo agita suavemente con la mano.

4. Aclare a fondo con agua potable durante al menos 1 minuto para eliminar todos los residuos de jabón de los tubos y conectores.
5. Deje secar al aire totalmente lejos de la luz solar directa.
6. Inspeccione el tubo para comprobar si está gastado o deteriorado (grietas, fisuras, desgarros, perforaciones, etc.). Deséchelo y sustitúyalo si es necesario.

Nota: Consulte en el manual del humidificador las instrucciones sobre cómo limpiar el tubo térmico.

Mantenimiento

El dispositivo no requiere ningún mantenimiento rutinario.

Advertencia: si observa algún cambio inexplicable en el funcionamiento de este dispositivo, si produce sonidos raros o fuertes, si se ha caído o se ha manejado incorrectamente, si ha entrado agua en la carcasa o si esta está rota, desconecte el cable de alimentación y deje de utilizarlo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.

Notas adicionales

Aviso: La marca y el logotipo *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Philips Respironics se efectúa bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Aviso: El dispositivo terapéutico DreamStation puede transmitir datos entre un dispositivo terapéutico y un dispositivo móvil. La conexión entre los dos dispositivos está cifrada.

Aviso: Una pequeña parte del firmware que realiza el cifrado de datos en el dispositivo DreamStation se está utilizando bajo las licencias de Apache 2.0 y Mozilla 2.0. Estas licencias están disponibles en: www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 y <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/>

Aviso: Este dispositivo lleva un módulo de radio por *Bluetooth* (ubicado en la placa base). La FCC solo ha aprobado y permite colocar juntos esta radio con *Bluetooth* con los transceptores de radio del accesorio wifi y del módem móvil de DreamStation.

Para cumplir con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm entre el accesorio wifi o el módem móvil y el cuerpo del usuario, cuando los primeros estén funcionando en combinación con DreamStation.

Aviso: ID de la FCC: THO1116426

Aviso: THO1116426 es la identificación de la FCC del módulo *Bluetooth* certificado que contiene este dispositivo.

Aviso: El uso de accesorios aprobados por el fabricante que no sean originales puede infringir las directrices locales de exposición a RF; por tanto se deberá evitar.

Aviso: Este dispositivo cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas interferencias que puedan hacer que el funcionamiento no sea el deseado.

Se ha probado este equipo y se ha observado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de forma acorde con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o TV o en otros dispositivos que se puedan determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las medidas siguientes:

- Reoriente o recolque la antena receptora (en la radio, TV u otro dispositivo).
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor del dispositivo.

Aviso: Cualquier cambio o modificación del dispositivo que no haya sido expresamente aprobada por Respironics puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Mediante este documento, Respironics Inc. declara que este equipo de radio de clase 1 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://incenter.medical.philips.com/PMSPublic>

Especificaciones

Ambientales

Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 a 60 °C

Humedad relativa (funcionamiento y almacenamiento): de 15 a 95 % (sin condensación)

Presión atmosférica: 101 a 77 kPa (0-2286 m)

Físicas

Dimensiones: 15,7 x 19,3 x 8,4 cm

Peso (dispositivo con fuente de alimentación): aproximadamente 1,33 kg

Vida útil

La duración estimada del dispositivo terapéutico DreamStation y del módulo de enlace es de 5 años.

Cumplimiento de normativas

Este dispositivo se ha diseñado de modo que cumpla los siguientes estándares:

IEC 60601-1 Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de equipos electromédicos

ISO 80601-2-70 Equipo de terapia respiratoria para la apnea del sueño

ISO 80601-2-74 Equipos electromédicos. Parte 2-74: Requisitos concretos para la seguridad básica y el rendimiento esencial del equipo de humidificación respiratoria

EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética

RTCA/DO-160G apartado 21, categoría M: Emisión de energía de radiofrecuencia

Clasificación IEC 60601-1

Tipo de protección contra descargas eléctricas: Equipo de clase II

Grado de protección frente a descargas eléctricas: Pieza aplicada de tipo BF

Grado de protección contra la entrada de agua:

Dispositivo: a prueba de goteo, IP22

Módulo de enlace: a prueba de goteo, IP22

Fuente de alimentación de 80 W: a prueba de goteo, IP22

Modo de funcionamiento: continuo

Eléctricas

Consumo de alimentación de CA (con fuente de alimentación de 80 W):

de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A

Nota: la fuente de alimentación forma parte del equipo electromédico.

Consumo de alimentación de CC: 12 V CC, 6,67 A

Fusibles: no hay fusibles que el usuario pueda reemplazar.

Especificaciones radioeléctricas

Límites de frecuencia de funcionamiento: De 2402 a 2480 MHz

Máxima potencia de salida: <10 dBm

Modulación: GFSK, P/4 DQPSK, 8DQPSK

Filtros de los orificios de entrada

Filtro antipolen: 100 % poliéster

Eficiencia 88 %, tamaño 7-10 micras

Filtro ultrafino: Fibra sintética mixta

Eficiencia 95 %, tamaño 0,5-0,7 micras

Valores de emisión sonora declarados mediante dos cifras

Según la norma ISO 4871

Nivel de presión acústica ponderado A:

Dispositivo: 27 dB (A) con una incertidumbre de 2 dB.

Dispositivo con humidificador: 29 dB (A) con una incertidumbre de 2 dB.

Nivel de potencia acústica ponderado A:

Dispositivo: 35 dB (A) con una incertidumbre de 2 dB.

Dispositivo con humidificador: 37 dB (A) con una incertidumbre de 2 dB.

Nota: los valores se han determinado de acuerdo con el código de ensayo acústico especificado en la norma ISO 80601-2-70:2015, utilizando los estándares básicos ISO 3744 e ISO 4871.

Precisión de la presión

Incrementos de presión: 4,0 a 20,0 cm H₂O (en incrementos de 0,5 cm H₂O)

Precisión de la presión estática máxima, de conformidad con la norma ISO 80601-2-70:2015:

Presión	Precisión estática
10 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O

La precisión de la presión estática tiene una incertidumbre en la medición del 3,7 %

Variación de la presión dinámica máxima, de conformidad con la norma ISO 80601-2-70:2015:

Presión	10 RPM	15 RPM	20 RPM
< 10 cm H ₂ O	± 0,4 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O	± 0,8 cm H ₂ O
≥ 10,0 a 20 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O	± 0,8 cm H ₂ O	± 1,0 cm H ₂ O

La precisión de la presión dinámica tiene una incertidumbre en la medición del 4,3 %

Nota: todas las pruebas se realizaron con y sin el humidificador y tanto con el tubo estándar de 22 mm y 12 mm como con el tubo térmico de 15 mm.

Flujo máximo (típico)

		Presiones de prueba (cm H ₂ O)				
		4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Tubo de 22 mm	Presión medida en el conector del paciente (cm H ₂ O)	3,7	7,7	11,2	14,9	18,9
	Flujo promedio en el conector del paciente (l/min)	85	124	131	132	128
Tubo de 15 mm (térmico o no térmico)	Presión medida en el conector del paciente (cm H ₂ O)	3,7	7,4	10,9	14,9	18,8
	Flujo promedio en el conector del paciente (l/min)	86	127	134	133	117
Tubo de 12 mm	Presión medida en el conector del paciente (cm H ₂ O)	4,0	7,0	11,0	15,0	19,0
	Flujo promedio en el conector del paciente (l/min)	85	95	94	100	102

Eliminación

Recogida selectiva para equipos eléctricos y electrónicos, según la Directiva 2012/19/UE de la CE. Elimine este dispositivo de acuerdo con las normativas locales.

Información sobre CEM (compatibilidad electromagnética)

Su unidad se ha diseñado para cumplir con la normativa de CEM durante su vida útil sin mantenimiento adicional. Siempre existe la opción de reubicar su dispositivo terapéutico DreamStation dentro de un entorno que contenga otros dispositivos con su propio comportamiento de CEM desconocido. Si cree que su unidad puede verse afectada si está próxima a otro dispositivo, simplemente separe los dispositivos para que esta situación no se produzca.

Precisión de la presión y el flujo

El dispositivo terapéutico DreamStation está previsto para funcionar con las precisiones de presión y caudal indicadas en el manual del usuario. Si sospecha que la precisión de la presión o el caudal se ve afectada por interferencias de CEM, retire la alimentación y ubique el dispositivo en otro lugar. Si el rendimiento sigue afectado, interrumpa el uso y póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.

Exactitud de la SpO₂ y la frecuencia del pulso

El dispositivo terapéutico DreamStation está previsto para recoger los datos de SpO₂ y de oximetría y frecuencia del pulso con la precisión indicada en las instrucciones de uso del fabricante del sensor. Cuando se consiguen 4 horas de datos de oximetría correctos, el dispositivo se lo indica al usuario mostrando "Oximetría: estudio correcto". Si sospecha que la unidad se ve afectada por interferencias de CEM, retire la alimentación y ubique el dispositivo en otro lugar. Si el rendimiento sigue afectado, interrumpa el uso y póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.


Guía orientativa y declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas. Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Emisiones radiadas de RF CISPR 11	Grupo 1 Clase B	El dispositivo utiliza energía de radiofrecuencia solamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones conducidas de RF CISPR 11	Grupo 1 Clase B	El dispositivo es adecuado para utilizarse en todo tipo de establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión/emisiones de flicker IEC 61000-3-3	Cumple	
Emisión de energía de radiofrecuencia RTCA/DO-160G Sección 21	Categoría M	Este dispositivo es adecuado para utilizarlo en la cabina de pasajeros de aviones comerciales.

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética. Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

Ensayo de inmunidad	Nivel de prueba de IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Descarga electrostática (DES) IEC 61000-4-2	±8 kV de descarga por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, y ±15 kV en descargas de aire	±8 kV de descarga por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, y ±15 kV en descargas de aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa deberá ser al menos del 35 %.
Ráfagas/transitorios eléctricos rápidos IEC 61000-4-4	±2 kV para líneas de suministro eléctrico con una frecuencia de repetición de 100 kHz	±2 kV para líneas de suministro eléctrico con una frecuencia de repetición de 100 kHz	La calidad de la energía de la red eléctrica debe ser la normal de un entorno doméstico u hospitalario.
	±1 kV para líneas de entrada-salida con una frecuencia de repetición de 100 kHz	±1 kV para líneas de entrada-salida con una frecuencia de repetición de 100 kHz	
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial	±1 kV modo diferencial	La calidad de la energía de la red eléctrica debe ser la normal de un entorno doméstico u hospitalario.
	±2 kV modo común	±2 kV para modo común	
Caídas, interrupciones cortas y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro eléctrico IEC 61000-4-11	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 0,5 ciclos en incrementos de 45 grados	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 0,5 ciclos en incrementos de 45 grados	La calidad de la energía de la red eléctrica debe ser la normal de un entorno doméstico u hospitalario.
	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 1 ciclo	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 1 ciclo	Si el usuario del dispositivo requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de suministro de energía de la red eléctrica, se recomienda utilizar un suministro de alimentación ininterrumpida o una batería con el dispositivo.
	70 % U_T (caída del 30 % en U_T) durante 0,5 segundos	70 % U_T (caída del 30 % en U_T) durante 0,5 segundos	
	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 5 segundos	<5 % U_T (caída >95 % en U_T) durante 5 segundos	
Campo magnético de frecuencia eléctrica (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben tener los niveles característicos de un entorno doméstico u hospitalario normal.
Inmunidad ante los lectores de RFID AIM 7351731	Las frecuencias de los lectores de RFID se especifican en la norma AIM 7351731:	Las frecuencias de los lectores de RFID se especifican en la norma AIM 7351731:	Los campos magnéticos deben tener los niveles característicos de un entorno doméstico u hospitalario normal.
	134,2 kHz a 65 A/m	134,2 kHz a 65 A/m	
	13,56 MHz a 12 A/m	13,56 MHz a 12 A/m	
NOTA: U_T es el voltaje de la red principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Guía y declaración del fabricante sobre inmunidad electromagnética. Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

Ensayo de inmunidad	Nivel de prueba de IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético: guía
Radiofrecuencia conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms Bandas de radioaficionado e ISM entre 150 kHz y 80 MHz	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms Bandas de radioaficionado e ISM entre 150 kHz y 80 MHz	Cualquier equipamiento de comunicaciones por RF móvil o portátil deberá usarse a una distancia mínima recomendada de 30 cm de cualquier parte del dispositivo, incluidos cables. En las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo  pueden producirse interferencias:
Radiofrecuencia radiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz Frecuencias de telecomunicaciones según lo especificado en la cláusula 8.10 de la norma IEC 60601-1-2:2014: 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970 y 2450 MHz a 28 V/m 385 MHz a 27 V/m 710, 745, 780, 5240, 5500 y 5785 MHz a 9 V/m	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz Frecuencias de telecomunicaciones según lo especificado en la cláusula 8.10 de la norma IEC 60601-1-2:2014: 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970 y 2450 MHz a 28 V/m 385 MHz a 27 V/m 710, 745, 780, 5240, 5500 y 5785 MHz a 9 V/m	
Inmunidad ante los lectores de RFID AIM 7351731	Las frecuencias de los lectores de RFID se especifican en la norma AIM 7351731: 433 MHz a 3 V/m 860 MHz a 960 MHz a 54 V/m 2450 MHz a 54 V/m	Las frecuencias de los lectores de RFID se especifican en la norma AIM 7351731: 433 MHz a 3 V/m 860 MHz a 960 MHz a 54 V/m 2450 MHz a 54 V/m	

Garantía limitada

Respironics, Inc., una empresa de Philips ("Philips Respironics"), proporciona esta garantía limitada e intransferible para DreamStation CPAP, DreamStation CPAP Pro y DreamStation Auto CPAP ("producto") al cliente que haya adquirido originalmente el producto directamente de Philips Respironics.

Lo que cubre esta garantía: Philips Respironics garantiza que cada producto nuevo estará libre de defectos de materiales y de mano de obra, y que funcionará conforme a las especificaciones del producto con un uso y un mantenimiento normales y adecuados de acuerdo con las instrucciones correspondientes, con las siguientes exclusiones.

Duración de esta garantía: dos (2) años a partir de la fecha que sea posterior: la fecha de envío al comprador o la fecha de configuración por parte del comprador para el usuario final, con estas excepciones:

El periodo de garantía para accesorios, piezas de repuesto y desechables, entre los cuales se encuentran los filtros, el tubo y el maletín portátil, es de 90 días desde la fecha de envío al comprador original.

Lo que no cubre esta garantía: esta garantía no es aplicable a ningún software incluido con el producto, ya que la garantía del software está incluida en la licencia del software. Esta garantía no cubre daños ni lesiones ocasionados a los Productos, a bienes personales o a personas provocados por accidentes, uso indebido, abuso, casos fortuitos, entrada de agua, reparaciones o modificaciones realizadas por cualquier otra persona que no pertenezca a Philips Respironics o a su centro de servicio técnico autorizado, manejo distinto al indicado en los términos del manual y las instrucciones de funcionamiento, cuidado negligente, cortes en la red (p. ej., 2G, 3G, etc.) por parte de un operador (p. ej., ATT, Verizon, etc.), o por otros defectos no relacionados con los materiales o la mano de obra. Esta garantía es intransferible. Si Philips Respironics considerase que un Producto devuelto para su reparación o el problema surgido no quedaran cubiertos por esta garantía limitada, Philips Respironics podría cobrar una tarifa de evaluación y el envío de devolución.

Cómo procederá Philips Respironics: Si un Producto no cumple la garantía anterior durante los primeros 90 días tras la fecha de envío original, Philips Respironics sustituirá el dispositivo por un Producto nuevo. Por tanto, si un Producto no cumple las garantías estipuladas anteriormente durante el periodo de garantía aplicable, Philips Respironics reparará o sustituirá el Producto o reembolsará su precio de compra original, según el criterio exclusivo de Philips Respironics. Philips Respironics podría utilizar conjuntos, componentes o piezas remanufacturados en la reparación, así como dispositivos nuevos o reacondicionados y nuevamente certificados como piezas de repuesto. A cualquier producto o componente de un producto reparado o sustituido en el marco de esta garantía se le aplicará la duración restante del periodo de garantía original.

Exención de responsabilidad sobre la garantía; limitación de responsabilidad: EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, PHILIPS RESPIRONICS NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, ESTABLECIDA POR LA LEY O DE ALGÚN OTRO MODO, EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO, SU CALIDAD O SU RENDIMIENTO. PHILIPS RESPIRONICS RECHAZA ESPECÍFICAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE PHILIPS RESPIRONICS EN VIRTUD DE ESTAS GARANTÍAS SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL, NI SERÁ PHILIPS RESPIRONICS RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, GASTOS GENERALES O DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. La reparación, sustitución o devolución del precio de compra por parte de Philips Respironics es la única y exclusiva compensación que puede recibir el comprador original en virtud de esta garantía.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían en función del estado en que se encuentre. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que es posible que la exclusión y las limitaciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Cómo obtener asistencia para la garantía: los pacientes se pueden poner en contacto con el distribuidor local autorizado de Philips Respironics, y los distribuidores se pueden poner en contacto con Respironics, Inc. en:

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pensilvania 15668-8550, EE. UU.
+1-724-387-4000



PHILIPS
RESPIRONICS

DreamStation

CPAP

CPAP Pro

Auto CPAP

Português



Manual do utilizador

Índice

Utilização prevista.....	1
Importante.....	1
Advertências	1
Precauções	2
Contraindicações	3
Legenda dos símbolos.....	4
Conteúdo do sistema	4
Como contactar a Philips Respironics	4
Visão geral do sistema	5
Instalar/substituir os filtros de ar	6
Onde posicionar o dispositivo.....	7
Fornecer alimentação CA ao dispositivo	7
Ligar o circuito de respiração	8
Navegação pelos ecrãs do dispositivo.....	9
Iniciar o dispositivo.....	9
Navegação pelos menus (Terapia ATIVADA) e definições de humidificação opcional.....	10
Função de rampa.....	10
Navegação pelos menus (Terapia DESLIGADA).....	11
Tecnologia sem fios <i>Bluetooth</i> ®	15
Verificar ajuste da máscara	16
Progresso do sono	16
Compensação da altitude.....	16
Alertas do dispositivo	16
Resolução de problemas	21
Acessórios	22
Viajar com o sistema.....	24
Limpeza em Ambiente Doméstico e Hospitalar/Institucional: Exterior do Dispositivo e do Humidificador	25
Desinfecção Hospitalar e Institucional: Exterior do Dispositivo e do Humidificador	25
Ambiente Doméstico e Hospitalar: Enxaguar e Substituir os Filtros	26
Limpeza em Ambiente Doméstico e Hospitalar: Tubagem Flexível Não Aquecida	26
Assistência técnica	27
Avisos adicionais	27
Especificações	28
Eliminação.....	29
Informação sobre CEM	29
Garantia limitada	32

Utilização prevista

Os sistemas DreamStation da Philips Respironics administram terapia de pressão positiva nas vias respiratórias para tratamento da apneia obstrutiva do sono em pacientes que respirem espontaneamente e que pesem mais de 30 kg. Destina-se a ser utilizado em ambiente domiciliário ou hospitalar/institucional.

Importante

O dispositivo só deve ser utilizado mediante a indicação de médico autorizado. O seu fornecedor de cuidados domiciliares regulará o dispositivo para as definições e configurações de pressão corretas, incluindo os acessórios, conforme prescrito pelo seu profissional de cuidados médicos.

Encontram-se disponíveis vários acessórios para tornar o seu tratamento de SAOS com o sistema DreamStation o mais prático e confortável possível.



Advertência: utilize apenas os métodos de limpeza descritos no seu manual do utilizador. Não é possível à Philips verificar a segurança ou o desempenho de qualquer dispositivo se for utilizado ozono ou outros métodos de limpeza e desinfecção não aprovados.

Advertências

Uma advertência indica a possibilidade de lesões no utilizador ou para o operador.

- Este manual serve como referência. As instruções neste manual não se destinam a substituir as instruções do profissional de cuidados médicos relativamente à utilização do dispositivo.
- A prescrição e outras definições do dispositivo apenas devem ser alteradas por ordem do médico supervisor.
- O operador deve ler e compreender este manual na íntegra antes de utilizar o dispositivo.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado como suporte de vida.
- O dispositivo deve ser utilizado apenas com máscaras e conectores recomendados pela Philips Respironics ou com os recomendados pelo profissional de cuidados médicos ou terapeuta respiratório. Não deve utilizar-se uma máscara a menos que o dispositivo esteja ligado e a funcionar corretamente. A(s) porta(s) de exalação associada(s) à máscara nunca deve(m) ser bloqueada(s). **Explicação da advertência:** O dispositivo destina-se a ser utilizado com máscaras especiais ou conectores que possuem portas de exalação para permitir a saída de um fluxo contínuo de ar da máscara. Quando o dispositivo é ligado e está a funcionar corretamente, o ar fresco proveniente do dispositivo expulsa o ar exalado através da porta de exalação na máscara. No entanto, quando o dispositivo não está a funcionar, não será administrado ar fresco suficiente através da máscara, e o ar exalado poderá ser reinalado.
- É necessária uma porta de exalação. Não bloqueie a porta de exalação. Isto pode reduzir o fluxo de ar e resultar na reinalação de ar exalado.
- A pressões expiratórias baixas, o fluxo através da porta de exalação pode não ser o adequado para eliminar todo o gás exalado da tubagem – pode ocorrer alguma reinalação.
- Se estiver a utilizar uma máscara facial completa (uma máscara que cobre a boca e o nariz), esta deverá estar equipada com uma válvula de segurança (retenção).
- Para garantir que recebe a terapia segura e eficaz que lhe foi prescrita, utilize apenas acessórios da Philips Respironics. A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não os especificados pela Philips Respironics pode resultar em emissões acrescidas ou numa imunidade reduzida do dispositivo.
- Ao utilizar oxigénio com este sistema, o fornecimento de oxigénio deverá estar em conformidade com os regulamentos locais relativos a oxigénio medicinal.
- O oxigénio suporta a combustão. O oxigénio não deve ser utilizado se alguém estiver a fumar ou na presença de chamas.
- Ao utilizar oxigénio com este sistema, ligue o dispositivo antes de ligar o oxigénio. Desligue o oxigénio antes de desligar o dispositivo. Isto irá impedir a acumulação de oxigénio no dispositivo. **Explicação da advertência:** Quando o dispositivo não está a ser utilizado e o fluxo de oxigénio permanece ligado, o oxigénio administrado através da tubagem pode acumular-se na caixa do dispositivo. O oxigénio acumulado na caixa do dispositivo irá criar um risco de incêndio.
- Ao utilizar oxigénio com este sistema, deverá ser colocada uma Válvula de pressão da Philips Respironics em linha com o circuito do paciente, entre o dispositivo e a fonte de oxigénio. A válvula de pressão ajuda a impedir a reserva de oxigénio do circuito do paciente para o dispositivo, quando a unidade estiver desligada. A não utilização da válvula de pressão pode resultar em perigo de incêndio.
- Não ligue o dispositivo a uma fonte de oxigénio de pressão não regulada ou elevada.
- Não utilize o dispositivo na presença de mistura anestésica inflamável em combinação com oxigénio ou ar ou na presença de óxido nítrico.
- Não utilize o dispositivo próximo de uma fonte de vapores tóxicos ou nocivos.
- Não utilize o dispositivo sob luz solar direta ou próximo de um aparelho de aquecimento porque estas condições podem aumentar a temperatura do ar que sai do dispositivo.
- Contacte o seu profissional de cuidados médicos se os sintomas de apneia do sono reaparecerem.
- Se notar alguma alteração sem explicação no desempenho deste dispositivo, se estiver a fazer sons invulgares ou desagradáveis, se tiver caído ou for mal manuseado, se for vertida água para dentro da caixa ou se a caixa se partir, desligue o cabo de alimentação e interrompa a utilização. Contacte o fornecedor de cuidados médicos domiciliares.
- Quaisquer reparações e ajustes apenas deverão ser efetuados por pessoal da assistência técnica autorizado da Philips Respironics. A assistência técnica não autorizada pode causar lesões, invalidar a garantia ou resultar em danos dispendiosos. Contacte o seu fornecedor de assistência de cuidados médicos domiciliares para obter assistência.

- Não utilize quaisquer acessórios, peças amovíveis e materiais não recomendados pela Philips Respironics. As peças ou acessórios incompatíveis podem causar um desempenho defeituoso.
 - Utilize apenas cabos e acessórios aprovados. A utilização inadequada pode afetar o desempenho de CEM e deve ser evitada.
 - A Health Industry Manufacturers Association (Associação de Fabricantes da Indústria da Saúde) recomenda que se mantenha uma separação mínima de 15 cm entre um telefone sem fios e um pacemaker para evitar a potencial interferência com este. A este respeito, a comunicação por *Bluetooth* integrada no sistema DreamStation deve ser considerada um telefone sem fios.
 - Utilize apenas os cabos de alimentação fornecidos pela Philips Respironics para este dispositivo. A utilização de cabos de alimentação não fornecidos pela Philips Respironics pode causar um sobreaquecimento ou danos no dispositivo e poderá resultar no aumento das emissões ou na diminuição da imunidade dos equipamentos ou do sistema.
 - O dispositivo não deve ser utilizado empilhado ou próximo de outros dispositivos não aprovados.
 - Os Equipamentos de Comunicações de RF Portáteis e Móveis podem afetar os Equipamentos Médicos Elétricos. Consulte na secção sobre CEM deste manual as distâncias a observar entre Geradores de RF e o ventilador de forma a evitar interferências.
 - Não utilize este dispositivo junto a equipamentos cirúrgicos de alta frequência ativos e junto à sala blindada de radiofrequência de um sistema médico elétrico para imagens de ressonância magnética, onde a intensidade das perturbações eletromagnéticas é elevada.
 - A utilização deste equipamento junto a outros equipamentos ou empilhado nestes deverá ser evitada, uma vez que poderá resultar num funcionamento incorreto. Se tal utilização for necessária, este equipamento e o outro equipamento deverão ser observados para verificar se estão a funcionar normalmente.
 - Não puxe nem alargue a tubagem. Tal poderá resultar em fugas no circuito.
 - Não cubra a tubagem com um cobertor nem a aqueça numa incubadora ou com um aquecedor suspenso. Isto pode afetar a qualidade da terapia ou causar lesões no paciente.
 - Inspeção a tubagem para verificar a existência de danos ou desgaste. Elimine e substitua a tubagem conforme necessário.
 - Inspeção periodicamente os cabos elétricos e fios para verificar se existem danos ou sinais de desgaste. Interrompa a utilização e substitua se estiverem danificados.
 - Nunca utilize o dispositivo se este apresentar peças danificadas ou se não estiver a funcionar corretamente. Proceda à substituição das peças danificadas antes de continuar a utilizar.
 - Para evitar choques elétricos, desligue sempre o cabo de alimentação da tomada de parede antes de limpar o dispositivo. NÃO mergulhe o dispositivo em nenhum líquido.
 - Não mergulhe o dispositivo em nenhum tipo de líquido nem pulverize com água ou soluções de limpeza. Limpe o dispositivo com um pano embebido em solução de limpeza aprovada.
 - Se o dispositivo for utilizado por múltiplas pessoas (como no caso de dispositivos de aluguer), deve ser instalado um filtro bacteriano do fluxo principal, de baixa resistência, em linha entre o dispositivo e a tubagem do circuito para impedir a contaminação.
 - Se utilizar um humidificador, não o utilize num ambiente com uma altitude superior a 2286 m ou temperatura fora dos limites entre 5 °C e 40 °C. Utilizar o humidificador fora deste intervalo de temperatura ou acima desta altitude pode afetar a qualidade da terapia ou causar lesões no paciente.
 - Para evitar que a tubagem ou o sistema de tubagem se desligue durante a utilização, apenas devem ser utilizados tubos em conformidade com a norma ISO 5367 ou ISO 80601-2-74.
 - A humificação pode aumentar a resistência dos filtros de bactérias e o operador deve monitorizar frequentemente o filtro de bactérias quanto a um aumento da resistência e bloqueio, de modo a assegurar a administração da pressão terapêutica.
 - Certifique-se de que direciona o cabo de alimentação para a tomada de forma a impedir que alguém tropece no cabo ou que este interfira com as cadeiras ou outro mobiliário.
 - Para evitar perigos de estrangulamento, certifique-se de que todos os cabos ligados ao dispositivo estão devidamente encaminhados.
 - Este dispositivo é ativado quando o cabo de alimentação é ligado.
 - Para que o humidificador funcione de forma segura, tem de estar sempre posicionado abaixo da ligação do circuito de respiração da máscara. O humidificador tem de estar nivelado para funcionar corretamente.
 - Utilize apenas o oxímetro de pulso e os sensores recomendados pela Philips Respironics. A utilização de sensores incompatíveis pode resultar num desempenho impreciso do oxímetro de pulso.
 - Não utilize um oxímetro de pulso ou sensor danificado.
 - Antes de utilizar, leia com atenção estas instruções e as instruções de utilização fornecidas com o oxímetro de pulso e o sensor.
- Nota:** Consulte a secção “Garantia limitada” deste manual para obter informações sobre a cobertura da garantia.

Precauções

Uma precaução indica a possibilidade de danos no dispositivo.

- Os equipamentos médicos elétricos precisam de precauções especiais relativamente à CEM e devem ser instalados de acordo com as informações de CEM. Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários relativamente a informações de CEM na instalação.
- Não utilize tubos antiestáticos ou condutores nem tubagem do paciente condutora com o dispositivo.
- Não se deve tocar nos pinos de conectores marcados com o símbolo de advertência de ESD e as ligações devem ser feitas de acordo com precauções especiais. Os procedimentos de segurança incluem métodos para prevenir a formação de carga eletrostática (por ex., ar condicionado, sistemas de humificação, coberturas para chão condutoras, vestuário não sintético), descarga do próprio corpo para a estrutura do equipamento ou sistema ou para a terra. Recomenda-se que todos os indivíduos que lidem com este dispositivo compreendam estes procedimentos de segurança, no mínimo, como parte da sua formação.

- Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que a tampa de acesso ao filtro/cartão SD e a porta de acesso ao modem estão fechadas sempre que algum dos acessórios, como o módulo de ligação ou o modem, não estiver instalado. Consulte as instruções fornecidas com o acessório.
- A condensação pode danificar o dispositivo. Se este dispositivo tiver sido exposto a temperaturas muito quentes ou muito frias, deixe que se ajuste à temperatura ambiente (temperatura de funcionamento) antes de iniciar a terapia. Não utilize o dispositivo fora do intervalo de temperatura de funcionamento indicado nas Especificações.
- Não utilize extensões com este dispositivo.
- Certifique-se de que a área dos filtros de entrada de ar, na parte lateral do dispositivo, não está bloqueada por roupas de cama, cortinados ou outros artigos. O ar deve de fluir livremente em redor do dispositivo para que o sistema funcione de forma adequada.
- Não coloque o dispositivo diretamente sobre alcatifa, tecido ou outros materiais inflamáveis.
- Não coloque o dispositivo dentro ou sobre qualquer recipiente que possa recolher ou conter água.
- Não ligue o dispositivo a uma tomada controlada por um interruptor na parede.
- Para um funcionamento correto, é necessário que esteja devidamente instalado um filtro contra pólen azul da Philips Respironics.
- O fumo de tabaco pode resultar na acumulação de alcatrão no dispositivo que, por sua vez, pode resultar em avaria do dispositivo.
- Filtros de entrada sujos podem provocar temperaturas de funcionamento elevadas que podem afetar o desempenho do dispositivo. Examine regularmente os filtros de entrada, conforme necessário, para verificar a integridade e a acumulação de detritos.
- Nunca instale um filtro húmido no dispositivo. Deverá garantir tempo de secagem suficiente para o filtro lavado.
- Certifique-se sempre de que o cabo de corrente contínua encaixa bem no dispositivo terapêutico antes de utilizar. Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários ou a Philips Respironics para determinar se possui um cabo de CC adequado para o seu dispositivo terapêutico específico.
- Quando é obtida corrente contínua a partir da bateria de um veículo, o dispositivo não deve ser utilizado enquanto o motor estiver a trabalhar. Poderão ocorrer danos no dispositivo.
- Utilize apenas um Cabo de corrente contínua e o Cabo adaptador de bateria da Philips Respironics. A utilização de qualquer outro sistema poderá danificar o dispositivo.
- Não mergulhe o dispositivo em líquido nem permita a infiltração de líquidos na caixa ou no filtro de entrada.
- Não esterilize o dispositivo por autoclave a vapor. Este procedimento irá destruir o dispositivo.
- Não utilize detergentes agressivos, soluções de limpeza abrasivas ou escovas para limpar o sistema.
- Somente os procedimentos de limpeza descritos neste manual são recomendados pela Philips Respironics. A utilização de outros processos de limpeza, não especificados pela Philips Respironics, pode afetar o desempenho do produto.

Contraindicações

Ao avaliar os riscos e benefícios relativos de utilizar este equipamento, o médico deve compreender que este dispositivo pode administrar pressões de até 20 cm de H₂O. No caso de determinadas condições de avaria, é possível uma pressão máxima de 40 cm de H₂O. Estudos demonstraram que as seguintes condições pré-existentz podem contraindicar a utilização de terapia CPAP para alguns pacientes:

- Doença Pulmonar Bolhosa
- Pressão arterial patologicamente baixa
- Bypass das vias respiratórias superiores
- Pneumotórax
- Foi referido pneumocéfalo num paciente com utilização de pressão positiva contínua nas vias respiratórias. Deve ter-se cuidado ao prescrever CPAP a pacientes suscetíveis, tais como pacientes com: fugas de líquido cefalorraquidiano (LCR), anomalias da placa cribiforme, história prévia de traumatismo craniano e/ou pneumocéfalo. (Chest 1989; 96:1425-1426)

A utilização de terapia de pressão positiva nas vias respiratórias pode estar contraindicada temporariamente se exibir sinais de sinusite ou infeção no ouvido médio. Este sistema não se destina a ser utilizado com pacientes que tenham sido submetidos a um bypass das vias respiratórias superiores. Contacte o seu profissional de cuidados médicos se tiver questões sobre a sua terapia.

Legenda dos símbolos

Os símbolos que se seguem podem aparecer no dispositivo, na fonte de alimentação e nos acessórios:

Símbolo	Definição	Símbolo	Definição
	Consulte as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.		Para utilização num avião. Conforme a norma RTCA/DO-160G secção 21, categoria M.
	Alimentação CA		Recolha separada para equipamentos elétricos e eletrónicos de acordo com a Diretiva da CE 2012/19/UE.
	Alimentação CC		Símbolo Bluetooth®
IP22	Equipamento à prova de gotejamento		Este dispositivo contém um transmissor de RF.
	Atenção, consultar os documentos anexos.	SpO₂	Ligação do oxímetro
	Símbolo de aviso ESD		Ligação de série
	Classe II (isolamento duplo)		Evitar radiação ultravioleta
	Peça aplicada de tipo BF		Não desmontar.
	Apenas para utilização no interior.		Inseguro em ambiente de RM Não utilize o dispositivo num ambiente de Ressonância Magnética (RM).
MD	Dispositivo Médico Indica que o item é um dispositivo médico.		Importador Indica a entidade que importa o dispositivo médico para a UE.
UDI	Identificador Único do Dispositivo Indica as informações relativas ao Identificador Exclusivo do Dispositivo.		
	Data de Fabrico: indica a data de fabrico de um produto País de Fabrico: indica o país de fabrico do produto Nota: quando aplicado no rótulo, "CC" é substituído pelo código do país de duas letras		

Conteúdo do sistema

O seu sistema DreamStation pode incluir os seguintes artigos:

- Dispositivo
- Manual do utilizador
- Mala de transporte
- Cabo de alimentação
- Fonte de alimentação
- Cartão SD
- Tubagem flexível
- Filtro contra pólen azul reutilizável
- Filtro ultrafino azul claro descartável (opcional)
- Humidificador (opcional)

Nota: Se algum destes artigos estiver em falta, contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários.

Como contactar a Philips Respironics

Caso tenha problemas com este equipamento ou necessite de assistência aquando da configuração, utilização ou manutenção do dispositivo ou dos respetivos acessórios, contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários. Se precisar de contactar a Philips Respironics diretamente, contacte o departamento de Apoio ao Cliente da Philips Respironics através do telefone +1-724-387-4000. Também pode utilizar o seguinte endereço:


Respironics, Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, EUA

Visão geral do sistema



O DreamStation CPAP é um dispositivo terapêutico de pressão positiva contínua nas vias respiratórias concebido para o tratamento de Apneia obstrutiva do sono (SAOS). O DreamStation CPAP Pro pode igualmente ser utilizado para administrar terapia de verificação CPAP e o DreamStation Auto CPAP pode também ser utilizado para administrar terapia de verificação CPAP e auto-CPAP. O seu fornecedor de cuidados domiciliários escolherá as definições de pressão adequadas para si.

Quando o dispositivo lhe for prescrito, disponibilizará várias funcionalidades que ajudam a tornar a sua terapia mais confortável. A função de rampa permite-lhe baixar a pressão quando estiver a tentar adormecer. A pressão do ar irá aumentar gradualmente até que a pressão prescrita seja atingida. Adicionalmente, a funcionalidade de conforto Flex providencia o alívio da pressão quando expira durante a terapia.

Também estão disponíveis vários acessórios para utilização com o seu dispositivo. Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários para adquirir quaisquer acessórios não incluídos no seu sistema.



Esta figura ilustra algumas das funcionalidades do dispositivo, descritas na tabela seguinte.

N.º	Funcionalidade do dispositivo	Descrição
1	Botão de terapia ligada/desligada 	Inicia e para o fluxo de ar para a terapia. Se o botão LED de terapia ligada/desligada estiver intermitente, poderá ter uma mensagem pendente. Prima ou rode o botão para apresentar a mensagem.
2	Sensor de luz ambiente	Deteta os níveis de luz na divisão e ajusta o brilho do ecrã de visualização.
3	Botão Rampa 	Ativa a função de rampa durante a terapia.
4	Porta de acesso ao cartão SD e ao filtro	Esta porta abre-se para permitir o acesso ao cartão SD e à área do filtro.
5	Ecrã do visor	Trata-se da interface de utilizador do dispositivo terapêutico.
6	Botão de controlo	Rode o botão para percorrer as opções no ecrã. Carregue no botão para escolher uma opção.
7	Porta de acesso aos acessórios	Esta porta abre-se para permitir o acesso aos acessórios (opcionais).
8	Conector do humidificador	O humidificador liga-se à parte posterior do dispositivo terapêutico. O conector de pinos do humidificador é encaixado aqui.
9	Porta de saída de ar	Ligue a tubagem aqui.
10	Entrada de alimentação	Ligue o cabo de alimentação aqui.

Instalar/substituir os filtros de ar

Precaução: Para um funcionamento correto, é necessário que esteja devidamente instalado um filtro contra pólen azul da Philips Respironics.


O dispositivo utiliza um filtro de pólen azul reutilizável, que pode ser lavado, e um filtro ultrafino azul claro descartável. O filtro azul reutilizável filtra as poeiras domésticas normais e pólenes, enquanto o filtro ultrafino azul claro proporciona uma filtragem mais completa de partículas muito finas. O filtro azul reutilizável tem de estar sempre colocado quando o dispositivo estiver a funcionar. O filtro ultrafino é recomendado para indivíduos sensíveis ao fumo do tabaco ou a outras partículas pequenas.

O filtro azul reutilizável é fornecido com o dispositivo. Também pode ser incluído um filtro ultrafino azul claro descartável. Se o filtro não estiver já instalado no momento em que recebe o seu dispositivo, terá de instalar pelo menos o filtro reutilizável antes de utilizar o dispositivo.


Este dispositivo apresenta um lembrete automático para verificação dos filtros. A cada 30 dias, o dispositivo apresenta uma mensagem a lembrar o utilizador que deve verificar os filtros e substituí-los conforme indicado.

Nota: Esta mensagem é apenas um lembrete. O dispositivo não deteta o desempenho dos filtros nem reconhece quando um filtro foi lavado ou substituído.


1. Levante a porta de acesso aos filtros para a abrir. Em caso de substituição, remova o conjunto de filtros antigo.



2. Se aplicável, coloque um filtro de pólen azul seco e reutilizável (1) em cima de um novo filtro ultrafino azul claro descartável opcional (2) e encaixe-os firmemente um no outro.



3. Coloque o novo conjunto de filtros novamente no interior do dispositivo terapêutico. Feche a porta.



Onde posicionar o dispositivo

Coloque o dispositivo sobre uma plataforma plana, firme, num local de fácil alcance e a um nível mais baixo em relação à sua posição de dormir. Certifique-se de que o dispositivo está afastado de quaisquer equipamentos de aquecimento ou arrefecimento (por exemplo, ventiladores, radiadores e aparelhos de ar condicionado).

Nota: Aquando do posicionamento do dispositivo, certifique-se de que o cabo de alimentação está acessível, uma vez que remover a alimentação é a única forma de desligar o dispositivo.

Precaução: Certifique-se de que a área dos filtros, na parte lateral do dispositivo, não está bloqueada por roupas de cama, cortinados ou outros artigos. O ar tem de fluir livremente em redor do dispositivo para que o sistema funcione de forma adequada.

Precaução: Não coloque o dispositivo diretamente sobre alcatifa, tecido ou outros materiais inflamáveis.


Precaução: Não coloque o dispositivo dentro ou sobre qualquer recipiente que possa recolher ou conter água.

Fornecer alimentação CA ao dispositivo


Execute os seguintes passos para pôr o dispositivo a funcionar com alimentação CA:

1. Ligue a extremidade da ficha do cabo de corrente alternada (incluído) na fonte de alimentação (também incluída).
2. Insira a extremidade com os bornes do cabo de corrente alternada numa tomada elétrica que não seja controlada por interruptor na parede.

Nota: É aqui mostrado um exemplo. A tomada elétrica local e o cabo de alimentação podem variar.



3. Ligue a ficha do cabo de alimentação à entrada de alimentação na parte lateral do dispositivo.



4. Certifique-se de que a ficha na parte lateral do dispositivo, na fonte de alimentação, e na tomada elétrica está corretamente inserida. Isto irá ajudar a garantir uma ligação elétrica segura e fiável.

Nota: Se o ícone de Verificar Alimentação que se segue surgir no ecrã, repita o passo 4.



Importante: Para retirar a corrente alternada, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Advertência: Inspeccione periodicamente os cabos elétricos e fios para verificar se existem danos ou sinais de desgaste. Interrompa a utilização e substitua se estiverem danificados.

Ligar o circuito de respiração

Para utilizar o sistema, precisará dos seguintes acessórios de modo a montar o circuito de respiração recomendado:

- Interface da Philips Respironics (máscara nasal ou máscara facial completa) com porta de exalação integrada ou interface da Philips Respironics com um dispositivo de exalação separado (como o Whisper Swivel II)
- Tubagem flexível da Philips Respironics, 1,83 m
- Ligação à cabeça da Philips Respironics (para a máscara)

Para ligar o circuito de respiração ao dispositivo, execute os seguintes passos:


Nota: se estiver a utilizar a tubagem de 12 mm (não aquecida) opcional, é necessário um adaptador para efetuar a ligação ao dispositivo de terapia.

Nota: a tubagem é identificada na braçadeira com o símbolo de identificação de tubagem: “12”, “15” ou “HT15”.

A tubagem de 22 mm não contém qualquer símbolo.


1. Ligue a tubagem flexível à saída de ar do dispositivo de terapia.

Para ligar a tubagem aquecida (apresentada) à saída de ar na parte posterior do dispositivo, alinhe o conector (1) na parte superior do circuito aquecido com a parte superior da porta de saída de ar na parte posterior do dispositivo.



2. Pressione a tubagem aquecida no lugar sobre a porta da saída de ar até as patilhas na parte lateral do circuito se encaixarem nas ranhuras laterais da porta de saída.

Se utilizar uma tubagem padrão (não apresentada), deslize simplesmente a tubagem sobre a porta de saída de ar no dispositivo.



Nota: se necessário, ligue um filtro bacteriano à saída de ar do dispositivo e, em seguida, ligue a tubagem flexível à saída do filtro bacteriano. Ao utilizar o filtro bacteriano, o desempenho do dispositivo poderá ser afetado.

Contudo, o dispositivo irá permanecer operacional e a administrar terapia.

3. Se estiver a utilizar a tubagem de desempenho de 12 mm opcional, ligue o adaptador da máscara fornecido à extremidade de ligação da máscara da tubagem.
4. Ligue a tubagem à máscara. Para uma colocação e posicionamento adequados, consulte as instruções fornecidas com a máscara.

Advertência: não puxe nem alargue a tubagem. Tal poderá resultar em fugas no circuito.

Advertência: inspecione a tubagem para verificar a existência de danos ou desgaste. Elimine e substitua a tubagem conforme necessário.

5. Encaixe a ligação à cabeça na máscara, se necessário. Consulte as instruções que vieram com a sua ligação à cabeça.

Advertência: se estiver a utilizar uma máscara facial completa (uma máscara que cobre a boca e o nariz), esta deverá estar equipada com uma válvula de segurança (retenção).

Advertência: se o dispositivo for utilizado por múltiplas pessoas (como no caso de dispositivos de aluguer), deve ser instalado um filtro bacteriano do fluxo principal, de baixa resistência, em linha entre o dispositivo e a tubagem do circuito para impedir a contaminação.



Navegação pelos ecrãs do dispositivo



A interface de utilizador (IU) neste dispositivo permite-lhe ajustar as definições do dispositivo e visualizar as informações sobre a sua terapia. A IU é composta pelo ecrã de visualização e pelo botão de controlo. Rode o botão de controlo em ambas as direções para percorrer as opções de menu no ecrã de visualização.

Nota: O visor não é um ecrã tátil. Deverá utilizar o botão de controlo para navegar pelo menu do dispositivo.

Para ajustar uma definição:

1. Rode o botão de controlo para a opção de menu pretendida.
2. Prima o botão de controlo para selecionar a definição.
3. Rode o botão de controlo para alterar a definição.
4. Prima novamente o botão de controlo para guardar a alteração.


Nota: O ícone de rotação do botão  em qualquer ecrã indica que deve rodar o botão para realizar uma ação. O ícone para clicar no botão  em qualquer ecrã indica que deve pressionar o botão para realizar uma ação.

Nota: Pressionar o botão quando a seta para baixo  é apresentada num ecrã encaminha-o para um submenu com opções de menu adicionais. Pressionar o botão quando a seta para cima  é apresentada num submenu permite-lhe regressar ao menu principal.

Nota: Os ecrãs apresentados ao longo deste manual destinam-se apenas a ser utilizados como referência. Os ecrãs reais podem variar com base no modelo do dispositivo e nas definições do fornecedor.

Iniciar o dispositivo


1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado à rede elétrica. O primeiro ecrã a apresentar será o do logótipo da Philips Respironics, seguido pelo ecrã que mostra o modelo do dispositivo e, em seguida, pelo ecrã Inicial.



Ecrã Inicial

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, poderá ser apresentada uma mensagem de contexto a solicitar ao utilizador que configure a hora no dispositivo. A predefinição é Hora Média de Greenwich, mas, se solicitado, poderá ajustar a hora em incrementos de 30 minutos para corresponder ao seu fuso horário local. Se optar por ignorar esta definição inicial, a hora pode sempre ser ajustada no menu “A minha configuração”.

Nota: Esta definição da hora não é apresentada como uma função de relógio no dispositivo. Esta definição é apenas utilizada para alinhar os seus dados da terapia para os relatórios de dados do fornecedor.

2. Ponha a sua máscara. Consulte as instruções fornecidas com a máscara.
3. Prima o botão de Terapia () na parte superior do dispositivo para ligar o fluxo de ar e iniciar a terapia. A pressão atualmente administrada será apresentada no ecrã.

4. Certifique-se de que não existem fugas de ar da máscara. Se necessário, ajuste a máscara e o dispositivo de fixação à cabeça até a fuga de ar parar. Consulte as instruções fornecidas com a sua máscara para obter mais informações.

Nota: Uma pequena quantidade de fuga da máscara é normal e aceitável. Corrija grandes fugas da máscara ou irritação ocular provocada por uma fuga de ar logo que possível.

5. Se estiver a utilizar o dispositivo numa cama com cabeceira, tente colocar a tubagem sobre a cabeceira. Deste modo, poderá reduzir a tensão sobre a máscara.

6. Prima novamente o botão de Terapia para desligar a terapia.

Nota: Durante a terapia, se ocorrer uma falha de energia elétrica (ou seja, perda de energia), o dispositivo regressa ao ecrã Inicial assim que a alimentação for restaurada. Poderá retomar a terapia conforme necessário.

Navegação pelos menus (Terapia ATIVADA) e definições de humidificação opcional

Enquanto o dispositivo está a administrar terapia, é possível ajustar as definições Temperatura do tubo ou Humidificador. Rode o botão de controlo para selecionar uma das opções. Prima e rode o botão para alterar a definição.

Nota: Se estiver a utilizar o humidificador sem o tubo aquecido, rode simplesmente o botão de controlo para alterar a definição Humidificador.




Ecrã Pressão de terapia


N.º	Funcionalidade	Descrição
1	Pressão de terapia	Apresenta a pressão atualmente administrada.
2	Definição ajustável da temperatura do tubo	Pode alterar esta definição de 0 a 5. Esta definição é apresentada apenas quando está ligado o tubo aquecido opcional.
3	Definição de humidificador ajustável	Pode alterar esta definição de 0 a 5. Esta definição é apresentada apenas quando está ligado um humidificador.
4	Funções ativadas	Dependendo da configuração, algumas funções de terapia ativadas serão apresentadas aqui.

Função de rampa

O dispositivo está equipado com uma funcionalidade de “Aumento em rampa” opcional que o seu fornecedor de cuidados domiciliários pode ativar ou desativar. Esta funcionalidade reduz a pressão do ar quando estiver a tentar adormecer e, em seguida, aumenta gradualmente (em rampa) a pressão até a sua definição da prescrição ser atingida, permitindo que adormeça mais confortavelmente.

Se a funcionalidade “Aumento em rampa” estiver ativa no seu dispositivo, depois de ligar o fluxo de ar, prima o botão Rampa () no topo do dispositivo. Pode utilizar o botão Rampa as vezes que quiser durante a noite.

Ao clicar no botão Rampa, o ecrã de Terapia altera-se para refletir a pressão de rampa e o círculo verde refletirá o aumento gradual da pressão.




Ecrã Pressão em rampa

O seu dispositivo possui dois modos de rampa. O seu fornecedor irá selecionar o modo que melhor se adequar ao seu caso. O modo de rampa padrão aumenta a pressão a uma velocidade constante. Alternativamente, o modo SmartRamp mantém uma pressão inferior constante até o dispositivo detetar a necessidade de uma pressão superior.

Navegação pelos menus (Terapia DESLIGADA)

A partir do ecrã Inicial, pode percorrer os menus que se seguem. Apenas serão apresentados os menus disponíveis e ativados no seu dispositivo.



As minhas info.: Este menu apresenta estatísticas resumidas da utilização da sua terapia.

Pré-aquecimento (se disponível): Esta função permite-lhe aquecer o humidificador durante 30 minutos antes de iniciar uma sessão de terapia.

O meu prestador serviços: Este menu contém informações que poderão ser solicitadas pelo seu prestador de serviços para que este lhe possa prestar uma melhor assistência ao telefone.

A minha configuração: Este menu contém definições de conforto que pode ajustar conforme necessário.

As minhas info.:



Ao selecionar “As minhas info.”, poderá visualizar os ecrãs que se seguem. Estes ecrãs só serão apresentados se estiverem disponíveis e ativados no seu dispositivo. O utilizador não pode alterar as definições no menu Info. Estes ecrãs destinam-se apenas a servir de referência. O seu prestador de cuidados médicos domiciliários poderá pedir-lhe periodicamente estas informações.

Ícone	Texto	Descrição
	Horas tratamento	Este ecrã apresenta o tempo em que o utilizador está efetivamente a receber terapia do dispositivo no último intervalo de tempo correspondente a 1 dia. Apresenta igualmente o tempo médio durante o qual o paciente está efetivamente a receber terapia ao longo dos últimos 7 dias e 30 dias.
AHI	IAH	Este ecrã apresenta o valor dos índices de apneia/hipopneia noturna (IAH) para o último intervalo de tempo correspondente a 1 dia. Apresenta igualmente a média destes valores IAH noturnos individuais ao longo de um intervalo de tempo de 7 dias e 30 dias. Este ecrã só é apresentado se o seu fornecedor de cuidados domiciliários o tiver ativado. Disponível nos dispositivos CPAP Pro e Auto CPAP.
	Ajuste da máscara	Apresenta o valor “100% menos fuga grande”. Fuga grande é a percentagem de tempo durante o qual a fuga da máscara era tão elevada que impedia o dispositivo de identificar eventos respiratórios com precisão estatística. Apresenta o valor para o último intervalo de tempo correspondente a 1 dia, bem como os valores para os últimos 7 dias e 30 dias. Este ecrã só é apresentado se o seu fornecedor de cuidados domiciliários o tiver ativado. Disponível nos dispositivos CPAP Pro e Auto CPAP.

Ícone	Texto	Descrição
Periodic Breathing	Respiração periódica	Apresenta a percentagem de tempo durante o qual o utilizador apresentou uma respiração periódica. Apresenta o valor para o último intervalo de tempo correspondente a 1 dia, bem como os valores para os últimos 7 dias e 30 dias. Se observar um grande aumento no tempo percentual da respiração periódica aqui indicado, contacte o seu prestador de cuidados domiciliários para obter assistência. Este ecrã só é apresentado se o seu fornecedor de cuidados domiciliários o tiver ativado. Disponível nos dispositivos CPAP Pro e Auto CPAP.
90% Pressure	Pressão a 90%	Este ecrã mostra o valor noturno de 90% de pressão para o mais recente intervalo de tempo correspondente a 1 dia. Apresenta igualmente a média destes valores noturnos individuais a uma pressão de 90% ao longo de um intervalo de tempo de 7 dias e 30 dias. Disponível no dispositivo Auto CPAP.

Pré-aquecimento:



Ecrã de pré-aquecimento ligado

Ecrã de pré-aquecimento desligado

Nota: O menu Pré-aquecimento só será apresentado se estiver disponível no seu dispositivo.

Quando utilizar um humidificador, o dispositivo pode agora pré-aquecer o reservatório de água durante até 30 minutos antes de iniciar a terapia.




De modo a ativar o modo de pré-aquecimento, é necessário que o insuflador esteja desligado e esteja ligado a um humidificador. Ao selecionar “Pré-aquecimento”, poderá rodar o botão de controlo para selecionar entre “ligado” ou “deslig”. Prima novamente o botão de controlo para efetuar a seleção. Durante os 30 minutos de pré-aquecimento, ainda poderá continuar a usar o botão de controlo para selecionar outras opções do menu no ecrã Inicial.

O meu prestador serviços:



Ao selecionar “O meu prestador serviços”, poderá visualizar os ecrãs que se seguem. Estes ecrãs só serão apresentados se estiverem disponíveis e ativados no seu dispositivo. O utilizador não pode alterar as definições no menu Prestador de serviços. Estes ecrãs destinam-se apenas a servir de referência. O seu prestador de cuidados médicos domiciliários poderá pedir-lhe periodicamente estas informações.




Ícone	Texto	Descrição
	Informações do dispositivo	Este ecrã apresenta as informações do dispositivo terapêutico: número de série, modelo e versão de software.
	Informações de contacto do prestador de serviços	Este ecrã irá apresentar as informações de contacto do prestador de serviços se as informações tiverem sido carregadas para o seu dispositivo.











Ícone	Texto	Descrição
	Por telefone	Este ecrã apresenta o número total de horas de terapia do dispositivo, o número total de horas do insuflador, o número total de dias em que as sessões duraram mais de 4 horas e um número de verificação de conformidade utilizado pelo seu prestador de cuidados domiciliários para validar que os dados fornecidos são os dados retirados deste ecrã.
A-TRIAL	Ensaio A	Se o modo Ensaio A estiver disponível, este ecrã apresenta Dias: xx/xx (em que xx/xx é o número de dias de ensaio acumulados/número de dias de ensaio selecionados). Disponível no dispositivo Auto CPAP.
	Carregar	Permite ao utilizador iniciar uma chamada através do modem quando está instalado um modem celular ou um acessório Wi-Fi opcional. A força do sinal é indicada na parte superior deste ecrã. Uma vez concluído o carregamento do modem, o ecrã irá apresentar uma marca de verificação verde com o texto “Concluído” para indicar um carregamento bem-sucedido ou um X vermelho com o texto “Falhou” para indicar um carregamento sem êxito. Se o carregamento falhar, inicie um novo carregamento ou contacte o seu prestador de cuidados domiciliários se o problema persistir. Este ecrã encontra-se bloqueado se o modem estiver desligado.
	Verificação de desempenho	O seu dispositivo está equipado com uma ferramenta de autodiagnóstico designada por “Verificação de desempenho”. Esta ferramenta pode avaliar o seu dispositivo para verificar determinados erros. Permite-lhe igualmente partilhar definições chave do dispositivo com o seu prestador de cuidados domiciliários. Utilize a ferramenta Verificação de desempenho quando instruído para tal pelo seu prestador de cuidados domiciliários. Após a análise, o ecrã apresenta uma marca de verificação verde se não for detetado nenhum problema. Se o dispositivo apresentar um “X” vermelho, contacte o seu prestador de cuidados domiciliários para obter assistência.

A minha configuração:



Ao seleccionar “A minha configuração”, poderá visualizar os ecrãs que se seguem. Estes ecrãs só serão apresentados se estiverem disponíveis e ativados no seu dispositivo. Pode alterar as definições no menu Configuração.

Ícone	Texto	Descrição
	Rampa	Apresenta a pressão inicial do “Aumento em rampa”. Pode aumentar ou diminuir a pressão inicial do “Aumento em rampa” em incrementos de 0,5 cm de H ₂ O.
	Dur. “aumento rampa”	Quando define a Dur. “aumento rampa”, o dispositivo aumenta a pressão a partir do valor definido no ecrã Rampa para a definição da pressão de terapia ao longo do tempo aqui especificado.
FLEX	Flex	Permite-lhe ajustar o nível de alívio da pressão de ar que sente quando exala durante a terapia. O seu prestador de cuidados domiciliários pode ativar ou desativar esta função. Quando o seu fornecedor ativar a funcionalidade Flex, já estará definido no seu dispositivo um nível para si. Pode aumentar ou diminuir a definição de 1 a 3. A definição de “1” reduz um pouco a pressão, enquanto números maiores fornecem uma maior redução. Nota: Se for apresentado um ícone de cadeado  neste ecrã, tal indica que o seu prestador de cuidados bloqueou esta definição e que não é possível alterá-la.

Ícone	Texto	Descrição
	Humidificação	Apresenta o modo Humidificação que está a ser utilizado. Pode selecionar entre humidificação Fixa ou Adaptativo. Se estiver a utilizar um tubo aquecido, o dispositivo irá alternar automaticamente para o modo Humidificação da tubagem aquecida. Um símbolo de bloqueio será apresentado junto à definição de modo a indicar que não é possível alterar este modo enquanto um tubo aquecido estiver encaixado no dispositivo. No entanto, é ainda possível ajustar as definições de temperatura do tubo e da placa aquecedora no ecrã de Terapia do dispositivo conforme normalmente.
	Tipo de máscara	Esta definição permite ajustar o nível de alívio da pressão do ar com base na máscara da Philips Respironics específica. Cada máscara da Philips Respironics pode ter uma definição de controlo da resistência “ System One ”. Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários se não conseguir encontrar esta definição de resistência para a sua máscara. Nota: Se for apresentado um ícone de cadeado  neste ecrã, tal indica que o seu prestador de cuidados bloqueou esta definição e que não é possível alterá-la.
	Tipo de tubagem	Esta definição permite selecionar o diâmetro de tubagem correto que vai utilizar com o dispositivo. Pode escolher (22) para a tubagem da Philips Respironics de 22 mm, (15) para a tubagem da Philips Respironics de 15 mm ou (12) para a tubagem da Philips Respironics de 12 mm opcional. Quando utilizar a tubagem aquecida, o dispositivo muda automaticamente esta definição para o tipo de tubagem adequado (15H) e não poderá alterá-la. Nota: A tubagem é identificada na braçadeira com o símbolo de identificação de tubagem: “12”, “15” ou “15H”. A tubagem de 22 mm não contém qualquer símbolo. Nota: Se for apresentado um ícone de cadeado  neste ecrã, tal indica que o seu prestador de cuidados bloqueou esta definição e que não é possível alterá-la.
	Idioma	Esta funcionalidade permite-lhe escolher o idioma em que pretende visualizar a interface. Pode selecionar uma das seguintes opções: inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, português, português do Brasil, dinamarquês, neerlandês, finlandês, norueguês, sueco, checo ou polaco. Pode igualmente desativar o idioma (0), o que significa que o dispositivo mostrará apenas ícones de visualização na interface.
	Verificar ajuste da máscara	Esta funcionalidade permite-lhe verificar o ajuste da sua máscara antes de começar a terapia. Isto é feito medindo a quantidade de fuga.
	Modem	Permite-lhe desligar temporariamente o modem ou voltar a ligá-lo. Quando o modem está desligado, este é automaticamente ligado outra vez após 3 dias. Apresentado apenas quando o modem está instalado.
	Bluetooth	Permite-lhe ligar e desligar o Bluetooth. Adicionalmente, permite-lhe limpar o emparelhamento com um dispositivo Bluetooth compatível.
	Tempo	Permite-lhe ajustar a hora. A predefinição é Hora média de Greenwich, mas poderá ajustar a hora em incrementos de 30 minutos para corresponder ao seu fuso horário local. Nota: Esta definição da hora não é apresentada como uma função de relógio no dispositivo. Esta definição é apenas utilizada para alinhar os seus dados da terapia para os relatórios de dados do fornecedor.

Tecnologia sem fios *Bluetooth*^{®*}

O seu dispositivo contém tecnologia sem fios *Bluetooth*, um dos métodos que lhe permite transferir os dados do seu dispositivo terapêutico com o DreamMapper^{®*}. O DreamMapper é um sistema móvel baseado na Web concebido para ajudar os pacientes com apneia obstrutiva do sono (SAOS) a otimizar a sua experiência com a terapia do sono.

Emparelhar o seu dispositivo terapêutico com o seu dispositivo móvel ativado com *Bluetooth*

Nota: É possível emparelhar o seu dispositivo terapêutico com um dispositivo móvel a qualquer altura.

Nota: O emparelhamento funciona melhor quando o dispositivo terapêutico e o dispositivo móvel estão no mesmo local.

Nota: A versão atual do DreamMapper irá fornecer-lhe orientação ao longo destas instruções.

Nota: Depois de iniciar o emparelhamento, terá 30 segundos para concluir a configuração. Decorrido este tempo, o emparelhamento será automaticamente cancelado.

Siga os passos abaixo para emparelhar manualmente o dispositivo ao seu telemóvel ou tablet.

1. Com o dispositivo terapêutico ligado e o insuflador desligado, inicie a Configuração do *Bluetooth* na aplicação móvel DreamMapper.
2. Se tiver de efetuar uma seleção a partir de uma lista de dispositivos *Bluetooth* disponíveis, o dispositivo terapêutico aparecerá como “PR BT XXXX” (sendo que XXXX corresponderá aos últimos quatro algarismos do número de série indicado no seu dispositivo terapêutico).
3. Ser-lhe-á solicitado que confirme o emparelhamento através de um dos dois métodos que se seguem:

- **O dispositivo móvel poderá solicitar-lhe a introdução de um código PIN**

O ícone que se segue será apresentado no ecrã do dispositivo terapêutico com a mensagem “Emparelhar?”:



Rode o botão de controlo do dispositivo terapêutico para selecionar “sim” e prima o botão de controlo. O dispositivo terapêutico apresentará um PIN de 6 algarismos. Introduza este PIN no dispositivo móvel para concluir o emparelhamento.

- **O dispositivo móvel poderá solicitar-lhe a confirmação de um código PIN**

O ícone que se segue será apresentado no ecrã do dispositivo terapêutico com um PIN de 6 algarismos e a mensagem “Emparelhar?”:




Verifique se o PIN é o mesmo no dispositivo terapêutico e no dispositivo móvel. Se for o caso, rode o botão de controlo do dispositivo terapêutico para selecionar “sim” e prima o botão de controlo. Em seguida, aceite no dispositivo móvel para concluir o emparelhamento.

*A tecnologia sem fios Bluetooth e o DreamMapper não estão disponíveis em todos os mercados. Para mais informações, contacte o seu representante local da Philips Respironics.

Verificar ajuste da máscara

A função opcional Verificar ajuste da máscara pode ser ativada ou desligada pelo seu prestador de cuidados domiciliares. Esta funcionalidade permite-lhe verificar o ajuste da sua máscara antes de começar a terapia. Isto é feito medindo a quantidade de fuga. Ponha a sua máscara. Consulte as instruções da máscara, se necessário. Navegue para o ecrã de verificação do ajuste da máscara em “A minha configuração” e prima o botão de controlo para iniciar a verificação. O dispositivo administrará uma pressão de teste enquanto decorre no ecrã a contagem decrescente de 40 segundos. Uma barra verde indica um bom ajuste, enquanto uma barra vermelha indica que é necessário melhorar o ajuste da máscara. Após o teste, iniciar-se-á a terapia normal e o ecrã apresentará uma marca de verificação verde ou um “X” vermelho. Uma marca de verificação verde indica que a fuga encontrada permite o desempenho ideal do dispositivo. O “X” vermelho indica que a fuga pode afetar o desempenho do dispositivo, embora este continue funcional e a administrar terapia.



Ecrã de verificação do ajuste da máscara

Nota: Se optar por tentar melhorar o ajuste da máscara, poderá interromper a terapia, ajustar a máscara e voltar a executar a função Verificar ajuste da máscara. Consulte nas instruções fornecidas com a sua máscara e dispositivo de fixação à cabeça o procedimento de ajuste correto.

Progresso do sono

O seu dispositivo fornece-lhe informações resumidas sobre a utilização da terapia sempre que a terapia é desligada. O ecrã apresenta o seu “Resumo de três noites”. Apresenta-lhe a utilização noturna das últimas 3 sessões de sono (medida em períodos de 24 horas, terminando ao meio-dia em cada dia). A sessão mais recente é apresentada na barra do lado direito, identificada com o número de horas que o utilizador dormiu. Uma barra verde indica que dormiu mais de 4 horas, uma barra amarela indica menos de 4 horas de utilização.



Ecrã de resumo de três noites

Compensação da altitude

Este dispositivo compensa automaticamente a altitude até 2286 metros. Não é necessário qualquer ajuste manual.








Alertas do dispositivo







Os alertas do dispositivo são mensagens de contexto apresentadas no ecrã da IU. Existem 5 tipos de alertas descritos em seguida:





- **Estado:** Estes alertas consistem apenas no ecrã de aviso.
- **Notificação:** Estes alertas consistem no ecrã de aviso e num LED de alimentação intermitente na parte superior do dispositivo.
- **Alerta 1:** Estes alertas consistem no ecrã de aviso, num LED de alimentação intermitente e num sinal sonoro quando o alerta é apresentado. Este alerta não ocorrerá durante a terapia.
- **Alerta 2:** Estes alertas consistem no ecrã de aviso, num LED de alimentação intermitente e num sinal sonoro quando o alerta é apresentado. Este alerta pode ocorrer durante a terapia.
- **Estado seguro:** Estes alertas consistem no ecrã de aviso, num LED de alimentação intermitente e num sinal sonoro repetitivo.






Nota: Os alertas de estado têm uma duração de 30 segundos e os respetivos ecrãs de contexto desaparecem automaticamente após este período. Todos os restantes alertas devem ser confirmados para que a mensagem desapareça.

Tabela de resumo de alertas: A tabela seguinte mostra um resumo dos alertas.

Alerta	Ícone	Tipo	Descrição	Causa possível	Ação
Atividade de dados: não remover o cartão SD.		Estado	Está em curso a leitura/ gravação do cartão SD.	N/A	Não é necessária qualquer medida.
Alteração aceite		Estado	Confirma a aceitação da alteração de prescrição ou a atualização do dispositivo.	N/A	Não é necessária qualquer medida.
Pressão inicial EZ incrementada para xx.x		Estado	Apresentado quando o modo de Início EZ se encontra ativado e o dispositivo está a aumentar a definição de pressão de terapia para a sessão seguinte.	N/A	Não é necessária qualquer medida.
Oximetria: Boa ligação (apenas ícone)	SpO₂ 	Estado	Apresentado no ecrã de terapia quando o insuflador está ligado e é detetada uma boa ligação durante 3 segundos. Surge no início da terapia. Este ecrã não será novamente apresentado se a sonda de dedo for removida e nova- mente aplicada, exceto se a terapia tiver sido parada e reiniciada.	N/A	Não é necessária qualquer medida.
Emparelhar? 123456 Sim/Não		Estado	Solicita ao utilizador que aceite ou decline o emparelhamento com um dispositivo Bluetooth compatível. Este disposi- tivo pode ser identificado pelos algarismos apresen- tados.	N/A	Rode o botão de controlo para aceitar o emparelhamento (Sim) ou para declinar (Não) e, em seguida, prima o botão de controlo para confirmar a seleção.
Cartão SD removido.		Notificação ou Alerta 2	Indica que o cartão SD foi removido do dispositivo terapêutico e não foi reintroduzido antes do início da sessão de terapia atual.	O cartão SD não foi reintroduzido no dispositivo.	Reintroduza o cartão SD ou clique para limpar o alerta.
Oximetria: Estudo satisfatório (apenas ícone)	SpO₂ 	Notificação	Notifica o utilizador de que atingiu pelo menos 4 horas de terapia e de utilização da oximetria. Surge no fim da terapia.	N/A	Prima o botão de con- trolo para confirmar e limpar a mensagem.

Alerta	Ícone	Tipo	Descrição	Causa possível	Ação
Erro do cartão SD: remover e reintroduzir		Notificação	Detetado um erro no cartão SD	O dispositivo não consegue ler o cartão SD. Existe um problema com o cartão SD ou este foi ejetado durante uma atividade de registo ou o cartão foi introduzido incorretamente.	Remova o cartão SD e reintroduza-o. Se o alerta continuar, substitua-o por outro cartão ou contacte o seu prestador de cuidados domiciliários.
Cartão SD cheio.		Notificação	O cartão SD está cheio.	O cartão SD está cheio.	Remova o cartão SD e substitua-o por um novo cartão ou contacte o seu prestador de cuidados domiciliários para obter um novo cartão SD.
Mensagem para o paciente (Consultar a secção)		Notificação	Mensagem do prestador de cuidados domiciliários.	N/A	Prima o botão de controlo para confirmar e limpar a mensagem.
Alteração rejeitada		Alerta 1	Uma alteração de prescrição ou das definições foi rejeitada.	Alteração em falta ou incorreta.	Contacte o seu fornecedor.
Erro do tubo aquecido. Contacte a Assistência Técnica se o problema persistir.		Estado	Erro do humidificador (apenas quando o humidificador está instalado)	Erro da placa aquecedora do humidificador ou o humidificador não está corretamente ligado ao dispositivo terapêutico	Desligue o dispositivo e retire a ficha da alimentação. Desencaixe o humidificador, verifique visualmente se os contactos elétricos estão limpos e, em seguida, volte a ligar o humidificador e o cabo de alimentação. Se o alerta continuar, contacte o seu fornecedor.
Erro do tubo aquecido. Contacte a Assistência Técnica se o problema persistir.		Estado	Erro do tubo aquecido (apenas quando está presente um tubo aquecido)	O tubo aquecido pode estar sobreaquecido ou danificado.	Desligue o dispositivo. Desencaixe o tubo aquecido do humidificador, certifique-se de que o tubo não está tapado nem obstruído e, em seguida, volte a instalar o tubo no humidificador. Se o alerta continuar, contacte o seu fornecedor.

Alerta	Ícone	Tipo	Descrição	Causa possível	Ação
A fonte de alimentação ligada não suporta humidificação.		Alerta 2	Indica que a fonte de alimentação ligada não suporta humidificação ou um tubo aquecido.	Fonte de alimentação incorreta.	Substitua a fonte de alimentação atual por uma fonte de alimentação DreamStation da Philips Respironics que seja capaz de suportar a humidificação. Alternativamente, utilize o dispositivo terapêutico sem humidificador.
Necessária assistência		Estado seguro	Indica um erro que coloca o dispositivo no “Estado seguro”. Isto permite manter a alimentação ligada, mas o fluxo de ar é desligado.	Erro do dispositivo.	Prima o botão de controlo para silenciar o alerta. Desligue o dispositivo da alimentação. Volte a ligar o cabo de alimentação para restaurar a energia elétrica. Se o alerta continuar, contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários.
Verificar Alimentação		Notificação	Indica que está ligada uma fonte de alimentação incompatível.	Fonte de alimentação incompatível ou o cabo de alimentação não está totalmente introduzido na entrada de alimentação do dispositivo.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está totalmente introduzido na entrada de alimentação do dispositivo. Confirme se está ligada uma fonte de alimentação compatível da Philips Respironics. Substitua a fonte de alimentação por uma fonte de alimentação compatível, se necessário.
Tensão baixa		Notificação	Tensão baixa.	Está ligada uma fonte de alimentação incompatível.	Confirme se está ligada uma fonte de alimentação compatível da Philips Respironics. Substitua a fonte de alimentação por uma fonte de alimentação compatível, se necessário. Se estiver a utilizar a bateria, certifique-se de que a bateria está adequadamente carregada.

Alerta	Ícone	Tipo	Descrição	Causa possível	Ação
Desligar automático		Estado	Apresentado quando a terapia termina devido à função de desativação automática.	A máscara foi removida.	Ponha novamente a máscara, confirme se está bem ajustada e ligue o fluxo de ar para retomar a terapia.
Entrada bloqueada. Verificar o filtro.		Notificação	Vias respiratórias bloqueadas	Bloqueio na entrada do dispositivo.	Certifique-se de que a entrada de ar do dispositivo não está obstruída. Verifique se os filtros de ar estão corretamente instalados; substitua-os se necessário.
Fuga baixa: verificar a máscara e o tubo		Notificação	Vias respiratórias bloqueadas	Bloqueio no tubo ou na máscara.	Certifique-se de que o tubo não está esmagado ou dobrado de modo a limitar o fluxo de ar. Certifique-se de que a máscara está corretamente encaixada sem qualquer obstrução.
Verificar ajuste da máscara	N/A	Estado	Apresentado quando a função Verificar ajuste da máscara está ativada no menu Paciente.	N/A	Este alerta pode ser limpo pressionando o botão de controlo. Caso contrário, o seu tempo esgotar-se-á após 60 segundos.
A carregar idioma e a reinicializar		Estado	Apresentado aquando da seleção de um novo idioma a partir do menu.	N/A	Não é necessária qualquer medida. A mensagem desaparece quando a reinicialização for concluída.
Ocupado		Estado	Apresentado quando o dispositivo está temporariamente inacessível devido a comunicação de dados.	N/A	Não é necessária qualquer medida.
“Progresso do sono”	N/A	Estado	Apresenta as últimas 3 noites de utilização.	N/A	Prima o botão de controlo para confirmar e limpar o ecrã. Caso contrário, a mensagem desaparece após 30 segundos.

Resolução de problemas

O seu dispositivo está equipado com uma ferramenta de autodiagnóstico designada por “Verificação de desempenho”. Esta ferramenta pode avaliar o seu dispositivo para verificar determinados erros. Permita-lhe partilhar definições chave do dispositivo com o seu fornecedor.

Utilize a ferramenta Verificação de desempenho quando instruído para tal pelo seu fornecedor.

Na tabela seguinte são mostrados alguns problemas que poderá ter com o seu dispositivo e as possíveis soluções para tais problemas.

Problema	Por que razão aconteceu	O que fazer
Não acontece nada quando liga a alimentação do dispositivo. As luzes de fundo dos botões não acendem.	Não existe alimentação na tomada ou o dispositivo está desligado da tomada.	Se estiver a utilizar corrente alternada, verifique a tomada e verifique se o dispositivo está corretamente ligado à tomada. Certifique-se de que existe alimentação disponível na tomada. Certifique-se de que o cabo de corrente alternada está corretamente ligado na fonte de alimentação e que o cabo da fonte de alimentação está bem ligado na entrada de alimentação do dispositivo. Se o problema continuar a ocorrer, contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários. Devolva o dispositivo e a fonte de alimentação ao seu fornecedor para que este possa determinar se o problema é com o dispositivo ou com a fonte de alimentação. Se estiver a utilizar corrente contínua, certifique-se de que as ligações do seu cabo de corrente contínua e do cabo adaptador de bateria estão bem efetuadas. Verifique a sua bateria. Poderá ser necessário ser recarregada ou substituída. Se o problema persistir, verifique o fusível do cabo de CC seguindo as instruções fornecidas com o seu cabo de CC. O fusível poderá ter que ser substituído. Se o problema continuar a ocorrer, contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários.
O fluxo de ar não liga.	Poderá existir um problema com o insuflador.	Certifique-se de que o dispositivo está ligado à fonte de alimentação correta. Certifique-se de que o ecrã Inicial é apresentado na interface de utilizador. Prima o botão de Terapia na parte superior do dispositivo para iniciar o fluxo de ar. Se o fluxo de ar não se ligar, poderá indicar um problema com o seu dispositivo. Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários para obter assistência.
O comportamento do visor do dispositivo é errático.	O dispositivo caiu ou foi mal manuseado ou o dispositivo encontra-se numa área onde existem emissões elevadas de Interferência eletromagnética (IEM).	Desligue o dispositivo da tomada. Voltar a fornecer energia ao dispositivo. Se o problema persistir, coloque o dispositivo numa área com emissões de IEM mais baixas (longe de equipamentos eletrónicos como telemóveis, telefones sem fios, computadores, televisões, jogos eletrónicos, secadores de cabelo, etc.). Se o problema continuar a ocorrer, contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários para obter assistência.
A funcionalidade de Rampa não funciona quando prime o Botão de RAMPA.	O seu fornecedor de cuidados domiciliários não lhe prescreveu a funcionalidade “Aumento em rampa” ou a sua pressão de terapia prescrita já está definida para o valor mínimo.	Se a funcionalidade “Aumento em rampa” não lhe tiver sido prescrita, fale com o seu fornecedor de cuidados domiciliários para saber se mudará a sua prescrição. Caso o seu fornecedor tenha ativado a funcionalidade “Aumento em rampa”, e ainda assim ela não funcionar, confirme a definição de pressão atual no ecrã Terapia. Se a pressão de terapia estiver definida para o valor mínimo (4,0 cm de H ₂ O) ou a pressão inicial de Rampa for igual à pressão de terapia, a funcionalidade “Aumento em rampa” não funcionará. Certifique-se de que a definição Duração do “Aumento em rampa” é > 0.
O fluxo de ar está muito mais quente do que o habitual.	Os filtros de ar podem estar sujos. O dispositivo pode estar a ser utilizado sob a luz solar direta ou próximo de um aquecedor.	Lave ou substitua o filtro de ar reutilizável ou substitua o filtro ultrafino descartável. A temperatura do ar pode variar de alguma forma, com base na sua temperatura ambiente. Certifique-se de que o dispositivo está corretamente ventilado. Mantenha o dispositivo afastado de roupa de cama ou cortinas que possam bloquear o fluxo de ar à volta do dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo está afastado da luz direta do sol e de equipamentos de aquecimento. Se utilizar o humidificador com o dispositivo, verifique as definições do humidificador. Consulte as instruções do humidificador para garantir que o humidificador está a funcionar corretamente. Se o problema continuar, contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários.

Problema	Por que razão aconteceu	O que fazer
A pressão do fluxo de ar parece muito alta ou muito baixa.	A definição Tipo de tubagem pode estar incorreta.	Certifique-se de que a definição Tipo de tubagem (22 ou 15) corresponde à tubagem que está a utilizar (tubagem da Philips Respironics 22 ou 15 mm). Se estiver a utilizar a tubagem aquecida, esta definição será 15H e não poderá alterá-la.
A definição Temperatura do tubo está ligada no ecrã "Configuração", mas a tubagem aquecida não está quente.	Está a ser utilizada uma fonte de alimentação incorreta.	Certifique-se de que está a ser utilizada a fonte de alimentação de 80 W ou uma bateria ou cabo CC compatível.
Estou com dificuldades em ajustar a definição do humidificador aquecido ou a definição de temperatura do tubo aquecido.	O insuflador não está ligado ou o humidificador ou o tubo aquecido não está corretamente ligado.	A definição do humidificador e as definições da temperatura do tubo só podem ser ajustadas a partir do ecrã de visualização Terapia ativada. Certifique-se de que o insuflador está ligado e de que as definições são visíveis no lado direito do ecrã e, em seguida, ajuste para uma definição confortável. Se o insuflador estiver ligado mas as definições do humidificador não forem apresentadas no ecrã Terapia ativada, desligue a ficha do dispositivo. Certifique-se de que os contactos elétricos do humidificador e/ou do tubo aquecido não estão obstruídos nem danificados. Em seguida, volte a ligar o humidificador e/ou o tubo aquecido e volte a ligar a fonte de alimentação do dispositivo. Ligue o insuflador; se as definições continuarem a não estar visíveis, contacte o seu fornecedor para obter assistência.
A água na câmara de água esgota-se antes do amanhecer.	A câmara de água não estava cheia no início da sessão. A fuga na máscara é excessivamente elevada. As condições ambientais são muito secas/frescas.	Em quase todas as condições, uma câmara de água cheia deve ser suficiente para uma sessão de sono típica. No entanto, muitos fatores têm impacto no consumo de água, incluindo a temperatura ambiente e a humidade no seu quarto, as definições do humidificador ou do tubo aquecido, o nível de fuga da máscara e a duração da sessão de sono. Em primeiro lugar, certifique-se de que a água na câmara de água atinge a linha de enchimento máxima no início da sessão de sono. Certifique-se de que a máscara está corretamente encaixada e ajuste conforme necessário para reduzir a fuga da máscara para os níveis normais. Pode utilizar a função Verificar ajuste da máscara para avaliar o ajuste da sua máscara. Adicionalmente, certifique-se de que o dispositivo, o humidificador, os vedantes do humidificador e o tubo estão corretamente ligados e não apresentam fugas. Pode igualmente optar por diminuir as definições do humidificador e/ou do tubo aquecido ou alterar o modo de humificação de Fixo para Adaptativo para aumentar a duração da água do humidificador.
Ouçou uma fuga ou um assobio proveniente do dispositivo terapêutico ou do humidificador (não relacionado com a fuga da máscara).	A entrada de ar do dispositivo terapêutico pode estar obstruída. O humidificador ou o tubo não estão corretamente encaixados. Os vedantes do humidificador não estão corretamente encaixados ou estão em falta.	Certifique-se de que a entrada de ar do dispositivo de terapia não está obstruída e de que os filtros estão isentos de detritos e corretamente inseridos. Certifique-se de que o dispositivo, o humidificador e o tubo estão corretamente ligados e não apresentam fugas. Certifique-se de que o vedante da tampa do humidificador e o vedante da caixa seca estão presentes e corretamente encaixados; se necessário, pressione cuidadosamente à volta do perímetro dos vedantes para os encaixar devidamente.
Derramei acidentalmente água para o recipiente do humidificador.	A câmara de água apresenta um nível de água superior à linha máxima de enchimento.	Pouca quantidade de água derramada para o recipiente do humidificador não irá afetar o dispositivo. Um pequeno derrame no humidificador irá evaporar durante a utilização normal do mesmo. No entanto, demasiada água no recipiente do humidificador pode transbordar pela dobradiça da tampa do humidificador e danificar a sua mobília. Desligue a alimentação do dispositivo. Remova a câmara de água, deite fora a água em excesso até o nível da água estar ao nível da ou abaixo do nível da linha máxima de enchimento e coloque a câmara de parte. Separe o humidificador do dispositivo terapêutico e deite fora a água derramada. Assim que a placa aquecedora arrefecer, limpe o interior do humidificador com uma toalha de papel ou um pano suave. Se necessário, seque a água por baixo do humidificador e certifique-se de que o tampo da mesa está seco. Volte a ligar o humidificador e a fonte de alimentação e reinstale a câmara de água.

Acessórios

Estão disponíveis vários acessórios para o seu sistema DreamStation, tais como um Humidificador, Modem celular, Acessório Wi-Fi ou um Módulo de ligação. Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários para obter mais informações sobre acessórios disponíveis. Ao utilizar acessórios opcionais, siga sempre as instruções incluídas com os acessórios.

Precaução: Não tocar nos pernos dos conectores. Não devem ser feitas ligações nestes conectores a não ser que se utilizem os procedimentos de segurança para ESD. Os procedimentos de segurança incluem métodos para impedir a acumulação de carga eletrostática (por exemplo, ar condicionado, humificação, revestimentos de pavimento condutores, vestuário não sintético), a descarga de eletricidade do corpo do indivíduo na estrutura do equipamento/sistema, na ligação à terra ou num objeto metálico grande e a ligação do indivíduo ao equipamento/sistema ou à terra através de uma correia de pulso.

Adição de um humidificador com ou sem tubagem aquecida

Poderá utilizar o humidificador aquecido e a tubagem aquecida com o seu dispositivo. Estão disponíveis no seu fornecedor de cuidados domiciliários. Um humidificador pode reduzir a secura e irritação nasal adicionando humidade ao fluxo de ar.

Advertência: Para um funcionamento seguro, o humidificador tem de estar sempre posicionado abaixo da ligação do circuito de respiração da máscara. O humidificador tem de estar nivelado para funcionar corretamente.

Nota: Consulte as instruções do humidificador para obter informações de configuração completas.

Utilizar o cartão SD

O sistema DreamStation é fornecido com um cartão SD inserido na respetiva ranhura existente na parte lateral do dispositivo para registo de informações para o fornecedor de cuidados domiciliários. O seu fornecedor de cuidados domiciliários poderá pedir-lhe para remover periodicamente o cartão SD e enviá-lo para avaliação.

Atualização de Software Utilizando o cartão SD

Para verificar que versão de software está atualmente a ser utilizada no seu dispositivo, navegue até O Meu Prestador Serviços e selecione Info. do Dispositivo.

Pode atualizar o software do dispositivo utilizando o cartão SD. A atualização do software deve ser efetuada quando a terapia estiver desligada.

1. Insira um cartão SD com a nova versão de software no dispositivo. Surge um ecrã de aviso com a pergunta “Gostaria de atualizar o software?”
2. Rode o botão de controlo para selecionar Sim e, em seguida, prima o botão de controlo para iniciar a atualização. O ícone de ocupado surge enquanto a atualização estiver a decorrer. Não retire a alimentação do dispositivo.
3. Se a atualização de software for bem-sucedida, surge o ícone de Alteração Aceite no ecrã. Retire o cartão SD do dispositivo para reiniciar o dispositivo e utilizar o novo software.
4. Se for detetado um erro no cartão SD, surge o ícone de Alteração Rejeitada. Retire o cartão SD e volte a inserir. Se o alerta continuar a ocorrer, contacte a Philips Respironics através do telefone +1-724-387-4000 para obter um novo cartão SD.

Utilizar o Módulo de ligação DreamStation

O Módulo de ligação recebe dados de oximetria e transfere-os para o dispositivo terapêutico para utilização domiciliária ou num contexto laboratorial. Para utilização num contexto laboratorial, o Módulo de ligação inclui também uma porta RS-232 (ou “DB9”) para permitir o controlo remoto do dispositivo terapêutico do sono DreamStation a partir de um computador pessoal.

Nota: Consulte as instruções que acompanham o Módulo de ligação para instalação e remoção.

Nota: Não estão disponíveis quaisquer alarmes de SpO_2 .

Nota: Os dados de oximetria não são apresentados.

Elimine o módulo seguindo as mesmas instruções de eliminação utilizadas para o dispositivo terapêutico.

Advertências:

- Se observar alterações inexplicáveis no desempenho deste dispositivo, se este cair ou for incorretamente manuseado, se ocorrer um derrame de água na caixa ou se esta se partir, interrompa a utilização. Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários.
- Quaisquer reparações e ajustes apenas deverão ser efetuados por pessoal da assistência técnica autorizado da Philips Respironics. A assistência técnica não autorizada pode causar lesões, invalidar a garantia ou resultar em danos dispendiosos.
- Não utilize quaisquer acessórios, peças amovíveis e materiais não recomendados pela Philips Respironics. As peças ou acessórios incompatíveis podem causar um desempenho defeituoso.

Adicionar oxigénio suplementar

É possível adicionar oxigénio ao circuito do paciente. Quando utilizar oxigénio com o dispositivo, tenha atenção às advertências abaixo enumeradas.

Advertências:

- Ao utilizar oxigénio com este sistema, o fornecimento de oxigénio deverá estar em conformidade com os regulamentos locais relativos a oxigénio medicinal.
- O oxigénio suporta a combustão. O oxigénio não deve ser utilizado se alguém estiver a fumar ou na presença de chamas.
- Se for adicionado oxigénio suplementar na saída do gerador de fluxo ou humidificador, deverá ser colocada uma Válvula de pressão da Philips Respironics em linha com o circuito do paciente, entre o dispositivo e a fonte de oxigénio. A válvula de pressão ajuda a impedir a reserva de oxigénio do circuito do paciente para o dispositivo, quando a unidade estiver desligada. A não utilização da válvula de pressão pode resultar em perigo de incêndio.
- Quando for adicionado oxigénio ao tubo do lado da máscara, não é necessária uma Válvula de pressão da Philips Respironics para taxas de fluxo de oxigénio ≤ 4 litros por minuto. No entanto, os filtros reutilizáveis e descartáveis deverão estar colocados no gerador de fluxo. Se os filtros reutilizáveis e descartáveis não estiverem instalados, poderá resultar num perigo de incêndio.

Nota: Consulte as instruções da válvula de pressão para obter informações de configuração completas.

- Ao utilizar oxigénio com este sistema, ligue o dispositivo antes de ligar o oxigénio. Desligue o oxigénio antes de desligar o dispositivo. Isto irá impedir a acumulação de oxigénio no dispositivo.
- Não ligue o dispositivo a uma fonte de oxigénio de pressão não regulada ou elevada.

Fornecer alimentação de CC ao dispositivo

O cabo de corrente contínua (CC) Philips Respironics pode ser utilizado para pôr este dispositivo a funcionar em roulotte, barcos ou autocaravanas. Além disso, o cabo do transformador da bateria CC Philips Respironics, quando utilizado com o cabo de corrente contínua (CC), permite que o dispositivo funcione a partir de uma bateria autónoma de 12VCC.

Precaução: Certifique-se sempre de que o cabo de corrente contínua encaixa bem no dispositivo terapêutico antes de utilizar. Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários ou a Philips Respironics para determinar se possui um cabo de CC adequado para o seu dispositivo terapêutico específico.

Precaução: Quando é obtida alimentação de CC a partir da bateria de um veículo, o dispositivo não deve ser utilizado enquanto o motor estiver a trabalhar. Poderão ocorrer danos no dispositivo.

Precaução: Utilize apenas um Cabo de corrente contínua e o Cabo adaptador de bateria da Philips Respironics. A utilização de qualquer outro sistema poderá danificar o dispositivo.

Consulte as instruções fornecidas com o cabo de corrente contínua (CC) e o cabo do transformador para obter mais informações sobre como pôr o dispositivo a funcionar com corrente contínua (CC).

Viajar com o sistema

Ao viajar, a mala de transporte é para ser utilizada apenas como bagagem de mão. A mala de transporte não irá proteger o sistema se for colocado na bagagem de porão. Se viajar com o humidificador opcional, não o faça com água no reservatório de água.

Para sua comodidade na passagem por postos de segurança, há um símbolo na base do dispositivo que indica que se trata de equipamento médico adequado para utilização em aviões. Pode ser útil levar consigo este manual para ajudar o pessoal de segurança a compreender o dispositivo DreamStation.

Caso viaje para um país com uma tensão diferente daquela que está a usar, poderá precisar de um cabo de alimentação diferente ou de um adaptador para fichas internacionais, que torne o seu cabo de alimentação compatível com as tomadas elétricas do país para o qual vai viajar. Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários para obter informações adicionais.

Viajar de avião

O dispositivo é adequado para utilização em aviões desde que seja posto a funcionar a partir de uma fonte de alimentação CA ou CC.

Nota: Não é adequado para este tipo de utilização com modems ou humidificadores instalados na unidade.

Limpeza em Ambiente Doméstico e Hospitalar/Institucional: Exterior do Dispositivo e do Humidificador

Advertência: para evitar choques elétricos, desligue sempre o cabo de alimentação da tomada de parede antes de limpar o dispositivo. NÃO mergulhe o dispositivo em nenhum líquido.

A superfície exterior do dispositivo deve ser limpa semanalmente ou com maior frequência, se necessário. No ambiente hospitalar ou institucional, limpe a superfície exterior do dispositivo semanalmente e entre pacientes. Se se utilizar o dispositivo e humidificador com múltiplos utilizadores, o exterior do dispositivo e humidificador deve ser limpo após a utilização num paciente e conforme necessário, procedendo da seguinte forma:

1. Desligue o dispositivo e retire a ficha da fonte de alimentação. Remova todos os acessórios e conectores.
2. Remova o filtro de pólen reutilizável azul e o filtro ultrafino descartável azul claro (se aplicável). Consulte “Cuidados com os Filtros” para obter mais informações.

Advertência: se estiver a utilizar o dispositivo em múltiplos utilizadores, elimine e substitua o filtro bacteriano sempre que o dispositivo for utilizado numa pessoa diferente.

3. Utilize um pano que não solte fiapos humedecido com água e uma solução de detergente líquido suave para loiça para limpar o exterior da caixa. Utilize 1 colher de chá (5 mililitros) de detergente líquido para loiça por cada 3,8 litros de água.
4. Preste atenção a todos os cantos e fendas das superfícies exteriores do dispositivo. Certifique-se de que remove toda a sujidade visível.
5. Limpe com um pano que não solte fiapos humedecido (sem pingar) com água potável durante pelo menos um minuto, dobrando o pano frequentemente, para remover todos os resíduos de detergente.
6. Deixe o dispositivo secar ao ar completamente antes de ligar o cabo de alimentação.
7. Inspeccione o dispositivo e todas as peças do circuito para verificar se existem danos depois da limpeza. Se detetar a presença de danos, contacte o Apoio ao Cliente da Philips Respironics. Substitua quaisquer peças danificadas.

Precaução: deixe o dispositivo e o humidificador secar completamente antes de voltar a ligar à fonte de alimentação.

Desinfecção Hospitalar e Institucional: Exterior do Dispositivo e do Humidificador

Desinfete a superfície exterior do dispositivo semanalmente ou mais frequentemente, se necessário, e entre utilizações de diferentes pacientes.

Nota: Antes de desinfetar o dispositivo e o humidificador, remova o filtro de pólen azul reutilizável e o filtro ultrafino descartável (se aplicável). Consulte a secção “Lavar e substituir os filtros” no manual do utilizador para obter mais informações.

Se se utilizar o dispositivo e humidificador com múltiplos utilizadores, o exterior do dispositivo e humidificador deve ser desinfetado entre utilizações de pacientes da seguinte forma:

1. Limpe o dispositivo e o humidificador como indicado na secção “Limpeza em Ambiente Domiciliário e Limpeza Hospitalar/Institucional: Exterior do Dispositivo e do Humidificador”.

Nota: Certifique-se que o dispositivo e o humidificador estão completamente secos depois da limpeza antes de iniciar o processo de desinfecção.

2. Utilize um dos seguintes métodos para desinfetar todas as superfícies exteriores do dispositivo e do humidificador, incluindo o filtro e as portas de acesso a acessórios.

Toalhetes DisCide Ultra

- Utilize toalhetes para limpar inicialmente a superfície exterior da caixa, com o objetivo de eliminar a sujidade visível das superfícies.
- Utilize os toalhetes para humedecer completamente as superfícies exteriores.

Lixívia (com 6% de hipoclorito de sódio), redução de 1 para 9 partes em água

- Utilize um pano que não solte fiapos embebido na solução de lixívia para limpar inicialmente a superfície exterior da caixa, com o objetivo de eliminar a sujidade visível das superfícies.
 - Utilize um pano que não solte fiapos para humedecer completamente as superfícies exteriores com a solução de lixívia.
3. Preste atenção a todos os cantos e fendas das superfícies exteriores do dispositivo e do humidificador.

4. Abra a tampa do humidificador e desinfete a área da patilha utilizando um dos desinfetantes acima descritos.
5. Aguarde 5 minutos.
6. Limpe com um pano que não solte fiapos humedecido (sem encharcar) com água potável durante, pelo menos, um minuto, virando frequentemente o pano para remover todos os resíduos de detergente.
7. Deixe o dispositivo e o humidificador secarem completamente antes de ligar o cabo de alimentação.
8. Inspeção do dispositivo e o humidificador e todas as peças do circuito para verificar se existem danos depois da desinfecção. Se detetar a presença de danos, contacte o Apoio ao Cliente da Philips Respironics. Substitua quaisquer peças danificadas.

Ambiente Doméstico e Hospitalar: Enxaguar e Substituir os Filtros

Filtro de Pólen Azul Reutilizável

Na utilização normal em ambiente doméstico, enxague o filtro de pólen azul reutilizável mensalmente. Substitua-o por um novo a cada seis meses. No ambiente hospitalar ou institucional, enxague o filtro de pólen azul reutilizável semanalmente e substitua-o por um novo a cada seis meses e entre pacientes.

Precaução: filtros de entrada sujos podem provocar temperaturas de funcionamento elevadas que podem afetar o desempenho do dispositivo. Examine regularmente os filtros de entrada, conforme necessário, para verificar a integridade e limpeza.

Siga estes passos para enxaguar o filtro de pólen azul reutilizável:

1. Desligue o dispositivo e retire a ficha da fonte de alimentação.
2. Remova o(s) filtro(s) do dispositivo (consulte a secção Instalar e substituir os filtros de ar deste manual). Examine os filtros em termos de limpeza e integridade.
3. Para enxaguar o filtro de pólen azul reutilizável, remova primeiro o filtro ultrafino azul claro (se aplicável) e coloque-o de parte ou elimine-o, conforme necessário.
4. Transporte o filtro reutilizável para a pia, vire-o ao contrário e deixe correr água morna da torneira pelo filtro branco para enxaguar quaisquer detritos. Em seguida, agite ligeiramente o filtro para remover o máximo de água possível.
5. Deixe o filtro secar totalmente ao ar antes de voltar a colocá-lo.
6. Se o filtro de pólen azul reutilizável estiver rasgado ou de algum modo danificado, substitua-o.

Nota: só deverá usar filtros fornecidos pela Philips Respironics para substituir os filtros do dispositivo.

7. Se o filtro ultrafino azul claro estiver sujo ou rasgado, substitua-o.
8. Volte a colocar os filtros. Consulte a secção “Instalar/Substituir os Filtros” deste manual.

Precaução: nunca instale um filtro húmido no dispositivo. Garanta tempo de secagem suficiente para o filtro.

Filtro Ultrafino Azul Claro

No ambiente doméstico, o filtro ultrafino azul claro é descartável. Substitua-o por um novo a cada 30 dias ou antes se parecer sujo. NÃO lave o filtro ultrafino. No ambiente hospitalar ou institucional, o filtro ultrafino deve ser substituído por um novo a cada 30 dias ou antes e deve ser substituído entre pacientes.

Limpeza em Ambiente Doméstico e Hospitalar: Tubagem Flexível Não Aquecida

Limpe a tubagem flexível não aquecida antes da primeira utilização e semanalmente. Elimine e substitua a tubagem a cada seis (6) meses e entre pacientes.

1. Desligue a tubagem flexível do dispositivo.
2. Lave cuidadosamente a tubagem flexível de 12, 15 ou 22 mm mergulhando-a por completo numa solução de água morna e detergente líquido suave para a loiça. Utilize 1 colher de chá (5 ml) de detergente líquido para a loiça por cada 3,8 litros de água morna e aguarde 3 minutos.
3. Durante a imersão, mova cuidadosamente a tubagem para a frente e para trás para soltar e remover adequadamente quaisquer substâncias na tubagem e nos conectores.

Nota: certifique-se de que limpa toda a superfície interna do tubo mergulhando-o por completo na solução de detergente enquanto agita cuidadosamente com a mão.

4. Enxague bem com água potável durante pelo menos 1 minuto para remover todos os resíduos de detergente da tubagem e dos conectores.
5. Deixe secar completamente ao ar, longe da luz solar direta.
6. Inspeção a tubagem e verifique se está danificada ou gasta (fendas, rachas, rasgões, punções, etc.). Elimine e proceda à sua substituição, se necessário.

Nota: consulte o manual do humidificador para obter instruções sobre como limpar a tubagem aquecida.

Assistência técnica

O dispositivo não requer manutenção de rotina.

Advertência: Se notar alguma alteração sem explicação no desempenho deste dispositivo, se estiver a fazer sons invulgares ou desagradáveis, se tiver caído ou for mal manuseado, se for vertida água para dentro da caixa ou se a caixa se partir, desligue o cabo de alimentação e interrompa a utilização. Contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários.

Avisos adicionais

- Aviso:** A marca e logótipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Philips Respironics está licenciada. As outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
- Aviso:** O Dispositivo de Terapia DreamStation pode transmitir dados entre o dispositivo de terapia e um dispositivo móvel. Esta ligação entre o dispositivo de terapia e um dispositivo móvel está encriptada.
- Aviso:** Uma pequena parte do firmware que encripta os dados no dispositivo DreamStation é utilizada ao abrigo das licenças Apache 2.0 e Mozilla 2.0. Estas licenças estão disponíveis em: www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 e <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/>
- Aviso:** Este dispositivo contém um módulo de rádio *Bluetooth* certificado pela FCC (situado na placa principal). Apenas a partilha do local deste rádio *Bluetooth* com os transreceptores de rádio do Acessório Wi-Fi DreamStation e do Modem celular foi aprovada pela FCC e é permitida.
- Para assegurar a conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC, deverá ser mantida uma distância mínima de 20 cm entre o Acessório Wi-Fi ou o Modem celular e o corpo do utilizador durante a utilização de qualquer um dos acessórios com o DreamStation.
- Aviso:** ID da FCC: THO1116426
- Aviso:** THO1116426 é a ID da FCC do módulo *Bluetooth* certificado pela FCC integrado neste dispositivo.
- Aviso:** A utilização de acessórios não originais aprovados pelo fabricante pode violar as diretrizes locais relativas a exposição a radiofrequência e deve ser evitada.
- Aviso:** Este dispositivo cumpre a parte 15 dos Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar um funcionamento indesejado.
- Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, cumprindo a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência nociva numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Todavia, não existe nenhuma garantia que essas interferências não ocorram numa determinada instalação. Se este equipamento provocar de facto uma interferência prejudicial na receção de rádio, TV ou noutros dispositivos, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou mudar a antena recetora (no rádio, TV ou outro dispositivo) de lugar.
 - Aumentar a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
 - Ligar o equipamento numa tomada num circuito diferente daquele a que o recetor estiver ligado.
 - Consultar o revendedor do dispositivo para obter ajuda.
- Aviso:** Quaisquer alterações ou modificações feitas ao dispositivo, que não sejam expressamente aprovadas pela Respironics, podem anular o direito do utilizador em utilizar o equipamento.

A Respironics Inc. declara, pelo presente documento, que o equipamento de rádio de classe 1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://incenter.medical.philips.com/PMSPublic>

Especificações

Ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C

Humidade relativa (funcionamento e armazenamento): 15 a 95% (sem condensação)

Pressão atmosférica: 101 a 77 kPa (0 - 2286 m)

Físicas

Dimensões: 15,7 x 19,3 x 8,4 cm

Peso (dispositivo com fonte de alimentação): aproximadamente 1,33 kg

Vida útil

A vida útil prevista do dispositivo terapêutico DreamStation e do Módulo de ligação é de 5 anos.

Conformidade com as normas

Este dispositivo foi concebido para cumprir as normas seguintes:

IEC 60601-1 Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamento médico elétrico

ISO 80601-2-70 Equipamento de terapia respiratória da apneia do sono

ISO 80601-2-74 Equipamento Elétrico para Medicina – Parte 2-74: Requisitos Particulares de Segurança Básica e

Desempenho Essencial de equipamento de humidificação respiratória

EN 60601-1-2 Compatibilidade eletromagnética

RTCA/DO-160G, secção 21, categoria M; emissão de energia de radiofrequência

Classificação segundo a norma IEC 60601-1

Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento Classe II

Grau de proteção contra choque elétrico: Peça aplicada de tipo BF

Grau de proteção contra a infiltração de líquidos:

Dispositivo: Equipamento à prova de gotejamento, IP22

Módulo de ligação: Equipamento à prova de gotejamento, IP22

Fonte de alimentação de 80V: Equipamento à prova de gotejamento, IP22

Modo de funcionamento: Contínuo

Elétricas

Consumo de corrente alternada (com fonte de alimentação de 80 W): 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A

Nota: A fonte de alimentação faz parte do equipamento médico elétrico.

Consumo de corrente contínua: 12 VCC, 6,67 A

Fusíveis: Não existem fusíveis substituíveis pelo utilizador.

Especificações do rádio

Intervalo de frequência de funcionamento: 2402 - 2480 MHz

Potência máxima de saída: <10 dBm

Modulação: GFSK, P/4 DQPSK, 8DQPSK

Filtros da porta de entrada

Filtro contra pólen: 100% de poliéster

Eficiência de 88% a um tamanho de 7 - 10 micrones

Filtro ultrafino: Mistura de fibras sintéticas

Eficiência de 95% a um tamanho de 0,5 - 0,7 micrones

Valores declarados de emissões de ruído de dois dígitos

Em conformidade com a norma ISO 4871

O nível de pressão acústica ponderado A é:

Dispositivo: 27 dB(A) com uma incerteza de 2 dB.

Dispositivo com Humidificador: 29 dB(A) com uma incerteza de 2 dB.

O nível de potência acústica ponderado A é:

Dispositivo: 35 dB(A) com uma incerteza de 2 dB.

Dispositivo com Humidificador: 37 dB(A) com uma incerteza de 2 dB.

Nota: Valores determinados de acordo com o código de teste de ruído fornecido na norma

ISO 80601-2-70:2015, utilizando as normas básicas ISO 3744 e ISO 4871.

Exatidão da pressão

Incrementos de pressão: 4,0 a 20,0 cm de H₂O (em incrementos de 0,5 cm de H₂O)

Precisão da pressão estática máxima, em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015:

Pressão	Precisão estática
10 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O

A precisão da pressão estática possui uma incerteza de medição de 3,7%

Variação da pressão dinâmica máxima, em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015:

Pressão	10 BPM	15 BPM	20 BPM
< 10 cm H ₂ O	± 0,4 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O	± 0,8 cm H ₂ O
≥ 10,0 a 20 cm H ₂ O	± 0,5 cm H ₂ O	± 0,8 cm H ₂ O	± 1,0 cm H ₂ O

A precisão da pressão dinâmica possui uma incerteza de medição de 4,3%

Nota: Todos os testes foram realizados com e sem humidificador e com um com tubos padrão de 22 e 12 mm aquecido de 15 mm.

Taxa de fluxo máxima (normal)

		Pressões de teste (cm de H ₂ O)				
		4,0	8,0	12,0	16,0	20,0
Tubagem de 22 mm	Pressão medida na porta de ligação do paciente (cm de H ₂ O)	3,7	7,7	11,2	14,9	18,9
	Fluxo médio na porta de ligação do paciente (l/min)	85	124	131	132	128
Tubagem de 15 mm (aquecida ou não aquecida)	Pressão medida na porta de ligação do paciente (cm de H ₂ O)	3,7	7,4	10,9	14,9	18,8
	Fluxo médio na porta de ligação do paciente (l/min)	86	127	134	133	117
Tubagem de 12 mm	Pressão medida na porta de ligação do paciente (cm de H ₂ O)	4,0	7,0	11,0	15,0	19,0
	Fluxo médio na porta de ligação do paciente (l/min)	85	95	94	100	102

Eliminação

Recolha separada para equipamentos elétricos e eletrônicos de acordo com a Diretiva da CE 2012/19/UE. Elimine este dispositivo de acordo com os regulamentos locais.

Informação sobre CEM

A sua unidade foi concebida para cumprir as normas de CEM ao longo da sua vida útil, sem qualquer manutenção adicional. Existe sempre uma oportunidade de transferir o dispositivo terapêutico DreamStation para um ambiente que contenha outros dispositivos cujo comportamento em termos de CEM não é conhecido. Se considerar que a unidade é afetada quando a coloca próximo de outro dispositivo, separe os dispositivos para eliminar esta condição.

Precisão da pressão e do fluxo

O dispositivo terapêutico DreamStation foi concebido para funcionar com as precisões de pressão e da taxa de fluxo especificadas no manual do utilizador. Se suspeitar que a precisão da pressão e/ou da taxa de fluxo é afetada por interferência de CEM, remova a alimentação e coloque o dispositivo noutra área. Se o desempenho continuar a ser afetado, descontinue a utilização e contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários.

Exatidão de SpO₂ e taxa de pulsação

O dispositivo terapêutico DreamStation foi concebido para capturar dados de SpO₂ e de oximetria da taxa de pulsação com a especificação de exatidão descrita nas instruções de utilização do fabricante do sensor. Quando forem registadas 4 horas de dados de oximetria com êxito, o dispositivo informa o utilizador apresentando a mensagem "Oximetry: Good Study" (Oximetry: estudo satisfatório). Se suspeitar que a unidade é afetada por interferência de CEM, remova a alimentação e coloque o dispositivo noutra área. Se o desempenho continuar a ser afetado, descontinue a utilização e contacte o seu fornecedor de cuidados domiciliários.

Orientações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas – este dispositivo deve ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O utilizador deste dispositivo deve garantir a sua utilização em tal ambiente.


Teste de Emissões	Conformidade	Orientações para o Ambiente Eletromagnético
Emissões de RF irradiadas CISPR 11	Grupo 1 Classe B	O dispositivo utiliza energia de RF apenas para o funcionamento interno. Por isso, as suas emissões de RF conservam-se muito baixas e não é provável que causem interferências nos equipamentos eletrónicos próximos.
Emissões de RF conduzidas CISPR 11	Grupo 1 Classe B	O dispositivo destina-se à utilização em todo o tipo de instalações, incluindo as domésticas e instalações diretamente ligadas à rede de alimentação pública de baixa tensão.
Emissões harmónicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações da tensão/Emissões flutuantes IEC 61000-3-3	Em conformidade	
Emissão de Energia de Radiofrequência RTCA/DO-160G, Secção 21	Categoria M	Este dispositivo é adequado para utilização a bordo de aviões comerciais, na cabina de passageiro.

Orientações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética – este dispositivo deve ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O utilizador deste dispositivo deve garantir a sua utilização em tal ambiente.

Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Orientações para o Ambiente Eletromagnético
Descarga Eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV descargas de contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV e ±15 kV descargas de ar	±8 kV descargas de contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV e ±15 kV descargas de ar	Os pisos devem ser de madeira, betão ou mosaico. Se os pisos estiverem cobertos com material sintético, a humidade relativa deve ser de, pelo menos, 35%.
Transição rápida/Impulso elétrico IEC 61000-4-4	±2 kV para as linhas de alimentação; taxa de repetição de 100 kHz	±2 kV para as linhas de alimentação; taxa de repetição de 100 kHz	A qualidade da alimentação de rede deve ser a tipicamente existente num ambiente doméstico ou hospitalar.
	±1 kV para as linhas de entrada-saída; taxa de repetição de 100 kHz	±1 kV para as linhas de entrada-saída; taxa de repetição de 100 kHz	
Sobretensão IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial	±1 kV modo diferencial	A qualidade da alimentação de rede deve ser a tipicamente existente num ambiente doméstico ou hospitalar.
	±2 kV modo comum	±2 kV para modo comum	
Quebras de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada da alimentação IEC 61000-4-11	<5% U_T (quebra >95% em U_T) para 0,5 ciclo em incrementos de 45 graus	<5% U_T (quebra >95% em U_T) para 0,5 ciclo em incrementos de 45 graus	A qualidade da alimentação de rede deve ser a tipicamente existente num ambiente doméstico ou hospitalar. Se o utilizador necessitar de um funcionamento contínuo do dispositivo durante interrupções da rede de alimentação, recomenda-se que a alimentação do dispositivo seja efetuada através de uma unidade de alimentação ininterrupta (UPS) ou bateria.
	<5% U_T (quebra >95% em U_T) para 1 ciclo	<5% U_T (quebra >95% em U_T) para 1 ciclo	
	70% U_T (quebra de 30% em U_T) durante 0,5 segundos	70% U_T (quebra de 30% em U_T) durante 0,5 segundos	
	<5% U_T (quebra >95% em U_T) durante 5 segundos	<5% U_T (quebra >95% em U_T) durante 5 segundos	
Campo magnético da frequência de energia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	O campo eletromagnético da frequência de energia deve apresentar níveis característicos de uma localização típica num ambiente hospitalar ou doméstico normal.
Imunidade a Leitores de RFID AIM 7351731	As frequências do Leitor de RFID são conforme especificado na norma AIM 7351731:	As frequências do Leitor de RFID são conforme especificado na norma AIM 7351731:	Os campos eletromagnéticos devem apresentar níveis característicos de uma localização típica num ambiente doméstico ou hospitalar normal.
	134,2 kHz a 65 A/m	134,2 kHz a 65 A/m	
	13,56 MHz a 12 A/m	13,56 MHz a 12 A/m	

NOTA: U_T é a tensão de corrente alternada antes da aplicação do nível de teste.

Orientações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética – este dispositivo deve ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O utilizador deste dispositivo deve garantir a sua utilização em tal ambiente.

Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Orientações para o Ambiente Eletromagnético
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms Radioamador e Bandas de ISM entre 150 kHz e 80 MHz	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms Radioamador e Bandas de ISM entre 150 kHz e 80 MHz	Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados nas proximidades de qualquer parte do dispositivo, devendo manter-se a distância de separação recomendada de 30 cm. Poderá ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 
RF Radiada IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz Frequências de telecomunicação conforme especificado na cláusula 8.10 da IEC 60601-1-2:2014: 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970 e 2450 MHz a 28 V/m 385 MHz a 27 V/m 710, 745, 780, 5240, 5500 e 5785 MHz a 9 V/m	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz Frequências de telecomunicação conforme especificado na cláusula 8.10 da IEC 60601-1-2:2014: 450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970 e 2450 MHz a 28 V/m 385 MHz a 27 V/m 710, 745, 780, 5240, 5500 e 5785 MHz a 9 V/m	
Imunidade a Leitores de RFID AIM 7351731	As frequências do Leitor de RFID são conforme especificado na norma AIM 7351731: 433 MHz a 3 V/m 860 MHz a 960 MHz a 54 V/m 2450 MHz a 54 V/m	As frequências do Leitor de RFID são conforme especificado na norma AIM 7351731: 433 MHz a 3 V/m 860 MHz a 960 MHz a 54 V/m 2450 MHz a 54 V/m	

Garantia Limitada

A Respireonics, Inc., uma empresa da Philips ("Philips Respireonics"), fornece esta garantia limitada não transferível para os dispositivos DreamStation CPAP, DreamStation CPAP Pro e DreamStation Auto CPAP (o "Produto") ao cliente que adquiriu o Produto original diretamente à Philips Respireonics.

O que Está Coberto por esta Garantia: A Philips Respireonics garante que cada Produto novo não apresentará defeitos de materiais e mão-de-obra e irá apresentar um desempenho em conformidade com as especificações do Produto, em condições de utilização normais e adequadas e quando sujeito a uma manutenção de acordo com as instruções aplicáveis, estando sujeito às exclusões abaixo.

Qual é o Período de Validade desta Garantia: Dois (2) anos desde a data de expedição para o comprador ou a data de instalação por parte do comprador para o utilizador final, consoante a que for mais longa, excetuando-se o seguinte:

O período de garantia para acessórios, peças de substituição e descartáveis incluindo, mas sem carácter limitativo, filtros, tubagem, mala de transporte, é de 90 dias desde a data de expedição para o comprador original.

O que Não Está Coberto por esta Garantia: Esta garantia não se aplica a qualquer software incluído com o Produto, uma vez que a garantia do software está incluída na licença do software. Esta garantia não cobre danos nos Produtos, danos materiais ou lesões causados por acidente, utilização indevida, abuso, catástrofes, penetração de água, reparações ou alterações por qualquer pessoa não pertencente à Philips Respireonics ou ao respetivo centro de assistência autorizado, não cumprimento dos termos do manual de funcionamento e instruções, falta de cuidado razoável, interrupção de uma rede (por exemplo, 2G, 3G, etc.) por uma operadora (por exemplo, ATT, Verizon, etc.) ou outros defeitos não relacionados com defeitos de material ou de mão-de-obra. Esta garantia não pode ser transferida. Se a Philips Respireonics considerar que um Produto devolvido para reparação ou o problema levantado não está coberto por esta garantia limitada, a Philips Respireonics pode cobrar uma taxa de avaliação e devolver a expedição.

O que Fará a Philips Respireonics: Se um Produto não cumprir a garantia acima nos primeiros 90 dias após a data de expedição original, a Philips Respireonics substituirá o dispositivo por um Produto novo. Depois desse período, se um Produto não estiver em conformidade com as garantias acima mencionadas durante o período de garantia aplicável, a Philips Respireonics irá reparar ou substituir o Produto ou reembolsar o preço de compra original, segundo o critério exclusivo da Philips Respireonics. A Philips Respireonics pode utilizar conjuntos, componente e peças novas ou reconcondicionadas na reparação e dispositivos novos, recertificados ou renovados para substituição. O período da garantia original restante será aplicado a qualquer Produto ou componente de um Produto reparado ou substituído ao abrigo desta garantia.

Exclusão de Responsabilidade de Garantia; Limitação da Responsabilidade: EXCETO CONFORME ESTIPULADO NESTA GARANTIA LIMITADA, A PHILIPS RESPIRONICS NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, LEGAIS OU OUTRAS, RELATIVAMENTE AO PRODUTO, À SUA QUALIDADE OU AO SEU DESEMPENHO. A PHILIPS RESPIRONICS RENUNCIA ESPECIFICAMENTE À GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO E À GARANTIA IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. EM CASO ALGUM IRÁ A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA PHILIPS RESPIRONICS AO ABRIGO DAS PRESENTES GARANTIAS EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL NEM A PHILIPS RESPIRONICS SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS ECONÓMICAS, PERDAS DE LUCROS, CUSTOS INDIRETOS OU DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. Constitui o único e exclusivo recurso do comprador original ao abrigo desta garantia a reparação, substituição ou devolução do preço de compra pela Philips Respireonics.

Esta garantia concede direitos legais específicos ao utilizador, que poderá ter igualmente outros direitos que poderão variar de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, por isso, a exclusão e limitações acima poderão não se aplicar ao seu caso.

Como obter assistência ao abrigo da garantia: Os pacientes devem contactar o respetivo revendedor autorizado local da Philips Respireonics e os revendedores devem contactar a Respireonics, Inc. através de:

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, EUA
+1-724-387-4000





1124384

REF 1124384

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germany



1124384 R08
RWS 07/15/2021
ES, PT