

Boletín Clínico #13

Nos comprometemos a brindar apoyo a los médicos clínicos a través de todo el proceso de rehabilitación y ofreceremos una serie de recursos para ayudarles a informar, instruir y brindar un mejor apoyo a sus pacientes.

El boletín clínico continuará ofreciendo noticias y actualizaciones sobre el retiro voluntario de espuma PE-PUR / FSN y también se ampliará para ayudar a abordar temas y preocupaciones comunes sobre temas adicionales.

A continuación, encontrará información reciente que queremos que conozca.

Noticias y actualizaciones sobre ventilación

1. Actualización de la plataforma Trilogy Evo

Con respecto a la plataforma de ventiladores Trilogy Evo, Philips Respironics ha identificado dos problemas potenciales que podrían afectar la seguridad del paciente si no se mitigan:

- **FiO2 bajo entrega** en dispositivos Trilogy EV300, Trilogy Evo O₂ y Trilogy Evo Universal
- **Contaminación ambiental del sensor del dispositivo** en todos los dispositivos de plataforma Trilogy Evo (Trilogy Evo, Trilogy Evo O₂, Trilogy Evo Universal y Trilogy EV300).

Ofrecer a los pacientes dispositivos de terapia seguros y de alta calidad es nuestro enfoque principal. Le recomendamos que lea los avisos de seguridad de campo en [esta página](#) para obtener más información sobre las medidas de mitigación que puede tomar para garantizar un uso seguro y continuo.

Tenga en cuenta que, cuando se toman las medidas de mitigación especificadas en el Aviso de seguridad de campo de la plataforma de ventiladores Trilogy Evo, la plataforma de ventiladores Trilogy Evo sigue siendo una alternativa para:

- Dispositivos Philips Respironics Trilogy 100/200 afectados por un problema relacionado con la espuma de reducción del sonido
- Dispositivos Philips Respironics V60 y V60 Plus afectados por un problema relacionado con la placa de PC de administración de energía

Para obtener más información, visite la [página de ventilación](#).

(continúa en la página siguiente)

Enlaces útiles

Retirada voluntaria de espuma PE-PUR / FSN – información para médicos clínicos

Asegúrese de visitar [nuestra página de información para médicos clínicos](#) regularmente para obtener la información más actualizada tanto para usted como para sus pacientes.

Mascarillas e imanes

¿Tiene alguna otra pregunta sobre las mascarillas y los imanes de Philips Respironics? Más información [aquí](#).

Ventilación

Para obtener las últimas noticias y actualizaciones sobre ventilación, por favor visite [esta página](#).

Este asunto no afecta la remediación de los dispositivos de terapia del sueño en virtud del aviso de seguridad de campo de junio de 2021. Lamentamos la preocupación que este aviso de seguridad de campo para dispositivos específicos de terapia del sueño y ventilador ha causado a los pacientes y proveedores de atención. Tras el aumento sustancial de la capacidad, Philips Respironics ha producido los dispositivos de reemplazo y los kits de reparación necesarios para la remediación de los dispositivos de terapia del sueño afectados registrados en todo el mundo.



Para obtener más información, visite [Philips.com/src-update](https://philips.com/src-update)

