PHILIPS

Services & Solutions Delivery

Programa de limpieza y desinfección RM

Nota: Antes de limpiar y desinfectar el equipo, lea atentamente la sección "Limpieza y desinfección" de las "Instrucciones de uso" de Philips para garantizar la seguridad y la operatividad.

Siempre use **gafas, mascarillas N95 y guantes protectores** cuando limpie, desinfecte o esterilice cualquier equipo.

Programa de **limpieza**

1. Use un paño suave humedecido en **jabón neutro o detergente** (se recomienda usar jabón líquido en lugar de desinfectante).
2. Use un **paño suave humedecido en agua limpia** para eliminar las partículas y residuos restantes.
3. Use un **paño suave y seco** para secar la superficie del equipo.
4. Para colocar las correas, se recomienda limpiar con **jabón neutro o detergente** (se puede lavar a máquina a **40 °C / 104 °F** o menos) y usar después del secado.
5. Al limpiar el enchufe de la bobina digital, utilice alcohol, un paño suave y los bastoncillos de algodón provistos con el sistema.
6. Los materiales de limpieza usados deben eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones de eliminación de contaminantes.
7. Si las alfombrillas, sacos de arena o almohadillas de auriculares se encuentran dañados, reemplácelos de inmediato y no continúe usándolos.
8. Si se encuentran grietas o daños en las bobinas o cables, no continúe utilizándolos.

La limpieza y desinfección de su sistema de resonancia magnética debe cumplir con todas las leyes y reglamentaciones aplicables dentro de las jurisdicciones en las que se encuentra su sistema.

Programa de **desinfección**

Desinfectante recomendado: isopropanol 70%; Etanol al 70%; Clorhexidina 0,5% en etanol al 70%

1. Limpie la superficie del equipo de acuerdo con el "Programa de limpieza RM".
2. Use un **paño suave para sumergir el desinfectante recomendado** y limpie la superficie del equipo.
3. Cuando use **etanol**, seque la superficie al aire.
4. Cuando use un desinfectante que **contenga cloro**, después de completar la desinfección, use **un paño suave humedecido en agua limpia para limpiar el desinfectante residual de cloro en la superficie del dispositivo.** Luego seque al aire o seque con un paño suave y seco.
5. **Nunca use aerosoles desinfectantes inflamables o propensos a explosiones.** El vapor puede causar incendios, lesiones fatales u otras lesiones personales graves y/o daños al equipo.
6. **No se recomienda pulverizar para desinfectar** la sala del equipo médico, ya que el vapor puede ingresar al equipo, causando cortocircuito o corrosión.
7. Los materiales de limpieza usados deben eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones de eliminación de contaminantes.
8. Si se encuentran dañados los tapetes, sacos de arena o almohadillas de auriculares, reemplácelos de inmediato y no continúe usándolos.
9. Si se encuentran grietas o daños en las bobinas o cables, no continúe usándolo.